

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa automatycznego kapilarnego sekwenatora DNA w ramach projektu pn. „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych.”**

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1**Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ustęp 2.**

Zamawiający zapisał: „system zawierający pakiet odczynników i elementów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia instalacji i szkolenia personelu.”

Czy Zamawiający wymaga w ramach dostawy systemu dostarczenie również tzw. zestawu startowego odczynników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia „pakietu startowego”, który powinien zawierać dodatkowe opakowanie płytek – 96 dołkowych, sept i statyw na płytki, dodatkowy polimer, zestawy umożliwiające przeprowadzenie: odwrotnej transkrypcji, reakcji PCR z wykorzystaniem polimerazy DNA, sekwencjonowania i trawienie enzymem restrykcyjnym ECoRV.

Pytanie 2**Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ustęp 18.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu wyposażonego w 2 komputery, gdzie:
- pierwszy komputer będzie zawierał oprogramowanie sterują pracą aparatu oraz tzw. oprogramowanie drugorzędowe do analizy wielkości fragmentów, wyników sekwencjonowania oraz genotypowania?

- drugi komputer będzie zawierał oprogramowanie do analizy analizę długości fragmentów DNA i analizy mikrosatelitarnych systemów typu STR posiadającym funkcjonalność systemu eksperckiego? Swoją prośbę motywujemy faktem, iż producent urządzenia jest w stanie zapewnić poprawność działania systemu dla wyżej wymienionej konfiguracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Strony zamienne załącznika nr 2 do SWZ stanowią integralną część do niniejszego pisma.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ustęp 26 oraz załącznika nr 3 do SWZ, projektowane postanowienia umowy, § 1, ustęp 4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiada rozwiązaniu, które zaklasyfikowane jest jako aparat RUO (do celów naukowych).

Jednocześnie w punkcie 26 opisu przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy Zamawiający wymaga dokumentacji dla wyrobu medycznego.

Zwracamy się z prośbą, o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga urządzenia, które jest zaklasyfikowane jako wyrób medyczny lub czy wymaga dostarczenia aparatu oznakowanego jako system do celów naukowych?

W przypadku wymagania dostawy urządzenia nieposiadającego certyfikatu dla wyrobu medycznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednoczenie zapisów we wzorze umowy i usunięcie pojęcia „medyczny” z całości dokumentacji postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie które jest zaklasyfikowane jako aparat RUO (do celów naukowych), zgodnie z zapisem wg ustępu 26 Załącznik nr 2 do SWZ „W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. Deklaracje dołączyć wraz z dostawą przedmiotu umowy.”

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ustęp 27.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim? Swoją prośbę motywujemy faktem, iż konieczność tłumaczenia na język polski znacząco podniesie wartość końcową aparatu, który chcielibyśmy zaproponować.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Strony zamienne załącznika nr 2 do SWZ stanowią integralną część do niniejszego pisma.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ustęp 29.

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu wsparcia serwisowego oraz dostępności części zamiennych z 7 do 5 lat.

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż jest to standardowy czas gwarantowany przez producenta urządzenia od momentu podjęcia decyzji o dyskontynuacji wybranego urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Strony zamienne załącznika nr 2 do SWZ stanowią integralną część do niniejszego pisma.

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, projektowane postanowienia umowy, § 2, ustęp 5.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany sprzętu z „do 10 dni” na „do 21 dni”. Prośbę swoją motywujemy tym, iż sprzęt który chcielibyśmy zaoferować, produkowany i magazynowany jest poza granicami kraju. 10 dniowy termin wymiany jest niemożliwy do spełnienia. Godząc się na warunek ewentualnej wymiany do 10 dni, wykonawca musiałby uwzględnić w cenie końcowej swojej oferty koszty kary płaconej za nieterminową wymianę, co podniosłoby cenę końcową oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany sprzętu z „10 dni” na „21 dni”. Strony zamienne załącznika nr 3 do SWZ stanowią integralną część do niniejszego pisma.

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, projektowane postanowienia umowy, § 2, ustęp 6.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uruchomienia urządzenia z 1 tygodnia do 2 tygodni od daty dostawy oraz podtrzymanie zapisu zawartego w załączniku nr 2 - szkolenie personelu w terminie 2-óch tygodni od daty instalacji.

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż urządzenie typu sekwenator należy do rozwiązań specjalistycznych i spełnienie warunku 1 tygodnia na instalację oraz szkolenie wiązałoby się ze świadomy podjęciem ryzyka niewywiązania się z warunków umowy.

Godząc się na opisany warunek, wykonawca musiałby uwzględnić w cenie końcowej swojej oferty koszty kary płaconej za nieterminową realizację warunków umowy, co podniosłoby cenę końcową oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża termin uruchomienia urządzenia z 1 tygodnia do 2 tygodni od daty dostawy oraz podtrzymuje zapis zawarty w załączniku nr 2 - szkolenie personelu w terminie 2-óch tygodni od daty instalacji. Strony zamienne załącznika nr 3 do SWZ stanowią integralną część do niniejszego pisma.

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, projektowane postanowienia umowy, § 5, ustęp 11.

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie projektowanych postanowień umowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Strony zamienne załącznika nr 3 do SWZ stanowią integralną część do niniejszego pisma.

Pytanie 9

Dotyczy projektowane postanowienia umowy, §4, ustęp 1.

Wnosimy o skrócenie terminu płatności z „60 dni” na „30 dni”. Prosimy także o uzupełnienie §u 4 o następujący zapis. „W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo powstrzymać realizację następnych zamówień bez ponoszenia kar tytułem zwłoki w dostawie do chwili uregulowania zaległości przez Zamawiającego a Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę o dokonaniu zaległej płatności niezwłocznie.”

Prośbę naszą motywujemy trudnymi doświadczeniami dotyczącymi terminowego regulowania płatności przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.