



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Oznaczenie sprawy: Szp-241/ZP – 082/2023

Wrocław, dnia 21.02.2024r.

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIU OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU 45

Działając na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Komisja Przetargowa po dokonaniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie nieograniczonym pod nazwą: „**Dostawa antybiotyków, leków p/grzybiczych i środków dezynfekcyjnych**” wnioskuje o dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty:

Unieważnienie:

Komisja wnioskuje o unieważnienie Pakietu 45, zgodnie z art.255 pkt 6) – który mówi iż postępowanie jest obarczone niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w Pakiecie 45 poz. 7 wymagał „Preparat do wstępnego mycia sprzętu endoskopowego łącznie z akcesoriami; skład: tenzydy, regulator Ph, substancje pomocnicze, pH - 8 , opakowanie - 2l” W Informacji nr 7 z dnia 06.12.2023 Pytanie nr 19 „Czy zamawiający dopuści do zaoferowania preparat do wstępnego mycia sprzętu endoskopowego łącznie z akcesoriami; skład: kompleks enzymatyczny, niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze, pH – 6-8 , czas działania do 5 minut opakowanie - 2l?”

Zamawiający dopuścił zaoferowanie ww. preparatu o powyższej charakterystyce.

W zakresie Pakietu nr 45 poz. 7 zostały złożone dwie oferty. Oferta Bialmed Sp. z o.o. złożyła ofertę na preparat Sekusept Multienzyme posiada pH koncentratu o wartości = 8,5, roztworu roboczego wartość = 7. Preparat zaoferowany przez firmę Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, Sekusept Pure Clean posiada pH roztworu roboczego o wartości około 8, natomiast pH koncentratu o wartości = 9,3 – 9,7.

W dokumentach zamówienia Zamawiający nie określił, czy wymagane pH ma dotyczyć roztworu roboczego czy też produktu stężonego – koncentratu.

W związku z powyższym nie może dokonać prawidłowej oceny ofert.

Komisja przetargowa wnioskuje jak na wstępie.

ZUPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwernikowska-Dąbrowska

REFERENT

ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Cieliecka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław

Telefon 45 95 95 454

Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

NIP 8951645574, REGON 000977893

www.wssk.wroc.pl

PRZEWODNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zakupów Publicznych

Rozmowa Komora



**DOLNY
ŚLĄSK**