



Nr ref 10/PNE/SW/2020

Katowice dnia, 2020-04-29

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz innych wyrobów medycznych i wyrobów do hemodializy”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Zestaw 1		
1.	Część 42 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 42 cewnika permanentnego poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długościach :19 cm, 23 cm,27cm,31cm,35cm od mułki do zakończenia cewnika ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 2		
2.	Część 42 Proszę o dopuszczenie cewników z Carbothanu z mufą poliestrową, z przedłużeniami z poliuretanu, długości, rozmiar 15F 19/24cm, 23/27cm, 27/32cm, 31/36cm, w zestawie cewnik 15F, igła 18Ga, prowadnica 0,97mm/100cm, rozrywalna koszulka z zastawką 16Fr, tunelizator, rozszerzacz 12Fr i 14Fr, opatrunek 10x12cm, skalpel 11, dwa korki luerlock.	Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Zestaw 3		
3.	Część 14 pozycja 113,114 Zamawiający powinien być świadom, że ofertę w cz. 14 może wykonać jeden wykonawca i pozostawienie pakietu z tak zestawionymi pozycjami w takim trybie przetargu jest fikcją dlatego : prosimy o wydzielenie pozycji 113,114 jako oddzielny pakiet jeśli czynności tej Zamawiający nie może dokonać np : ze względu zastosowanej procedury ,naruszenie wprost zasady wyrażonej wart. 32 ust. 2, dziś art. 5b pkt 2 ustawy Pzp; to zwracamy się z prośbą o umożliwienie w cz.14 na składanie oferty na wybrane pozycje tj. 113,114 a w ten sposób pakiet 14 będzie katalogiem otwartym i zabezpieczy interes zamawiającego.	Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
4.	Część 14 pozycja 113,114 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie portu naczyniowego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność. Port naczyniowy standardowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu, obudowa wykonana z polisulfonu, o kształcie zbliżonym do „leżki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 2 otwory do przysycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu, wysokość portu 12,00 mm, średnica membrany 12,5 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik 6,5 Fr dołączony (nie połączony trwale z komorą portu) o dl. 50cm, śr. zew. 2,2mm i śr. wew. 1,05 mm. Wymiary portu 24mmx29,9mm. Masa portu 6g, objętość komory 0,5 ml. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "łepy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica umożliwiająca obsługę jedną ręką, igła wprowadzająca, karta pacjenta, paszport pacjenta w j.	Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Zalogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.	
5.	Część 42 pozycja 235 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewnika permanentnego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność. Cewnik permanentny 15,5 Fr, długość cewnika : 15 cm (długość do mufki) / 20 cm (długość całkowita), 17cm/22cm, 19cm/24cm, 23cm/28cm, 27cm/32cm, 31cm/36cm, 35cm/40cm, 43cm/48cm, 50cm/55cm. Skład zestawu : cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca 18 Ga, prowadnica, skalpel nr 11, rozszerzacz żył 12 i 14 Fr, prowadnik rozdzielalny 16 Fr, bagnet do tunelizacji, 2x nasadka iniekcyjna, opatrunek samoprzylepny	Nie. Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
6.	Część 6 Czy wymagana igła z drenem czy bez ?	Zamawiający informuje iż oczekuje igły bez drenu.
Zestaw 4		
7.	Część 42 Czy zamawiający dopuści następujące parametry w części nr 42: Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żyłnej poniżej 1%. Do okola cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przysiania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.	Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Zestaw 5		
8.	Część 7 Do jakiej dokładnie klipsownicy Aesculap AG mają pasować oferowane klipsy. Prośba o podanie jej numeru katalogowego lub numeru katalogowego obecnie używanych klipsów w celu jednoznacznego określenia kompatybilności.	Zamawiający informuje iż klipsy winny być kompatybilne z klipsownicą Aesculap AG Grena 0301-06-ML 20 magazynów
9.	Część 19 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarach 24, 26, 29, 32mm.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 6		
10.	Część 56, poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwitopotencjalnym, pełniącym funkcje antyoparzeniową dla dorosłych o powierzchni aktywnej 128,5mm i całkowitej 170,5mm – elektroda pokryta hydrożelem z zakończeniem na klips, na opakowaniu etykieta samoprzylepna do potrzeb dokumentacji zawierająca nr. kat i datę ważności producenta.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 7		
11.	Część 33, poz. 1 Czy Zamawiający w pozycji 1 część 33 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowym (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami lub zagiętymi o przekroju 11 Fr oraz 13 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez zamawiającego? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu	Tak. Zamawiający dopuszcza.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<ul style="list-style-type: none">- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg- igła wprowadzająca 18G- rozszerzadło- nasadki iniekcyjne Luer Lock- wyprodukowany w Niemczech Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu	
12.	Część 42, poz. 1 Czy Zamawiający w pozycji 1 część 42 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika: 19/40, 23/44, 28/49, 33/54 do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka zestawu: <ul style="list-style-type: none">- radiocieniujący cewnik- silikonowe ramiona- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg- adapter wypełniający- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze- igła wprowadzająca 18G- rozszerzadło 12 Fr- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką- nasadki iniekcyjne Luer Lock- kleszczyki – 2 szt.	Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
13.	Część 43, poz. 1 Czy Zamawiający w pozycji 1 część 43 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o przekroju 11 Fr oraz 13 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm , 25 cm do wyboru przez zamawiającego? Charakterystyka cewnika: <ul style="list-style-type: none">- termoplastyczny poliuretan Tecoflex- radiocieniujący szafit cewnika- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg- igła wprowadzająca 18G	Tak. Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<ul style="list-style-type: none">- rozszerzadło- nasadki iniekcyjne Luer Lock- wyprodukowany w Niemczech Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu	
14.	<p>Część 44, poz. 3 Czy Zamawiający w pozycji 3 część 44 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o przekroju 11 Fr oraz 13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez zamawiającego? Charakterystyka cewnika:</p> <ul style="list-style-type: none">- termoplastyczny poliuretan Tecoflex- radiocieniujący szaft cewnika- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów- obroty pierścieni do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg- igła wprowadzająca 18G- rozszerzadło- nasadki iniekcyjne Luer Lock- wyprodukowany w Niemczech Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu	Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
15.	<p>Część 44, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z części 44 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?</p>	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
16.	<p>Część 44, poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z części 44 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?</p>	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 8		
17.	<p>Część 49, poz. 268 Czy Zamawiający dopuści w części 49 w poz. 268 pojemnik plastikowy do dobowej zbiórki moczu z podziałką, ale bez uchwytu (TULIPAN)?</p>	Nie. Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Zestaw 9		
18.	<p>Część 11, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści produkt ZinoDr. A, równoważny pod względem składu oraz wskazań do stosowania?</p>	Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Zestaw 10		
19.	<p>Część 19, poz. 138 Czy Zamawiający w pak. 19 poz. 138 dopuści staplery okrężne zakrzywione jednorazowego użytku o średnicy zewnętrznej 24, 26, 29, 32 mm (do wyboru Zamawiającego), pozostałe parametry wg SIWZ?</p>	Tak. Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 11		
20.	<p>Część 21, Wymagane właściwości systemu próżniowego pkt. 9 Zamawiający wymaga, aby termin ważności próbek wynosił min. 8 m-cy od daty dostawy. Termin ważności produktu zależy od odczynnika znajdującego się w probówko-strzykawkach. W przypadku probówko-strzykawk z poz. 184 i poz. 198 (surowica z żelazem separującym) termin ważności wynosi min. 5 miesięcy od dnia dostawy. Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. nr 184 i 198 probówko-strzykawk z terminem ważności min. 5 m-cy od daty dostawy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych.</p>	Tak. Zamawiający dopuszcza.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
21.	Część 21, Wymagane właściwości systemu próżniowego pkt. 12 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający czas trwania umowy wymaga dostarczenia czynnika OB. w formie dzierżawy?	Tak. Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia czynnika OB.
22.	Część 21, poz.192 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga w tej pozycji próbkowkostrzykawki o średnicy 8 mm i spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
23.	Część 1, kolumna „Nazwa handlowa produktu / nazwa producenta” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w tabeli asortymentowo-cenowej w kolumnie „Nazwa handlowa produktu / nazwa producenta” numeru katalogowego zaoferowanego produktu. Podanie numeru katalogowego pozwoli Zamawiającemu na weryfikację zgodności zaoferowanego przez Wykonawcę produktu z opisem przedmiotu zamówienia oraz pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieporozumień na etapie realizacji zamówienia.	Tak. Zamawiający oczekuje podania nr katalogowego oferowanego produktu.
24.	Dotyczy SIWZ rozdz. 13 pkt. 13.1.2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy i ustalenie minimalnego terminu wynoszącego 2 dni a maksymalnego 4 dni z odpowiednim przyznaniem punktacji. Ze sposobu liczenia punktów w tym kryterium określonym w SIWZ wynika, że najwyższej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień. Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 40 pkt, a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 2 dniowy – tylko 20 pkt. Tak dużej różnicy punktowej drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną. Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert. Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy, w dostawach ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które, co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło. Dlatego też uważamy, że wymaganie jednodniowego terminu dostawy, jest działaniem wykonawcy stanowiącym czyn nieuczciwej konkurencji. Zamawiający, który jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, nie powinien, poprzez kryteria oceny ofert, godzić się na nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego też powinien określić minimalny termin dostawy (np. 2 dni). Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy np. 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem pakietu nr 21 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może zaplanować zapotrzebowanie wcześniej, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia dla jednodniowego terminu dostawy. Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Zalogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	Dlatego zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy.	
25.	dotyczy Umowy §3 ust. 2 Prosimy o modyfikację zapisów §3 ust. 2 na zapis następujący: „Transport (.....) koszt i ryzyko Wykonawcy przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto (..)” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
26.	dotyczy umowy §8 ust. 1 pkt a) i b) Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów §8 ust.1 pkt. a) i b) w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 12		
27.	Część nr 2 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga aparatu do przetaczania krwi z drenem o długości 150cm z uchwytem na dren oraz miejscem na igłę biorcza po użyciu w opakowaniu	Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
28.	Część nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu do przetaczania płynu komora kropłowa wykonana z PP o całkowitej długości 62mm (55mm w części przezroczystej) Całość wolna od ftalanów?	Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
29.	Część nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający wymaga aparatu do przetaczania płynów z uchwytem na dren oraz miejscem na igłę biorcza po użyciu?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
30.	Część nr 20 poz. 139 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów w kolorze bursztynowym z drenem o długości 150cm bez dodatkowego portu do podawania leków?	Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
31.	Część nr 20 poz. 140-146 Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta?	Tak. Zamawiający wymaga.
32.	Część nr 20 poz. 147-149 Czy Zamawiający wymaga kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP z automatycznym mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem?	Zamawiający informuje, iż oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
33.	Część nr 20 poz. 150-155 Czy Zamawiający wymaga kaniuli wykonanej z FEP z 4 paskami widniejącymi w promieniach RTG?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
34.	Część nr 20 poz. 156 Czy Zamawiający wymaga koreczków jednofunkcyjnych do kaniul z trzpieniem poniżej krawędzi korka pakowanych pojedynczo nie na blistrze, sterylne?	Tak. Zamawiający oczekuje koreczków sterylnych. Zamawiający dopuszcza koreczki pakowane na blistrze jednakże ilość całkowita koreczków musi być zgodna z ilością podaną w SIWZ.
35.	Część nr 20 poz. 156 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przeliczenia w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100sztuk w opakowaniu?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za 1 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
36.	Część nr 20 poz. 158-159 Czy zamawiający wymaga kaniuli typu neoflon dla dzieci z dodatkowym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli w rozmiarach 26G i 24G?	Nie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
37.	Część nr 20 poz. 167 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie portu bezigłowego podwójnego do iniekcji z przedłużaczami do użytku przez 7 dni lub 500 razy średnica wew.1.1mm zew. 2,35mm . długość całkowita ok 9,5cm posiadający przezroczysta obudowę, bez części metalowych. Posiada dreny z zaciskami przesuwными oraz obrotowym łącznikiem luer lock zabezpieczonym koreczkiem. Pakowany pojedynczo?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
38.	Część nr 20 poz. 171 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do insuliny 1ml/40j.mz igłą 0,4x13mm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
39.	Część nr 20 poz. 172 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3 częściowej bursztynowej do pomp rozszerzona skala do 60ml z logo umożliwiające identyfikację wyrobu bursztynowej do pomp. Opakowanie folia-papier	Tak. Zamawiający dopuszcza.
40.	Część nr 20 poz. 174 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3 częściowej przezroczystej do pomp rozszerzona skala do 60ml z logo umożliwiające identyfikację wyrobu bursztynowej do pomp. Opakowanie folia-papier	Tak. Zamawiający dopuszcza.
41.	Część nr 20 poz. 175 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym strzykawek pakowanych po 80 sztuk?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za opakowanie 50 sztuk natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie 80 sztuk. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
42.	Część nr 20 poz. 175-178 Czy zamawiający w/w pozycjach wymaga Strzykawek luer czy luer lock?	Zamawiający informuje iż wymaga strzykawek luer.
43.	Część nr 20 poz. 175-178 Czy zamawiający w/w pozycjach wymaga strzykawek 2częściowych czy 3częściowych?	Zamawiający dopuszcza strzykawki 2-częściowe oraz 3-częściowe
44.	Część nr 20 poz. 175-178 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek z tłokiem w kolorze kontrastującym (niebieskim)	Tak. Zamawiający dopuszcza.
45.	Część nr 20 poz. 175-178 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek z rozszerzona skala o 20%	Tak. Zamawiający dopuszcza.
46.	Część nr 20 poz. 160-167,169-170,180-181 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy poprzez wydzielenie z części nr 20 pozycji o których mowa w zapytaniu i utworzenie z nich części nr 59
47.	Część nr 34 poz. 227 Czy Zamawiający wymaga sterylnego opatrunku ze spongostanem tamującym krwawienie o wymiarach 38x72mm w opakowaniu po 50 sztuk?	Zamawiający informuje, iż rozmiar opatrunku wynosi 38x72mm +/-5mm Zamawiający dopuszcza opakowania po 50 sztuk jednak zwraca uwagę iż w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto należy podać cenę za 1 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
48.	Część nr 34 poz. 227 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?	Zamawiający informuje, iż pozycja 227 jest osobną częścią o numerze 34
Zestaw 13		
49.	Część nr 52 poz. 324 Pytanie dotyczy Części 52 Wyroby medyczne "H" poz. 324 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie z jakimi wkładami workowymi ma być kompatybilny pojemnik 2000ml ?	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie części 52 Wyroby medyczne „H” poz. 324 która otrzymuje brzmienie: „Pojemnik 2000ml kompatybilny z wkładami opisanymi w pozycji 341”
50.	Część nr 52 poz. 325 Pytanie dotyczy Części 52 Wyroby medyczne "H" poz. 325 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie z jakimi wkładami workowymi ma	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie części 52 Wyroby medyczne „H” poz. 324 która otrzymuje brzmienie: „Pojemnik



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	być kompatybilny pojemnik 2l ?	2000ml kompatybilny z wkładami opisanymi w pozycji 336"
Zestaw 14		
51.	Część 5 poz. 51 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do EKG o pojemności 500ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 30 sztuk.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
52.	Część 5 poz. 51 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do EKG o pojemności 500ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 58 sztuk.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
53.	Część 13 poz. 102 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o rozmiarze 107mm x 23m.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
54.	Część 13 poz. 103 Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?	Zamawiający informuje iż papier winien być z nadrukiem
55.	Projekt umowy- §3 pkt 2 Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych (tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.) Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia?	Zamawiający oczekuje wniesienia towaru do magazynu mieszczącego się w Aptece Szpitalnej.
56.	Projekt umowy- §8 pkt 1b Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 8 ust. 1b projektu umowy zamiast zwrotu „20% wynagrodzenia umownego brutto ” wpisanie zwrotu: „20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 20% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) " Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela". Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współzycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątplenia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
57.	<p>Projekt umowy- §8 pkt 1a Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 8 ust. 1a projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia umownego brutto” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany Wskazanie 1% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.</p> <p>Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 1% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.</p> <p>Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 15		
58.	<p>Część 28 poz. 4 Czy w Części 28, poz. 4 (wiersz 216) dializatory z błoną polyamid lub z błoną polisulfonową, polyetherosulfonową (sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma) powierzchnia 2,0 m2 lub traktowane jako równoważne dializatory z błoną polyamid o powierzchni 2,1m2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów z błoną polisulfonową, sterylizowane parą wodną powierzchnia 2,2 m²?</p>	Tak. Zamawiający dopuszcza.
59.	<p>Część 28 poz. 4 Czy w Części 28, poz. 4 (wiersz 216) dializatory z błoną polyamid lub z błoną polisulfonową, polyetherosulfonową (sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma) powierzchnia 2,0 m2 lub traktowane jako równoważne dializatory z błoną polyamid o powierzchni 2,1m2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów z błoną helixone® sterylizowanych parą wodną o powierzchni 1,8m², charakteryzujący się</p>	Tak. Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Zalogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	wyższymi wartościami klirensów niż polisulfon 2,0 m ² ?	
Zestaw 16		
60.	Część nr 10, pozycja 63 Czy Zamawiający dopuści myjkę w opakowaniu handlowym a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za 1 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
61.	Część nr 34 Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylny pakowany pojedynczo, w opakowaniu handlowym a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za 1 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
62.	Część nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetaczania płynu z komorą wykonaną z PCV o długości min. 55mm w części przezroczystej?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
63.	Część nr 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści ma na myśli przyrząd do infuzji?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
64.	Część nr 4, pozycja 36 Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pola operacyjnego CH 21?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
65.	Część nr 12, pozycja 97 Czy Zamawiający dopuści pojemniki 11 L?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
66.	Część nr 20, pozycja 174 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę posiadające jednostronną skalę?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
67.	Część nr 20, pozycja 183 Czy Zamawiający ma na myśli worek kompatybilny z aparatem do przetaczania płynów z pozycji 139?	Tak. Zamawiający potwierdza.
Zestaw 17		
68.	Część nr 16, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL=1.5, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
69.	Część nr 16, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z wymaganiami SIWZ lecz pakowane po 250 szt dla rozmiaru S-L oraz pakowane po 240 szt dla rozmiaru XL?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 18		
70.	Część nr 16, pozycja 118 Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Jednocześnie, w celu zwiększenia ilości złożonych ofert prosimy o wydzielenie tej pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę opakowania 100 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie 200 sztuk. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ. Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy poprzez wydzielenie z części nr 16 pozycji o których mowa w zapytaniu i utworzenie z nich części nr 63
71.	Wzór Umowy Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści: Siła Wyższa	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<p>1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.</p> <p>2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.</p> <p>3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.</p> <p>4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.</p> <p>5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.</p>	
Zestaw 19		
72.	Część 2, poz. 3-4 Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?	Zamawiający informuje, iż dopuszcza nie wymaga.
73.	Część 2, poz. 3-4 Czy zamawiający wymaga opakowania typu papier- folia?	Zamawiający informuje, iż dopuszcza nie wymaga.
74.	Część 2, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałowa, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml±0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?	Zamawiający informuje, iż dopuszcza.
75.	Część 20, poz. 139 Czy zamawiający wymaga opakowania typu papier- folia?	Zamawiający informuje, iż dopuszcza nie wymaga.
76.	Część 20, poz. 139 Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?	Zamawiający informuje, iż dopuszcza nie wymaga.
77.	Część 20, poz. 172, 174 czy zamawiający dopuści jednostronną, czytelną, czarną skalę pomiarową?	Zamawiający informuje, iż dopuszcza.
78.	Część 20, poz. 156 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za 1 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
79.	Część 20, poz. 139,156,172,174,179 Czy zamawiający wydzieli poz.139,156,172,174,179do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Zalogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	
80.	Część 45, poz. 249 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za 1 opakowanie o ilości 90 sztuk natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie 75 sztuk. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
81.	Część 45, poz. 254 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za 1 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
82.	Część 45, poz. 254 czy zamawiający wymaga opakowania papier- folia?	Zamawiający informuje, iż dopuszcza nie wymaga.
83.	Część 48, poz. 262 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za 1 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
84.	Część 48, poz. 263 Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszelka środka myjącego?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
85.	Część 50, poz. 269 Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?	Zamawiający informuje, iż dopuszcza.
86.	Część 50, poz. 269 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie zbiorcze 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za 1 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
87.	Część 50, poz. 271 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za 1 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
Zestaw 20		
88.	Część 15, poz. 116: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem	Tak. Zamawiający potwierdza.
89.	Część 16, poz. 117: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Białe, grubość na palcach	Zamawiający informuje, iż dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<p>min. 0,09 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Zgodność z normą EN 455, potwierdzona certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (badanie z niezależnego laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór podawczy zabezpieczony folią. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk.</p>	
90.	<p>Część 16, poz. 117: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych, bezpodranych z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżająco - natłuszczającą. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Powierzchnia teksturowana na końcach palców. Opakowanie posiada otwór dozujący zabezpieczony folią o właściwościach antybakteryjnych. Długość min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,11 mm. Siła zrywania min. 6,1 N, AQL 1,0. Rękawice zgodne z EN 455, EN 420, EN 388. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (badanie z niezależnego laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór podawczy zabezpieczony folią. Opakowanie 200 szt.(180 szt. dla rozmiaru XL).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za opakowanie zawierające 250 sztuk natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie o którym mowa w zapytaniu. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.</p>
91.	<p>Część 16, poz. 117: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżająco-natłuszczającą z naturalnego aloesu i witaminy E, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL max.1,5, zgodność z normą EN 455 (załączyć certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań), informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Przebadane na działanie min. min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Cyklofosfamidu, Metotrexatu i Melphalanu wg ASTM D6978. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 200 sztuk (XL po 180 sztuk).</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za opakowanie zawierające 250 sztuk natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie o którym mowa w zapytaniu. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.</p>
92.	<p>Część 16, poz. 122: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 122 z pakietu 16, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty.</p>	<p>Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy poprzez wydzielenie z części nr 16 pozycji o których mowa w zapytaniu i utworzenie z nich części nr 62</p>
Zestaw 21		
93.	<p>Cześć nr 32 pozycja 224 i 225 Zwracamy się z prośbą o wyłącznie z Części nr 32 pozycji 224 i 225 – paski testowe. Ten produkt nie ma nic wspólnego z koncentratami do dializ a jednocześnie uniemożliwia złożenie oferty na nie</p>	<p>Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy poprzez wydzielenie z części nr 32 pozycji o których mowa w zapytaniu i utworzenie z nich części nr 64</p>
94.	<p>Cześć nr 44 poz. 238, 242, 243 oraz 244 Jednocześnie prosimy o wyłącznie z Części nr 44 pozycji 238, 242, 243 oraz 244 do odrębnego zadania na płyny do dializ na intensywnej terapii, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
95.	Cześć 44 poz. 238 Prosimy o dopuszczenie w Części 44 poz. 238 - 4% Cytrynian sodu (136,4 mmol/l) w workach po 2000 ml.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
96.	Cześć 44 poz. 243 Prosimy o dopuszczenie w Części 44 poz. 243 – płynów o jednym stężeniu magnezu 1 mmol/l. Pozostałe zapisy bez zmian	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
97.	Cześć 44 poz. 244 Prosimy o dopuszczenie w Części 44 poz. 244 – płynów o stężeniu glukozy 5,50 oraz potasu 0, 2 i 4 mmol/l. (zależnie od potrzeb). Pozostałe zapisy bez zmian	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
Zestaw 22		
98.	Cześć 28 poz. 214, 215, 216, 217 Czy zamawiający w Części 28 „Dializatory” wydzieli do osobnej części punkt 214, 215, 216, 217 i wyrazi zgodę na zaoferowanie w punkcie 214 dializatorów o powierzchni 1,4 m2? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 23		
99.	Cześć 28 Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału części nr 28 (Dializatory) na dwie osobne podczęści: • Część 28a – Dializatory o powierzchni 1,0 -1,1 m2 – pozycja 213; • Część 28b – Pozostałe dializatory – pozostałe pozycje z części nr 28? LUB dopuszcza złożenie oferty w pozycji 213 na dializatory o powierzchni 1,4 m2?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
100.	Cześć 44 Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału części nr 44 (Zestawy do dializ na intensywnej terapii) na dwie osobne podczęści: • Część 44a – Płyny do aparatów Multifiltrate – pozycje 238 oraz 243; • Część 44b – Zestawy do dializ na intensywnej terapii – pozostałe pozycje z części nr 44? Podział Części 44 pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius i zaoferowanie wyrobu medycznego (w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate) używanego od lat przez wiele OAIT w ośrodkach klinicznych, szpitalach specjalistycznych oraz w stacjach dializ na terenie całego kraju (np. SCCS w Zabrze), a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych. Jednocześnie informujemy, że przy takiej konstrukcji pakietu dysponujemy wyrokiem KIO nakazującym podział i wyodrębnienie płynów do osobnego pakietu w przypadku, gdy jest więcej niż jeden dostawca. Płyny nie różnią się składem i są w pełni kompatybilne z aparaturą, którą posiada zamawiający. Informujemy również, że na prośbę Szpitala jesteśmy w stanie dostarczyć wiele referencji wskazujących na poprawne wykonanie zamówień jak i potwierdzających kompatybilność i jakość oferowanych płynów.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 24		
101.	Cześć 12 poz. 98 Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 12 poz. 98, szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
102.	Cześć 12 poz. 98 Czy Zamawiający, ze względu na niejednorodny charakter produktów wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 12 poz. 98 do oddzielnego	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy poprzez wydzielenie z części nr 12 pozycji o których mowa w zapytaniu i utworzenie z nich części nr 60



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	pakiety? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.	
Zestaw 25		
103.	Cześć 12 poz. 71 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kremu o pojemności 200ml z przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
104.	Cześć 12 poz. 73,74 Czy Zamawiający może potwierdzić, że ma na myśli odpowiednio: poz.73: 200 op. Po 50 szt.; poz.74: 200 op. Po 50 szt.? Ponieważ prawdopodobnie nastąpiła omyłka pisarska w kolumnie „wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu)”: jest 1.	Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie części 12 poz. 73 oraz poz. 74 które w kolumnie „wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu)” otrzymują brzmienie 50 sztuk
105.	Cześć 12 poz. 80, Czy Zamawiający dopuści do oceny pielucho majtki o chłonność min. 2500g i oznaczeniem pielucho majtki „XL” o obwodzie zgodnym z SIWZ?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
106.	Cześć 12 poz. 81, Czy Zamawiający dopuści do oceny pielucho majtki o chłonność min.2200g, o obwodzie 75-110 cm, o oznaczeniu „M” zgodnym z SIWZ?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
107.	Cześć 12 poz. 82, Czy Zamawiający dopuści do oceny pielucho majtki o chłonność min.2500g i oznaczeniem pielucho majtki „L” o obwodzie zgodnym z SIWZ?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
108.	Cześć 17 poz. 124 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki do leczenia przepuklin w rozmiarze 10 x 16 cm ?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
109.	Cześć 17 poz. 124 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki do leczenia przepuklin w rozmiarze 8 x 13 cm ?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
Zestaw 26		
110.	Cześć 17 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 pod pojęciem „Siatki do leczenia przepuklin brzusznych i pachwinowych” rozumie i będzie wymagał monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu-25; gramatura 28 g/m2; średnica porów 3-4 mm; wchłaniający element poliglekapron-25 (ok. 84 dni) cienkie filamenty – poniżej 1 mm; niski odselek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%; elastyczny, którego naciągnięcie ma proporcje wymiarowe 4:1?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
111.	Cześć 22 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 poprzez „taśma TOT – do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu” rozumie i będzie wymagał systemu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu składający się z taśmy wykonanej z polipropylenu (monofilament, o wielkości porów 100 mikronów, szerokości 1,1 cm, długości 12 cm, laserowe cięcie taśmy, taśma w plastikowej osłonce), nici polipropylenowych łączących taśmę z plastikową osłonką na przewodnicach helikalnych, dwóch jednorazowych helikalnych przewodnic ze stali nierdzewnej, profilowanych do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”, z plastikową osłonką, połączonych na stałe z taśmą poprzez polipropylenowe nici, stalowej przewodnicy skrzydełkowej o regulowanej długości służącej do prawidłowego przeprowadzenia helikalnych przewodnic z wskaźnikiem głębokości położenia w tkance. System całkowicie jednorazowy?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
112.	Cześć 22 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 będzie wymagał taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu zakładaną przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 27		
113.	Cześć 51 poz. 286 Czy Zamawiający dopuści czteroświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych o wymiarach średnica zewnętrzna 8F, średnica kanałów 14/18/18/16 G, długość cewnika 15 cm, przewodnica 50 cm, rozszerzadło, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, skalpel ?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
114.	Część 51 poz. 286 Czy Zamawiający wymaga by zestaw posiadał zintegrowaną (w jednym niepodzielnym elemencie) igłę typu Y przeciwdziałającą zatorowi powietrznemu, niezaginającą się prowadnicę nitinolową, zastawki bezigłowe do każdego światła oraz kabelek do monitorowania położenia cewnika w żyłę głównej górnej pod kontrolą EKG ?	Zamawiający informuje iż dopuszcza nie wymaga.
115.	Część 51 poz. 287 Czy Zamawiający dopuści trzyświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych o wymiarach -średnica zewnętrzna 7F, średnica kanałów 16/18/18 G, długość cewnika 20 cm, prowadnica 50 cm, rozszerzadło, strzykawką trzyczęściową 5 ml, skalpel ?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
116.	Część 51 poz. 287 Czy Zamawiający wymaga by zestaw posiadał zintegrowaną (w jednym niepodzielnym elemencie) igłę typu Y przeciwdziałającą zatorowi powietrznemu, niezaginającą się prowadnicę nitinolową, zastawki bezigłowe do każdego światła oraz kabelek do monitorowania położenia cewnika w żyłę głównej górnej pod kontrolą EKG ?	Zamawiający informuje iż dopuszcza nie wymaga.
Zestaw 28		
117.	Część 47 poz.1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
118.	Część 47 poz.2 Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 15,5 cm?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
119.	Część 47 poz.3 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150x220 cm?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
120.	Część 47 poz.5 Czy Zamawiający dopuści wymiary 90 x 45 x 40mm (+/-5mm)?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
121.	Część 10 poz.1 Czy Zamawiający dopuści myjki o rozmiarze 17x23,5, perfumowane, pakowane a'10 sztuk z przeliczeniem ilości?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za opakowanie 8 sztuk natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowania za 10 sztuk. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
122.	Część 10 poz.2 Czy Zamawiający dopuści myjki o rozmiarze 17x23,5, perfumowane, pakowane a'10 sztuk z przeliczeniem ilości?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za opakowanie 8 sztuk natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowania za 10 sztuk. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
123.	Część 10 poz.3 Czy Zamawiający dopuści myjki o rozmiarze 20x22, pakowane a'12 sztuk z przeliczeniem ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
124.	Część 10 poz.4 Czy Zamawiający dopuści myjki o rozmiarze 20x22, perfumowane, pakowane a'12 sztuk z przeliczeniem ilości?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
125.	Część 10 poz.6 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 12x20cm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
126.	Część 10 poz.8 Czy Zamawiający dopuści chłonność 1700ml?	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
127.	Część 10 poz.8 Czy Zamawiający dopuści 30 sztuk z przeliczeniem ilości?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za opakowanie 112 sztuk natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowania za 30 sztuk. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
128.	Część 10 poz.9 Czy Zamawiający dopuści suche chusteczki o rozmiarze 30x33cm, o gramaturze min. 40g/m2, wykonane z włókny Airlaid, pakowane a'50	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za opakowanie 100 sztuk natomiast w kolumnie



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	sztuk z przeliczeniem ilości?	„Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowania za 50 sztuk. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
129.	Część 10 poz.7-9 Czy Zamawiający wyłączy pozycje 7-9 z Części 10 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 29		
130.	Część nr 16 poz. 117 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych rękawic: Rękawice diagnostyczne nitylowe, jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość na palcu 0,12mm, na dłoni 0,08mm, na mankiecie 0,06mm, AQL 1.0, siła zrywu min. 8N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz raportem z badań przeprowadzonego przez niezależne laboratorium badawcze. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'200 szt. Pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiel zawsze wyjmowany pierwszy. Uchwytu typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie.	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
131.	Część nr 16 poz. 121 1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic – rękawice winylowe bezpudrowe a'100szt w rozmiarze M.	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy poprzez wydzielenie z części nr 16 pozycji o których mowa w zapytaniu i utworzenie tej pozycji części nr 61
132.	Część nr 16 poz. 122 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic niesterylnych lateksowych o grubości pojedynczej ścianki na dłoni 0,35 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.	Zamawiający informuje iż dopuszcza.
133.	Część nr 16 poz. 123 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 30 000 op. a'50 par rękawic chirurgicznych, czy może 30 000 par	Zamawiający wymaga 30 000 opakowań pakowanych po 50 par.
134.	Pytania dotyczące zapisów Umowy: 1) Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „w takim przypadku zmiana umowy nastąpi automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej 2) Wnosimy o zmianę § 4 ust. 6 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową.” 3) Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co	Zamawiający informuje iż podtrzymuje zapisy SIWZ.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<p>najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.* UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.</p> <p>4) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współzycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).</p> <p>5) Wnosimy o modyfikację przewidzianych projektem umowy kar umownych odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none">a. W § 8 ust. 1 lit. a) do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru,b. W § 8 ust. 1 lit. b) do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto,c. W § 8 ust. 1 lit. c) dopisać do jej treści in fine: „jeśli właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji.”d. W § 8 ust. 1 wykreślenie lit. d),e. W § 8 ust. 2 obniżyć przewidzianą nim karę umowną do 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.f. W § 9 ust. 6 wykreślenie przewidzianej nim kary umownej. <p>UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.</p> <p>6) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”</p>	
Zestaw 30		
135.	<p>W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz wymianę wadliwego towaru</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
136.	<p>Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1 pkt. a-b:</p> <p>W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:</p> <ul style="list-style-type: none">a) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie części której kara dotyczy - za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy;b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie części której kara dotyczy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Zestaw 31		
137.	<p>Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §5 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:</p> <p>2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia poprzez zakupy grupowe (centralnego zamawiającego lub zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia), o ile przedmiot Umowy został zrealizowany w minimum 70% .</p> <p>Powyższy zapis koresponduje z zapisem §2 ust, 4 wzoru umowy, nadto ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Wykonawca wskazuje, iż pierwotne brzmienie przepisu umożliwia Zamawiającemu wypowiedzenie umowy niezależnie od stopnia jej realizacji, co przekłada się na całkowitą dowolność Zamawiającego w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw i realizowaniu przedmiotu Umowy w ramach zamówień grupowych. Wykonawca przypomina, iż w celu zapewnienia przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
138.	<p>Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §8 ust. 2 lit. a wzoru umowy w następujący sposób:</p> <p>a) trzykrotna zwłoka Wykonawcy względem: terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostaw, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, przekroczy 3 dni robocze</p> <p>Powyżej zaproponowana zmiana jest zgodna z zasadą obliczania terminów wskazaną w zapisach §3 ust. 3 oraz §7 wzoru umowy, w których to terminy liczone są wyłącznie z uwzględnieniem dni roboczych. Koresponduje to z organizacją pracy zakładu Zamawiającego. Wykonawca uważa za niezasadne stosowanie przez Zamawiającego negatywnych konsekwencji w powiązaniu do warunków niemożliwych do realizacji przez Wykonawcę bądź też od okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu – w tym przypadku zakończenia współpracy i obciążenia Wykonawcy karą umowną w przypadku jednokrotnego opóźnienia w dostawie wynoszącego 3 dni, niezależnie czy są to dni robocze czy dni wolne od pracy, w czasie których Wykonawca nie ma realnej możliwości wywiązania się z zobowiązania czy też niedochowanie terminu wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przykładowo w związku z COVID-19.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
139.	<p>Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, który z terminów wyznaczonych we wzorze umowy do wymiany wadliwego towaru jest dla Wykonawcy wiążący – czy termin wskazany w §8 ust. 2 lit. b wynoszący 3 dni od uznania reklamacji czy termin określony w §7 ust. 2 wynoszący 48 godzin przypadających w dni robocze? Wskazane terminy nie są tożsame, w szczególności okres 3 dni wobec nieprecyzyjnego określenia może obejmować także dni wolne od pracy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie mogących powstać wątpliwości i ujednoczenie w tym zakresie wzoru umowy.</p>	Zamawiający informuje iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Terminy o których mowa w zapytaniu nie wykluczają się.
140.	<p>Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §8 wzoru umowy w następujący sposób:</p> <p>a) wysokość kary umownej będzie naliczana od wartości netto, a nie brutto umowy bowiem podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie stanowi przysporzenia po stronie Wykonawcy;</p> <p>b) wysokość kary wskazanej w zapisie §8 ust. 1 lit. a będzie naliczana od wartości netto rzeczywiście niezrealizowanej części zamówienia – za każdy</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<p>dzień zwłoki; c) wysokość kary wskazanej w zapisie §8 ust. 1 lit. b będzie naliczana od wartości netto niezrealizowanej części Umowy, w zakresie której następuje odstąpienie; d) miarkowania kary umownej wskazanej w zapisie §8 ust. 1 lit. d wzoru umowy do wysokości równej należnego podatku VAT wynikającego z danej faktury.</p> <p>W uzasadnieniu wniosków w lit. c i d powyżej, Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i przyjętym orzecznictwem kara umowna nie może pozostawać w dysproporcji, być nieproporcjonalna w stosunku do wielkości realizowanej części zamówienia. Uznany jest pogląd, że o rażącym wygórowaniu kary umownej świadczy stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, można ją uważać za rażąco wygórowaną. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2013 roku (I ACa 539/13) podniesiono, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego uznaje się za miernik oceny wysokości kary umownej stosunek między wysokością kary umownej a wartością wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wykonawca zwraca także uwagę, iż zapisy projektu umowy winny przewidywać kary umowne w adekwatnej wysokości do odszkodowania, które mogłyby być dochodzone na zasadach ogólnych. Kara umowna jest instytucją, która ma pełnić przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Obowiązujące zasady prawa wskazują na przesłanki przesądzające o rażącym wygórowaniu kary umownej zwłaszcza w okolicznościach, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody albo poniósł szkodę nieznaną skutkiem niewykonania umowy. Do sytuacji rażąco wygórowanej kary może dojść już na etapie samych zapisów umownych, jak również poprzez ich zastosowanie w konkretnej sytuacji. Nie powinno dochodzić już na etapie samych zapisów umownych do sytuacji, w których zastrzeżona kara umowna będzie rażąco wygórowana. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. (I ACa 26/14) oceny, czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana dokonuje się w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony.</p>	
141.	<p>Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu §9 ust. 21 o następującym brzmieniu: 21: Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane raz w roku w miesiącu lutym o wartość wskaźnika inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa GUS (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku). Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić w lutym 2021 roku.</p> <p>Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie zawarta na okres 1 roku z możliwością jej przedłużenia (§9 ust. 2 lit. c wzoru umowy), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
142.	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.</p>	Zamawiający dopuszcza.
143.	<p>Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.	
144.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?	Zamawiający informuje iż oferta jest składana w postaci elektronicznej wobec czego nie ma potrzeby usuwania części na które wykonawca oferty nie będzie składać.
145.	Pakiet 12 Prosimy o wydzielenie pozycji Lp. 90 – Lp. 97 do osobnego pakietu, co umożliwi większej liczbie wykonawców wziąć udział w postępowaniu i zwiększy konkurencyjność ofert, a tym samym pozwoli na bardziej oszczędne wydatkowanie środków publicznych	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy poprzez wydzielenie z części nr 12 pozycji o których mowa w zapytaniu i utworzenie tej pozycji części nr 65
146.	Pakiet 12 Lp. 89 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie patyczków do wymazów sterylnych pakowanych indywidualnie, opakowanie zbiorcze 100szt.	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę 1 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie 100 sztuk. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.
147.	Pakiet 12 Lp. 93 – Lp. 97 Czy Zamawiający dopuści pojemniki histopatologiczne z pokrywką na wcisk?	Zamawiający dopuszcza.
148.	Pakiet 12 Lp. 93 Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 520 ml?	Zamawiający dopuszcza.
149.	Pakiet 12 Lp. 94 Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 1200 ml?	Zamawiający dopuszcza.
150.	Pakiet 12 Lp. 95 Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 2300 ml?	Zamawiający dopuszcza.
151.	Pakiet 12 Lp. 96 Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 5600 ml?	Zamawiający dopuszcza.
152.	Pakiet 12 Lp. 97 Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 10600 ml?	Zamawiający dopuszcza.
153.	Pakiet 12 Lp. 90 – Lp. 97 Czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki histopatologiczne były wyposażone w etykiety posiadające piktogramy i oznaczenia dotyczące roztworu formaldehydu oraz miejsce do opisu danych pacjenta, numeru i daty pobrania?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
154.	Pakiet 12 Lp. 98 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek do wymazów cytologicznych sterylnych pakowanych pojedynczo, opakowanie zbiorcze 50szt.	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę 1 sztukę natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za opakowanie 50 sztuk. W przypadku nie dokonania właściwego przeliczenia w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ.

Zamawiający informuje iż modyfikuje zapisy formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie w części nr 16 poz 118 która w kolumnie „Ilość” otrzymuje brzmienie „11600” oraz w zakresie części 16 poz 119 która w kolumnie „Ilość” otrzymuje brzmienie „100”

W związku z wyżej wymienionymi modyfikacjami Zamawiający ustala następujące wartości wadium dla poszczególnych zmodyfikowanych części:

Część 20	655,00 zł
Część 12	20,00 zł
Część 16	918,00 zł
Część 32	1570,00 zł




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Część 59	177,00 zł
Część 60	9,00 zł
Część 61	8,00 zł
Część 62	48,00 zł
Część 63	930,00 zł
Część 64	5,00 zł
Część 65	35,00 zł

W załączeniu do niniejszego pisma zmodyfikowany wzór formularza ofertowego oraz zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje iż termin składania ofert oraz wadium ulega zmianie na następujący:
Termin składania ofert i wadium: 15.05.2020 godz. 8:00
Termin otwarcia ofert: 15.05.2020 godz. 8:15

z upoważnienia Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Katowicach
Pełnomocnik Dyrektora

(Maria Brzezińska)

