



**Centrum Zdrowia
Dziecka i Rodziny**

im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Sosnowiec, dnia 28.11.2023r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (podstawa prawna: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp) na:

„Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w zrobotyzowany sprzęt do terapii chodu dla pacjentów.”

Nr postępowania: (PZ/28/2023)

Platforma zakupowa: ID 851819

Działając w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dot. punktu 1.

Czy Zamawiający wymaga aby ze względów bezpieczeństwa poziom odciążenia był programowo ograniczony do zakresu 0-80%? Poziom odciążenia wyższy niż 80% nie jest uzasadniony żadnym celem terapeutycznym ani nie jest poparty badaniami naukowymi, a co więcej może powodować niebezpieczeństwo dla pacjenta odciążonego w tak dużym stopniu. Proponowany zakres 0-80% ograniczony w sposób programowy pozwala na bezpieczną aplikację u szerokiej grupy pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga odciążenia masy ciała w bezpiecznym dla pacjenta zakresie od 0 do min. 80%. Prosimy o podanie zakresu.

Pytanie 2

Dot. punktu 5.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które posiada mniejszą niż zakładana odległość pomiędzy poręczami wynoszącą 48 cm? Różnica nie jest znacząca i nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę urządzenia posiadającego odległość pomiędzy poręczami wynoszącą 48 cm ale nie wymaga ściśle tego wymiaru.

Pytanie 3

Dot. punktu 36

Zakres wzrostu użytkowników 142 cm-193 cm

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza proponowany zakres wzrostu użytkowników od min. 142 cm do min. 193 cm.

W związku z powyższym Zamawiający załącza zaktualizowany Załącznik nr 2B do SWZ.

Działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Zmiana terminu nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień
01.12.2023r. godz.: 09:00
Otwarcie nastąpi w tym samym dniu o godz.: **09:15**

PREZES ZARZĄDU
Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny
im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

dr n. med. Andrzej Siwiec