



Wrocław, 24 września 2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów okulistycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.88.2024

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) – dalej Pzp, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 3 ma na myśli Angulację 5° ?

Odpowiedź na pytanie nr 1: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SWZ pakiet 7 poz. 3. Zapis otrzymuje brzmienie:

3	SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE JEDNOCZĘŚCIOWE WRAZ Z SYSTEMEM IMPLANTACYJNYM -Soczewka jednoczęściowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna, -Średnica optyczna 6,0mm. -Średnica całkowita 11mm. -Zakres mocy +5 do +45 D -4 hapteny stabilizujące soczewkę -Stała A niezmienna dla całego zakresu mocy 118,4. - Angulacja 5° -Implantacja iniekctorem jednorazowym przez cięcie 2,2mm	x	x	szt.					2500			
---	---	---	---	------	--	--	--	--	------	--	--	--

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 4 ma na myśli zakres Cylindrów od +1,00D do +10,00D co 0,5D?

Odpowiedź na pytanie nr 2: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SWZ pakiet 7 poz. 4. Zapis otrzymuje brzmienie:

4	Soczewki wewnątrzgałkowa jednoczęściowa toryczna , hydrofilna wraz z systemem implantacji. -Średnica optyczna: 6,0mm -Średnica całkowita: 12,5 mm -Dioptraż +1 do +34 D co 0,5D - Cylindry od +1.00D do +10.0D co 0,5D	x	x	szt.					100			
---	--	---	---	------	--	--	--	--	-----	--	--	--

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu zapłaty do 30 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zapisy SWZ bez zmian. Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023r.

poz. 1790) dopuszcza 60 dniowy termin płatności, gdy dłużnikiem jest SP ZOZ (art. 8 ust. 2 – Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, termin ten nie może przekraczać 60 dni.), a zgodnie z art. 13 przywołanej ustawy postanowienia umowne wyłączające lub ograniczające ustawowe uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika są nieważne.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy dostawy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 8 pkt. 1 ppkt 2) Wzoru projektu umowy zgodnie z poniższymi zapisami:

2) w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust 17 za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w § 8 pkt. 1 ppkt 3) Wzoru projektu umowy poniższego zapisu:

3) w wysokości 2,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9:

Pytanie do pakietu nr 13 pozycja 7

Czy Zamawiający wymaga 4 kompletów indzektor + pęseta (indzektor do wyboru Royal lub Monarch) do implantacji soczewek?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10:

Pytanie do pakietu nr 13 pozycja 8

Czy Zamawiający wymaga 1 kompletu narzędzi do markowania oka pacjenta podczas wszczepu soczewki torycznej?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11:

Pytanie do pakietu nr 13 pozycja 10

Czy zamawiający zgodzi się na implant przeciwjaskrowy w jednej opcji - średnica 50 mikrometrów?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §1 ust. 13 umowy zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §5 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie dni roboczych (min. 2 dni robocze - max. 5 dni roboczych – zgodnie ze złożoną ofertą) od doręczenia mu reklamowanego towaru”?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego wyrobu, który powinien być mu odsyłany przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §1 ust. 18 umowy kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę za wyroby uszkodzone, zaginione, przeterminowane oraz za te, które w momencie zwrotu będą posiadały termin przydatności krótszy niż 9 miesięcy.”?

Uzasadnienie:

- Wykonawca nie ma żadnego wpływu na warunki przechowywania towarów przekazanych Zamawiającemu, a które zostaną zafakturowane dopiero po użyciu, dlatego powinien otrzymać wynagrodzenie za nie jeśli ulegną uszkodzeniu lub zaginięciu;

- Wyroby o terminie przydatności krótszym niż 9 miesięcy są w zasadzie niesprzedawalne, dlatego Wykonawca powinien otrzymać za nie wynagrodzenie. Jeśli jednak Zamawiający będzie je zużywał począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane;

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §1 umowy kolejny paragraf §1a dotyczący zasad funkcjonowania depozytu w następującym brzmieniu:

„1. Zamawiający będzie zużywał towary począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności w ramach danego asortymentu.

2. Zamawiający odpowiada za zapewnienie towarom prawidłowych warunków przechowywania i zabezpieczy je przed uszkodzeniem oraz kradzieżą. W przypadku uznania, że towary są przechowywane nieprawidłowo Wykonawca może je odebrać w trybie natychmiastowym.

3. Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia raz w miesiącu inwentaryzacji towarów powierzonych w depozyt w obecności pracownika Zamawiającego. Termin inwentaryzacji ustalany jest indywidualnie, w porozumieniu z Zamawiającym.”?

Uzasadnienie:

- W celu minimalizowania ilości odpadów zasadnym jest zużywanie towarów począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności;
- Towar pozostający własnością Wykonawcy i znajdujący się w depozycie pozostaje pod pieczęcią Zamawiającego, który powinien go odpowiednio zabezpieczyć;
- W celu zweryfikowania prawidłowości funkcjonowania

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić § 1 ust. 19 umowy?

Uzasadnienie:

Postanowienie narusza równowagę kontraktową stron. Wykonawca powinien mieć możliwość korzystania z uprawnień prawnych bez ograniczeń, w szczególności w zakresie możliwości wstrzymania dostaw.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie. Zapisy SWZ bez zmian. Art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1061 ze zm.) nie jest normą bezwzględnie obowiązującą o charakterze nakazująco-zakazującym określone działanie lub zaniechanie. Jest przepisem dyspozytywnym (względnie obowiązującym) zezwalającym, upoważniającym adresata do określonego działania, zaniechania. W związku z powyższym, Zamawiający w ramach zasady wyrażonej w art. 353¹ K.c. tj. zasady swobody umów, mając również na uwadze rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego oraz dobro i bezpieczeństwo pacjentów, dla których przedmiot zamówienia będzie przeznaczony – wprowadził ww. zapis do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający zgodzi się podnieść gwarantowany poziom zamówień wskazany w §2 ust. 1 umowy do 80%?

Uzasadnienie:

Zagwarantowanie minimalnego poziomu zamówień w wysokości 30% jest niewystarczające dla prawidłowego oszacowania ryzyka i skalkulowania oferty korzystnej dla obu stron, prosimy o zwiększenie go do 80%.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §4 ust. 6 umowy w następującym brzmieniu:

„Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 893 ze zm.), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.”?

Uzasadnienie:

Z uwagi na to, że wysokość odsetek za opóźnienie jest ruchoma, zasadnym jest zapisanie z umowie, że będą one miały wysokość wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §5 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu:

„W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 i §1 ust. 13 w terminie w terminie dni roboczych (min.2 dni robocze

- max. 5 dni roboczych – zgodnie ze złożoną ofertą) od daty doręczenia mu reklamowanego asortymentu.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego wyrobu, który powinien być mu odsyłany przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §6 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu:

„Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej części umowy w terminie 30 dni roboczych od wystąpienia okoliczności w szczególności będących podstawą do odstąpienia, - tj. jeżeli Wykonawca z powodu okoliczności leżących po jego stronie:

- 1) Dwukrotnie przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3 lub §1 ust. 4 lub §1 ust.6 o 5 dni roboczych;
- 2) Dwukrotnie przekroczy termin, o którym mowa w §5 ust. 4 o 5 dni roboczych;
- 3) nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 17 pomimo skierowania do niego dodatkowego wezwania do doręczenia dokumentów w dodatkowym terminie 3 dni roboczych;
- 4) jeżeli dwukrotnie wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z istotnymi postanowieniami umowy lub normami i warunkami prawem określonymi;
- 5) na podstawie art. 456 PZP.”?

Uzasadnienie:

- Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa towarów, odstąpienie od niej powinno być więc dopuszczalne wyłącznie w stosunku do jeszcze niezrealizowanej części;
- Odstąpienie od umowy powinno być dopuszczalne tylko w konkretnie wymienionych, powtarzających się przypadkach stanowiących naruszenie istotnych postanowień umowy, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
- Odstąpienie od umowy powinno być dopuszczalne w przypadku niedochowania przez Wykonawcę dodatkowego terminu na doręczenie dokumentów;

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §7 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku, gdy Wykonawca z powodu okoliczności leżących po jego stronie nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3 lub §1 ust. 4 lub §1 ust. 6 lub §5 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych dostawców.”?

Uzasadnienie:

Zakup zastępczy powinien być dopuszczalny tylko wówczas, gdy brak terminowej dostawy wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §8 ust. 1 i 2 umowy w następującym brzmieniu:

„1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- 1) w wysokości: % (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto niedostarczonych w terminie towarów w ramach pakietu w przypadku zwłoki opóźnienia w wykonaniu dostawy towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 lub §1 ust. 4 lub §1 ust. 6 lub

§5 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

2) w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust. 17 a każdy dzień zwłoki opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów;

3) w wysokości 3% ceny brutto niezrealizowanej części pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości pakietu, a w przypadku danej zwłoki – 10% wartości netto towarów pozostających w zwłoce.”?

Uzasadnienie:

- Kary umowne za zwłokę powinny być obliczane od wartości towaru pozostającego w zwłoce, a nie całego pakietu;

- Kara umowna za odstąpienie od umowy powinna być obliczana w oparciu o wartość jeszcze niezrealizowanej części pakietu, w przeciwnym razie miałaby zawsze tę samą wielkość bez względu na stopień realizacji umowy;

- Górny limit naliczania kar umownych powinien być jasno określony jako 20% wartości pakietu, a nadto zasadnym jest ustanowienie górnego limitu naliczania kar dla danej zwłoki. W przeciwnym wypadku kary umowne mogłyby przekroczyć wartość danego zamówienia

-Wykonawca wnosi obniżenie kar umownych do 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów oraz do 3%; ceny brutto niezrealizowanej części pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy.

- zwłoką nazywamy opóźnienie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy-doprecyzowano

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający zgodzi się w § 15 umowy na doprecyzowanie okresu trwania klauzuli poufności?

Uzasadnienie:

Zasadne jest ustalenie okresu w którym klauzula poufności ma obowiązywać

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający zmieni § 17 pkt 10 umowy w następującym brzmieniu:

„10) informowania Zamawiającego o każdym podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa informacji w zakresie danych dotyczących Szpitala i/ lub utraty ciągłości działania Szpitala;

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że tylko w zakresie danych dotyczących Szpitala.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający zgodzi się dodać do umowy postanowienia, o których mowa w art. 439 ustawy prawo zamówień publicznych?

Uzasadnienie:

Umowa zostaje zawarta na okres powyżej 6 miesięcy, a więc powinna zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zasady waloryzacji zostały uregulowane w Rozdziale XXII SWZ, która jest integralną częścią umowy.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający może dodać do umowy postanowienia, o których mowa w art. 436 pkt 4) ppkt b) ustawy Prawo zamówień publicznych?

Uzasadnienie:

Umowa jest zawierana na okres powyżej 12 miesięcy, a więc powinna przewidywać możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zmiany zasad gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zasady waloryzacji zostały uregulowane w Rozdziale XXII SWZ, która jest integralną częścią umowy.

Pytanie nr 26:

Dotyczy pakiet nr 8 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści do pakietu numer 8 pozycja 1 wiskoelastyk kohezyjny 1,4% kwas hialuronowy, fermentacja bakteryjna, masa cząsteczkowa 3,0MDa, lepkość 200000mPas, pH 6,8-7,6, osmolarność 300-350mOsm/kg ampułkostrzykawka o poj. 1,1ml, kaniula 27G

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27:

Dotyczy pakiet nr 8 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści do pakietu numer 8 pozycja 1 wiskoelastyk kohezyjny 1,6% kwas hialuronowy, fermentacja bakteryjna, masa cząsteczkowa 1,2-2MDa, lepkość 400 000 mPas, ampułkostrzykawka o pojemności 1,1 ml, temp przechowywania 2-25 stopni. Kaniula 27G

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28:

Dotyczy pakiet nr 8 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści do pakietu numer 8 pozycja 1: wiskoelastyk kohezyjny 1,8% kwas hialuronowy, otrzymany w procesie biofermentacji; masa cząsteczkowa: 850 000 - 1 400 000 Da, lepkość ≥ 1000 mPas, wskaźnik kohezja-dyspersja: 25,0% asp. /100 mmHg, ampułkostrzykawka o pojemności: 1,1 ml. Roztwór nie zawiera lateksu oraz ftalanów. Kaniula 27G

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29:

Dotyczy pakiet nr 8 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści do pakietu numer 8 pozycja 2: barwnik ultraoczyszczony przez co silniej barwiący roztwór błękitu trypanu i DDG w strzykawce jednodawkowej zawierającej 0,5 ml, zawierającej dawkę 0,09% błękitu trypanu oraz 0,025% DDG, Barwnik najnowszej generacji bez środków konserwujących i sztucznych stabilizatorów. Jakość potwierdzona badaniami ISO Pochodzenie: synteza chemiczna z wysokim oczyszczaniem, osmolarność: 250-400 mOSm/kg.

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30:

Dotyczy pakiet nr 8 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści do pakietu numer 8 pozycja 3: Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy o parametrach w temperaturze 20 stopni- lepkości 2,66 mm²/s; index refrakcji 1,31; sile wypierania 13,5 mmHg. Pojemności fiolki 7 ml

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31:

Dotyczy pakiet nr 8 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do pakietu numer 8 pozycja 4: Ultraczysty Olej silikonowy o lepkości 1300 cs w temperaturze 25 stopni uzyskanej dzięki dodatkowemu oczyszczaniu cienkowarstwowemu pozwalającemu na uzyskanie dłuższych i bardziej efektywnych łańcuchow oleju. Bez zawartości chlorobutyli i latexu. Indeks refrakcji 1,43

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32:

Dotyczy pakiet nr 8 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do pakietu numer 8 pozycja 5: Ultraczysty Olej silikonowy o lepkości 5500 cs w temperaturze 25 stopni uzyskanej dzięki dodatkowemu oczyszczaniu cienkowarstwowemu pozwalającemu na uzyskanie dłuższych i bardziej efektywnych łańcuchow oleju. Bez zawartości chlorobutyli i latexu. Indeks refrakcji 1,43 pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33:

Dotyczy zadania nr 3 pozycji 1:

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach:

Soczewka hydrofilna, jednoczęściowa, sferyczna, tylnokomorowa, dwuhaptyczna typu C. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV. Uwodnienie: 26%. Współczynnik refrakcji: 1.462. Średnica części optycznej: 6,0 mm, średnica całkowita: 12,50 mm. Angulacja: 5 stopni. Zakres dioptraży: od -10,00D do +40,00D (w zakresie -10.0D do 0.0D co 1D, w zakresie +1,0D do +30.0D co 0,5D oraz od +31.0D do +40.0D co 1.0D). Soczewka z jednorazowym injectorem sprężynowym, tłokowym wraz z motylkowym kartridżem do cięcia 2,4-2,6mm.

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34:

Dotyczy zadania nr 3 pozycji 2:

Czy zamawiający dopuści również metylocelulozę o poniższych parametrach:

Jałowy, przezroczysty, izotoniczny, apirogenny, niepowodującym zapalenia preparatem wysoce oczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% rozpuszczonej w fizjologicznym buforze, do zastosowania wewnątrzgałkowego podczas zabiegów chirurgicznych przedniego odcinka gałki ocznej. Nie zawiera on środków konserwujących, wysoce dyspersyjny.

SPECYFIKACJA:

- pH 6,8 – 7,6
- lepkość 5250-8750 mPas (w temp. 25°C)
- osmolarność 270-400 mOsm/kg
- masa cząsteczkowa powyżej 80 000 Daltonów
- szklana ampułkostrzykawką wypełniona 2 ml roztworu
- temperatura przechowywania od 2°C do 35°C

Każde opakowanie zawiera jeden sterylny blister z ampułkostrzykawką, pięć etykiet do identyfikacji produktu i jedną sterylną kaniulę 23G jednorazowego użytku (sterylizowaną tlenkiem etylenu).

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zgodnie z SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych