

Białystok, dn. 19.07.2024 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Białymstoku
15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26A
NIP 542-00-13-897 REGON 000093734
BDO 000014763

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: WIW-AG.272.5.2024

Nr ogłoszenia TED: 348100-2024

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę odczynników i wzorców laboratoryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26A, 15-959 Białystok, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. *Wykonawca zwraca się z ponownym pytaniem do Zamawiającego odnośnie dostawy materiałów TRC, zgodnie z opisem przedmiotu załącznika nr 2g do SWZ, producent posiada tylko ISO9001, materiały nie posiadają akredytacji zgodnie z ISO17034/17025. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów bez akredytacji? Jeśli nie, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie pozycji z załącznika nr 2g do SWZ (poz. 17-25).*

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 17 – 25 załącznika nr 2g do SWZ wzorców bez odniesienia do ISO 17034, zmieniając w tym zakresie treść odpowiedzi z dnia 12.07.2024 r.

2. *Wykonawca twierdzi, że w odpowiedziach dotyczących poz. 157 załącznika nr 2c do SWZ widnieje nr katalogowy DRE-C13485000, opis odpowiada Fenobucarb. Zaś w tej pozycji Wykonawca powinien zaoferować zgodnie z opisem Epoxiconazole o numerze kat.DRE-C13185000 (op.100mg). Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, który numer katalogowy powinien zostać zawarty w poz. 157 załącznika nr 2c do SWZ. Jeśli DRE-C13185000 (op.100mg), zwraca się z prośbą o potwierdzenie ilości (w formularzu widnieje 500mg).*

Zamawiający w odpowiedzi zmienia numer katalogowy wskazany w pozycji 157 załącznika nr 2c do SWZ na DRE-C13185000 oraz jednostkę miary na 100 mg, przedstawiając w załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2c do SWZ.

3. *Wykonawca twierdzi, że wskazane w pozycji 8 dot. XIV części zamówienia parametry pochodzą z certyfikatu jakości dla danej serii i obecnie dostępne serie nie spełniają podanych wymagań. Wykonawca prosi o zaakceptowanie produktu zgodnie ze specyfikacją:
czystość: 99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance)
99.5-102%
chloride (Cl-): < 0.0005 %
phosphate (PO43-): < 0.001 %*

Total Sulfur as SO₄ (ICP) < 20 ppm

Iron (Fe) < 3 ppm

Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje powyższego produktu, Wykonawca prosi o wskazanie produktu spełniającego oczekiwania Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu wyspecyfikowanego przez Wykonawcę.

4. Wykonawca twierdzi, że Zamawiający w pozycjach 116, 129, 138 załącznika nr 2c do SWZ w odpowiedziach z dn. 12.07.2024 nie wyraził zgody na zaoferowanie wzorców bez akredytacji ISO 17034. Niestety, według wiedzy Wykonawcy, na rynku nie ma tych produktów z wymaganą przez Zamawiającego akredytacją ISO 17034. W związku z tym, czy Zamawiający zaakceptuje dostawę produktów z ww. pozycji zgodnych z normą ISO 17025? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji z załącznika nr 2c do SWZ?

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 116, 129, 138 załącznika nr 2c do SWZ wzorców bez odniesienia do ISO 17034, zmieniając w tym zakresie treść odpowiedzi z dnia 12.07.2024 r.

5. Wykonawca twierdzi, że zgodnie z odpowiedziami z dnia 12.07.2024 r. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 17-29 załącznika nr 2g do SWZ wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia z podanymi numerami katalogowymi bez odniesienia do ISO 17025 i ISO 17034. Wzorce te nie posiadają odniesienia do w/w norm i żaden z producentów nie jest w stanie zaoferować tych produktów z wymaganymi odniesieniami. W związku z tym Wykonawca prosi o wyrażenie zgody na zaoferowanie tych wzorców bez odniesienia do normy ISO 17025 i ISO 17034 lub wykreślenie tych pozycji z postępowania.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 17 – 25 załącznika nr 2c do SWZ wzorców bez odniesienia do ISO 17025 lub ISO 17034, zmieniając w tym zakresie treść odpowiedzi z dnia 12.07.2024 r.

6. Wykonawca twierdzi, że wyspecyfikowany przez Zamawiającego w poz. 1-28 załącznika nr 2h do SWZ przedmiot zamówienia o podanym numerze katalogowym nie posiada odniesienia do normy ISO 17025 i ISO 17034. Żaden z producentów nie jest w stanie zaoferować tych produktów z wymaganymi odniesieniami. W związku z tym Wykonawca prosi o wyrażenie zgody na zaoferowanie tych wzorców bez odniesienia do normy ISO 17025 i ISO 17034 lub wykreślenie tych pozycji z postępowania.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycjach 1 – 28 załącznika nr 2h do SWZ wzorców nieposiadających odniesienia do ISO 17034.

7. Wykonawca twierdzi, że zgodnie z odpowiedziami z dnia 12.07.2024 r. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 86 załącznika nr 2a do SWZ przedmiotu zamówienia o aktywności 763+/- 41 ug/mg. Jednakże występuje on w opakowaniu 500 mg zamiast 100 mg. W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tego wzorca w op. 500 mg?

Zamawiający dopuszcza, zaznaczając, że Wykonawcy oferujący wzorzec w opakowaniu 500 mg, powinni zaoferować w przedmiotowej pozycji 1 opakowanie.

Zamawiający jednocześnie, działając w oparciu o art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 26.07.2024 r. do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert tym samym zostaje przesunięty na dzień 26.07.2024 r. godz. 12:30. W związku z powyższym termin wniesienia wadium zostaje przedłużony do dnia 26.07.2024 r. do godz. 12:00. Zamawiający informuje, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu 26.07.2024 r. i kończy w dniu 23.10.2024 r.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Zastępca Podlaskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Andrzej Bryczkowski

W załączeniu:

- formularz cenowy wg załącznika nr 2c do SWZ v. 19.07.2024.