

K-dzpz/39-ZO/2022

Tarnów, 05.01.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/39-ZO/2022 z dnia 21.12.2022 r. na „**Dostawę produktów i środków medycznych do Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie**”.

Pytanie nr 1:

Część 11 – termin realizacji

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 42 dni od dnia zawarcia umowy. Potencjalny termin realizacji zamówienia przypadać będzie na okres świąteczno-noworoczny, co może skutkować wydłużonym w stosunku do standardowego czasem realizacji zamówień, z powodu kumulacji zamówień u producentów, wydłużonym czasem transportu towaru oraz odprawy celnej. Wydłużenie terminu realizacji do 42 dni umożliwi potencjalnym Wykonawcom wykonanie umowy z należytą starannością.

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 42 dni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 2:

Część 11 - Umowa § 2 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości realizacji dostawy wózków z części 11 za pomocą firmy kurierskiej. Oferowane wózki dostarczane są gotowe do użytku, nie wymagają wykonywania żadnych dodatkowych czynności, a ich rozmieszczenie nie jest problematyczne, wobec czego może ono zostać zrealizowane przez użytkownika. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację dostawy za pomocą firmy kurierskiej.

Pytanie nr 3:

Część 11 - wózek zabiegowy anestezjologiczny 2 szt.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: wytrzymałego wózka o lekkiej konstrukcji, łatwego do czyszczenia dzięki zaokrąglonym krawędziom – wózka o zmontowanej konstrukcji (wytlaczanymi narożnikami i ścianami z anodyzowanego aluminium, z tylną ścianą wzmocnioną wielowarstwową; blatem i podstawą z formowanego wtryskowo tworzywa ABS, w tym z blatem z unikalną trwałą powłoką antybakteryjną); wózka o smukłej konstrukcji i wyposażeniu, które zamocowane jest na specjalnych szynach (o regulowanej wysokości) i nieznacznie wystającego poza obrys wózka; wózka, z uchwytami do prowadzenia wyprofilowanymi, tak że pełnią również funkcję ogranicznika blatu głównego oraz służą jako zderzak ochrony wózka, podobnie jak odboje w wyprofilowane wokół podstawy wózka.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach. 830 x 650 x 920 h mm (920 mm wysokość do blatu, 980 mm wysokość z uchwytami).
3. Czy Zamawiający wymaga wózka wyposażonego w druciany koszyk z przeznaczeniem na umieszczenie w nim worka na odpady (jak na poniższym zdjęciu)?



4. Czy Zamawiający wymaga wózka wyposażonego w druciany koszyk z przeznaczeniem na umieszczenie w nim worka na odpady oraz dodatkowego koszyka drucianego np. na wyposażenie (jak na poniższym zdjęciu)?



Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie wózka anestetycznego zgodnego z powyższym opisem.

Pytanie nr 4:

dotyczy termin realizacji część nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 56 dni. Prośbę swoją motywujemy tym, iż producenci produktów spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiadają magazyny poza granicami kraju (USA), co znacznie wydłuża czas potrzebny na realizację dostawy oraz ze względu na zakłócenia w międzynarodowym łańcuchu dostaw.

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 56 dni.

Wobec powyższego Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert. W zapytaniu ofertowym, w rozdziale VIII. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

Było:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia **09.01.2023 r. do godz. 10:00.**

Jest:

2. Oferty należy składać w terminie do dnia **11.01.2023 r. do godz. 10:00.**

Rektor ANS w Tarnowie
dr hab. Małgorzata Kołpa