

DZIAŁ ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

TEL. 12 614 25 11, FAKS 12 614 34 86

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

Kraków, dn. 01.04.2019 r.

DZ. 271.22. 243 .2019

***Do wszystkich uczestników
Postępowania przetargowego
nr DZ.271.22.2019***

***Dotyczy : odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu przetargowym nr
DZ.271.22.2019 – Zakup wszczepialnych pomp typu LVAD***

Szanowni Uczestnicy,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem zostały zadane następujące pytania:

Pytanie nr 1

Pakiet I. Czy Zamawiający dopuści kontroler pracy pompy o wadze 500 g? Punkt 18 opisu wymaganych parametrów technicznych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści ofertę w ww. pakiecie, w której monitor systemowy nie ma opcji obserwowania bieżących i historycznych krzywych, spełniający pozostałe warunki SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści ofertę z udostępnieniem 4 monitorów systemowych użytkowanych u Zamawiającego przez cały okres pracy wszczepionych, oferowanych pomp typu LVAD, z opcją zwiększenia w zależności od potrzeb Zamawiającego spełniający pozostałe warunki SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisem w opisie wymaganych parametrów technicznych, pakiet II, punkt 18.

Opis wymaganych parametrów technicznych, z uwzględnieniem odpowiedzi na zadane pytania, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk