



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 28/300/2021

Wrocław, dnia 16.06.2021 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienie do postępowania pn.: „**Dostawa materiałów do badań diagnostycznych**”

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu próżniowego pobierania krwi, z próżnią przygotowaną i wykalibrowaną fabrycznie, pozwalającą na wystandaryzowanie objętości pobranej próbki krwi? Bez możliwości aspiracji tłokiem.

Ograniczenie wymagań tylko do systemu aspiracyjno próżniowego nie ma uzasadnienia merytorycznego. System próżniowy, wynaleziony przez firmę Becton Dickinson, a oferowany na rynku przez kilka różnych podmiotów, posiada niepodważalne zalety dla użytkownika:

- 1) Wykalibrowaną fabrycznie próżnię w próbówce, co eliminuje ryzyko niedopełnienia lub przepełnienia próbówki, a tym samym ryzyko zaburzenia proporcji krwi do odczynnika, co prowadzi do występowania błędów przedanalitycznych mających negatywny wpływ na wynik badania laboratoryjnego
- 2) Probówka napełnia się krwią automatycznie, bez konieczności dodatkowych czynności i manipulacji
- 3) Napływ krwi jest wystandaryzowany i delikatny, tak aby minimalizować ryzyko hemolizy i innych błędów przedanalitycznych
- 4) Przepływ krwi jest niezależny od użytkownika, co minimalizuje ryzyko błędów ludzkich i zmienność procesu pobrania
- 5) Nie ma możliwości przepływu wstecznego krwi wymieszanej z odczynnikiem z próbówki do żyły pacjenta, co niestety zdarza się w przypadku techniki aspiracji i cofnięcia tłoka. Tym samym wyeliminowane jest również ryzyko wystąpienia błędu przedanalitycznego wynikającego z niezachowania właściwej proporcji między pobraną krwią a odczynnikiem.

System próżniowy BD Vacutainer® jest najczęściej stosowanym zamkniętym systemem pobierania krwi na świecie, wybieranym z powodu swoich cech użytkowych oraz jakości.

System posiada rozwiązania umożliwiające prawidłowe wykonanie tzw „trudnych pobrań”, także w przypadku pacjentów onkologicznych i z powodzeniem stosowany jest od wielu lat także przez renomowane placówki takie jak: CO w Bydgoszczy, CO w Krakowie, NIO w Gliwicach, KCO w Katowicach, ZCO w Szczecinie, ŚCO w Kielcach, WSZ Szczecin, SW Kalisz, Szpital Uniwersytecki we Wrocławiu, Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu i wiele innych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

2. W przypadku zgody na zaoferowanie systemu próżniowego zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania uchwytów jednorazowych, niezbędnych do pracy w systemie próżniowym, w dodanym dodatkowo wierszu Formularza Asortymentowo Cenowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 14

Dotyczy Pakiet 1 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody jednorazowej na podkładzie z włókniny o średnicy 40mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający działając na podstawie art.286 ust.1 w treści SWZ wprowadza zmiany dotyczące terminu oraz składania ofert .

Zmiana treści SWZ: zapisy przyjmują brzmienie

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 24.07.2021 r.**

XIV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw do dnia **25.06.2021 r. do godz. 08:00.**

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2021, o godzinie 08:10.*

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dworakowska-Dąbrowska

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Lis