



Opole, 21.06.2021r.

# INSPEKCJA WETERYNARYJNA

OPOLSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

**Wacław Bortnik**

**Do:  
Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

Nasz znak: WIW.DA.272.6-7.2021

Dot. sprawy nr:

Pismo z dnia:

**Dotyczy: zamówienia klasycznego, o wartości jest równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Chemii i Pracowni Diagnostyki Włośni WIW w Opolu.**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 4 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

## 1. Pytanie

### Dotyczy części nr 3

Z odpowiedzi Zamawiającego nie wynika czy nakrętki do wialek mają być z otworem czy bez oraz jaki gwint mają mieć wialki, gdyż do urządzenia pasują wialki z gwintem 9-425 jak i 8-425 stąd nasze pytanie, to samo dotyczy nakrętek z otworem i bez otworu pasują do tego urządzenia. Proszę o doprecyzowanie wymagań produktów?

### Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga zakrętek do wialek **z otworem** oraz wialek ND12 o wymiarach 32x12 mm.

Uwzględniając udzieloną odpowiedź, w związku z art. 284 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do dnia **23.06.2021** r. do godz. **09:00**.

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Opolski  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii**

*Wacław Bortnik*



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole  
tel.: (centrala) 77 541 72 00, fax: 77 457 54 61, e-mail: [wiw@wiw.opole.pl](mailto:wiw@wiw.opole.pl), [wiw.opole.pl](http://wiw.opole.pl)