



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 84/03/2024

Chrzanów, 01.03.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy; Odpowiedzi na zapytania do postępowania pn. Dostawa przyłóżkowego aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 19/2024

1. Ad. Generator. Punkt 12.

Jeden akumulator do napędu aparatu oraz ekspozycji	Tak		
--	-----	--	--

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający osobny akumulator do przemieszczania się (do 25km) oraz osobny do ekspozycji (do 100 ekspozycji na jednym naładowaniu) z osobnymi kontrolkami pokazującymi obecny stan każdej baterii? Pozwoli to Zamawiającemu na zdecydowanie dłuższą pracę mobilnego aparatu, co przełoży się na komfort technika elektroradiologii i pacjenta bez obaw na przerwy w pracy w trakcie badania. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli Wykonawcy na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w postępowaniu. **Odp. Dopuszczamy.**

2. Ad. Generator. Punkt 13

Czas pełnego naładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu maks. 100 min.	Tak, podać		
--	------------	--	--

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego czas pełnego naładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu wyniesie 8h ze względu na dużą pojemność akumulatorów? Tak duża pojemność akumulatorów pozwoli Zamawiającemu na długie używanie aparatu bez obaw na rozładowanie. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli Wykonawcy na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w postępowaniu. **Odp. Nie dopuszczamy.**

3. Ad. Generator. Punkt 15.

Przy całkowitym rozładowaniu akumulatora, możliwość szybkiego naładowania przez 10 minut pozwalająca na pracę aparatu przez min. 50 min.	Tak, podać		
--	------------	--	--

Czy Zamawiający dopuści aparat którego nie da się naładować w 10 min pozwalając na pracę przez 50 min? Akumulatory posiadają dużą pojemność, jednak wymagają 8h do pełnego naładowania. Natomiast po naładowaniu (np. w nocy do pełna) pozwalają na cały dzień intensywnej pracy bez konieczności doładowywania. W sytuacji awaryjnej jest możliwe wykonywanie ekspozycji podczas podłączenia aparatu do prądu. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli Wykonawcy na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w postępowaniu. **Odp. Nie dopuszczamy.**

4. Ad. Lampa. Punkt 18

Lampa RTG z wirującą anodą min. 4000 obr/min	Tak, podać		
--	------------	--	--



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Czy Zamawiający dopuści aparat którego lampa RTG posiada wirującą anodę z prędkością minimum 3200 obr/min ? Sama lampa jest mocniejsza niż ta wymagana przez Zamawiającego a wartość pojemności cieplnej wynosi 300kHU, co pozwala na używanie zdecydowanie większych parametrów ekspozycji oraz wykonania większej ilości badań po sobie bez obaw na jej przegrzanie. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli Wykonawcy na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w postępowaniu. **Odp. Nie dopuszczamy.**

5. Ad. Lampa. Punkt 21.

Rozmiar małego ogniska: maks. 0,6 mm	Tak, podać		
--------------------------------------	---------------	--	--

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym rozmiar małego ogniska lampy rtg wynosi 0.7mm? Na aparacie Zamawiający może wykonać wszystkie dostępne procedury bez tych dla niemowląt i małych dzieci, natomiast Zamawiający do tych badań może wykorzystać aparatu już znajdujące się w placówce. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli Wykonawcy na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w postępowaniu. **Odp. Nie dopuszczamy.**

6. Ad. Jednostka jezdna. Punkt 31.

Zwalnianie wszystkich ruchów ramienia teleskopowego z lampą RTG za pomocą jednego przycisku	Tak		
---	-----	--	--

Czy Zamawiający dopuści aparat który zwalnianie wszystkich ruchów ramienia teleskopowego z lampą RTG wykonywane jest pomocą dotyku? W oferowanym przez Wykonawcę rozwiązaniu zwalnianie wszystkich ruchów ramienia teleskopowego odbywa się przez dotyk lub złapanie do tego przeznaczonych rączek. Jest to nowocześniejsze rozwiązanie a co ważniejsze wygodniejsze do obsługi przez użytkownika, ponieważ może w pełni objąć przeznaczoną do tego rączkę bez obaw, że straci kontrolę nad ruchami. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli Wykonawcy na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w postępowaniu. **Odp. Dopuszczamy.**

7. Ad. Jednostka jezdne. Punkt 32.

Wysuw ramienia teleskopowego z lampą RTG w poziomie - ognisko lampy min. 130 cm od kolumny	Tak, podać		
--	---------------	--	--

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego odległość ogniska od kolumna aparatu wynosi 122 cm? Tak niewielka różnica (8cm) nie wpłynie na możliwości ruchowe oraz pracę aparatu. Sam aparat jest na tyle wąski, że jest w stanie zmieścić się pomiędzy łóżkami, a przyciski umieszczone na monobloku umożliwiają przesuwanie całego aparatu, więc różnica w długości kolumny będzie zniwelowana przez dodatkowe parametry techniczne aparatu usprawniającego jego pozycjonowanie. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli Wykonawcy na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w postępowaniu. **Odp. dopuszczamy.**

8. Ad. Jednostka jezdna. Punkt 33.

Waga aparatu maks. 330 kg	Tak, podać		330 kg = 0 pkt <330 kg = 20 pkt
---------------------------	---------------	--	------------------------------------

Czy Zamawiający dopuści aparat o masie 520kg?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Większa masa urządzenia jest spowodowana głównie przez większe akumulatory, mocniejszy generator oraz zaawansowane funkcje motoryczne.

Aparat posiada duże koła z gumowym wzmocnieniem, która zmniejszają nacisk punktowy oraz ułatwiają poruszanie się, a mechanika wspomagająca jest tak dostosowana, aby technik nie wkładał swojej siły w prowadzenie oraz używanie aparatu mobilnego. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli Wykonawcy na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w postępowaniu. **Odp. Nie dopuszczamy.**

9. Ad. Jednostka jezdna. Punkt 34.

Wysokość transportowa aparatu maks. 123 cm	Tak, podać		
--	---------------	--	--

Czy Zamawiający dopuści aparat o wysokości transportowej 129cm? Zaledwie 6cm różnicy w wysokości nie ma wpływu na użytkowanie. Większa wysokość jest spowodowana i większą ilością akumulatorów i większym ekranem dotykowym 19'' niż Zamawiający wymaga. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli Wykonawcy na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w postępowaniu. **Odp. Dopuszczamy.**

10. Dot. §3 ust. 2 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §3 ust. 2 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez obie strony protokołu odbioru z adnotacją bez istotnych usterek.”. **Uzasadnienie:**

Wykonawca wnioskuję o dodanie do §6 ust. 3 sformułowania „bez istotnych usterek”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt: I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie zamawiającego, który wstrzyma potwierdzenie należytej realizacji dostawy uwagi na pojawienie się uwag lub. zastrzeżeń o charakterze nieistotnym.

Odp. Zapis pozostaje bez zmian.

11. Dot. §4 ust. 4 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §4 ust.4 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie: „Wystawienie faktury nastąpi po wykonaniu całego zamówienia o którym mowa w §1 niniejszej umowy i podpisaniu protokołu odbioru z adnotacją bez istotnych usterek.”. **Uzasadnienie:** Zgodnie z wnioskiem odnośnie §3 ust. 2 projektowanych postanowień umownych. **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**

12. Dot. §7 ust. 4 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §7 ust.4 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje podjąć reakcję niezwłocznie po zgłoszeniu wady, nie później niż w ciągu 72 godzin (licząc dni robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie wysłane



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

faxem lub e-mailem.” **Uzasadnienie:** Zobowiązanie do stawienia się w siedzibie po zgłoszeniu wady, nie później niż w ciągu 72 godzin (licząc dni robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia jest ponad nadmiarowe. Wystarczające jest podjęcie reakcję niezwłocznie po zgłoszeniu wady, nie później niż w ciągu 72 godzin – zwłaszcza, że diagnostyka może odbyć w sposób zdalny, stąd nie ma potrzeby stawienia się w siedzibie Zamawiającego. **Odp. Wyrażamy zgodę**

13. Dot. §7 ust. 4 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §7 ust.4 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie: „*Wykonawca zobowiązuje podjąć reakcję niezwłocznie po zgłoszeniu wady, nie później niż w ciągu 72 godzin (licząc dni robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie wysłane faxem lub e-mailem.*” **Odp. Wyrażamy zgodę.**

14. Dot. §7 ust. 6 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o usunięcie §7 ust.6 z projektowanych postanowień umownych. **Uzasadnienie:** Wykonawca wyjaśnia, iż z uwagi gabaryt, proces instalacyjny etc. dostarczenie sprzętu zastępczego w typie jak w części 3 postępowania (przyłóżkowy aparat RTG) jest fizycznie niemożliwe, ekonomicznie i gospodarczo nieuzasadnione, przez co nie może wiązać to wykonawcy (świadczenie niemożliwe). **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**

15. Dot. §9 ust. 5 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §9 ust. 5 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie: „*Zamawiający może naliczyć kary umowne z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Wysokość kar umownych dotyczy całego okresu realizacji umowy.*” **Uzasadnienie:** Rynkową stawką (stosowaną przez inne podmioty publiczne o charakterze leczniczym) jest stawka 20%. **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**

16. Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia dot. możliwości korzystania z mediów dla potrzeb wykonania umowy, np. o treści jak niżej jako chociażby §5 ust. 10 projektowanych postanowień umownych.

„*Zamawiający umożliwi na swój koszt korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu medycznego objętego Umową.*”, albo postanowienia o treści równoważnej. **Uzasadnienie:** Wykonawca musi mieć zagwarantowaną możliwość korzystania z mediów (energii elektrycznej) dla potrzeb realizacji umowy. **Odp. Wyrażamy zgodę.**

17. Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia dot. tzw. siły wyższe, np. o treści jak niżej:

„*1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiegokolwiek okoliczności siły wyższej powstałe po dacie podpisania umowy.*”





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

2. W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o:

- 1) charakterze niezależnym od stron,
- 2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
- 3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.



3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego paragrafu są spełnione:

- 1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,
- 2) epidemia, w tym grypy czy też COVID-19,
- 3) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,
- 4) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel Wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców,
- 5) amunicja wojskowa, niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby,
- 6) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykle mrozy, powodzie,
- 7) wykopaliska archeologiczne.

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.

5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem zdarzenie siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły wyższej.

6. Jeżeli w opinii jednej ze stron zaistniały jakiegokolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązywanie się z jej zobowiązań, strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich obowiązków wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 30 dni niezależnie do jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.”.

albo postanowienia o treści równoważnej.

Uzasadnienie: W projektowanych postanowieniach umownych brak treści dot. sytuacji tzw. siły wyższej, które to okoliczności mogą mieć niebagatelne znaczenie dla realizacji umowy, zwłaszcza w kontekście §6 projektowanych postanowień umownych.

Odp. Zapisy pozostają bez zmian.

18. Wykonawca zwraca się o dodanie do projektowanych postanowień umownych ust. 4 do §10 o treści: „Rozwiązanie / wypowiedzenie / wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej powoduje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonaną część umowy.”, albo treści równoważnej .

Uzasadnienie: Wykonawca musi mieć zagwarantowaną płatność za prawidłowo wykonaną część umowy – niezależnie od przyczyny odstąpienia. **Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**

19. Czy Zamawiający w związku z udzieleniem gwarancji i możliwością dostępu Wykonawcy do danych zgromadzonych za pomocą aparatu zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych? Jeżeli tak proszę o udostępnienie wzoru w/w umowy. **Odp. Tak. Wzór załączony do odpowiedzi.**

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji do 12 miesięcy, którą oferuje Producent? Dłuższa gwarancja związana będzie z dodatkowymi kosztami, co znacznie przedroży wartość zaoferowanego urządzenia. **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Z poważaniem

Sporządził:

....



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892