

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle
NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661
tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 530, faks +48 774 062 567

Kędzierzyn – Koźle, dnia 26 września 2019r.

SPZOZ.AZ.2019.21

Uczestnicy postępowania

Pytania i wyjaśnienia do treści siwz oraz modyfikacje treści siwz – część II

W związku z zapytaniem złożonym w postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: **Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Urologii oraz endoskopu dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe.**

L.p.	Treść Zapytania/Wyjaśnienia
1	<p>Pytanie nr 1 Dot. Załącznika do SIWZ nr 1 Zadanie częściowe nr 2: Dostawa endoskopu Wymagane parametry i właściwości urządzenia – pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści endoskop posiadający głębokość ostrości w zakresie 3-100 mm?</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający dopuści endoskop posiadający głębokość ostrości w zakresie 3-100 mm.</p>
2	<p>Pytanie nr 2 Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy produkt”? Czy wystarczy, gdy Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności za produkty?</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający informuje, że posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakres którego wchodzi odpowiedzialność za produkty, jest wystarczające.</p>
3	<p>Pytanie nr 3 Dot. projektu umowy par. 5 ust. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5%?</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający nie zmieni projektu umowy w proponowanym zakresie.</p>
4	<p>Pytanie nr 4 Dot. projektu umowy par. 5 ust. 1d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 2%?</p> <p>Wyjaśnienia: Zamawiający nie zmieni projektu umowy w proponowanym zakresie.</p>

5	<p>Pytanie nr 5</p> <p>Dot. Zadanie częściowe nr 2: Dostawa endoskopu</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie endoskopu fabrycznie nowego, nierekondycjonowanego niepowystawowego ale wyprodukowanego w 2018 r.?</p>
	<p>Wyjaśnienia:</p> <p>Tak. Zamawiający dopuści urządzenie wyprodukowane w 2018r pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w siwz.</p>

1. Zamawiający modyfikuje treść druku oferty - załącznik nr 1 do siwz.
 - 1.)ust. 2, Zadanie częściowe nr 2: Dostawa endoskopu dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, wiersz 6, zdanie drugie, otrzymuje brzmienie:
„Rok produkcji nie starszy niż 2018r.:r. (uzupełnić).”
2. Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

.....
Kierownik zamawiającego