



Warszawa, 29 marca 2024 roku

OR-D-III.272.18.2024.LB

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych toreb medycznych PSP R-1 wraz z szynami Kramera i deskami ortopedycznymi na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w następujący sposób:

Pytanie 1

Czy mogę prosić o wyjaśnienia dotyczące specyfikacji produktu? Postępując się podanymi w zapytaniu wytycznymi KSRG z roku 2021, pragnę zwrócić uwagę, iż w stosunku do charakterystyki torby/plecaka na zestaw R1 został wskazany taki opis: "wymiary: długość - min. 65 cm, max. 80 cm, szerokość: 35 (+/-5) cm, wysokość: 30 (+/- 10) cm, wykonanie z materiału wodoodpornego, zmywalnego, wytrzymałego na przetarcia". Wynika z tego, że materiał CORDURA 1000 która jest wskazana w zapytaniu nie spełnia tego kryterium, gdyż nie jest ani materiałem zmywalnym ani wodoszczelnym. Aktualne wytyczne wskazują, że musi to być materiał o śliskiej strukturze, który łatwo utrzymać w czystości i łatwo dezynfekować. Ponadto, szczegółowy opis konstrukcji torby wraz z charakterystycznymi komponentami wskazuje na konkretny produkt jednego z polskich producentów co zasadniczo ogranicza konkurencję i możliwość przedstawienia własnej propozycji produktowej. W związku z tym zwracam się z pytaniami:

- 1) czy będą Państwo egzekwować wymóg spełnienia wszystkich wytycznych KSRG 2021, a co za tym idzie materiału o właściwej charakterystyce z wykluczeniem CORDURA 1000?

- 2) czy zaakceptują Państwo produkt o innych, ale nie gorszych właściwościach dotyczących konstrukcji i użytych komponentów, zgodnych z wymaganiami Komendy Głównej straży pożarnej?
- 3) czy dopuszczają Państwo wersję plecakową zestawu PSP R1, która wydaje się być dużo bardziej funkcjonalna w użytkowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia zgodnie z warunkami zamówienia. Zamawiający nie określił wersji torby (plecak/torba), to znaczy, że zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 30 czerwca 2021 roku, zawartymi w dokumencie „Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” – załącznik nr 3 tabela 3.1. Ramowy minimalny standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1, może to być zarówno plecak jak i torba.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zostaną udostępnione na stronie [Platformy Zakupowej](#) prowadzonego postępowania oraz dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem

Sekretarz Województwa
Dyrektor Urzędu

Waldemar Kuliński

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym