



Gdynia, dnia 16-11-2023 r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

*„Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki.” Nr sprawy -
D25M/251/N/32-62rj/23*

I. Zamawiający – Szpital Pomorski Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 1 poz. 1 przewodników hydrofilnych posiadających końcówkę prostą i zagiętą w zakresie długości 180 cm, 260 cm, 320 cm, w zakresie śr. 0,018", 0,035" w sztywności standard. Sztywny shaft w śr. 0,035" i długościach 180, 260, 320 cm, końcówki prosta i zagięta, w zestawie uchwyt umożliwiający rotację oraz łopatkowy element do prostowania i wprowadzania przewodnika.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 1 poz. 2 przewodników diagnostycznych z oplotem ze stali nierdzewnej pokryty teflonem średnice 0,018", 0,021", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038" i długościach 50,80,145,180,260 cm. Końcówka prosta lub zagięta typu J. Widoczny w promieniach RTG.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Zadania nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4: Dotyczy przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 2 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Zadania nr 2.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5: do Zadania 2 Czy Zamawiający dopuści balony do walwuloplastyki wykonane z poliamidu, o zakresie średnic od 5 mm do 30 mm (w tym średnica 20 i 23 mm) i zakresie długości balonu od 20 do 60 mm o ciśnieniu nominalnym 2-2,5 atm w zależności od rozmiaru balonu oraz RBP 5 atm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPowiednim Zakresie.

Z poważaniem Sekretarz Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 130
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu