



WSzSL.FZ.381./13/133/2024

Legnica 15.03.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY

znak sprawy WSzSL/FZ-13/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy załącznik 2A, część 1.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z odczynnikami wsparcia aplikacyjnego dla aparatu Maldy Biotyper Sirius i oprogramowania Epicenter będącego na wyposażeniu Maldy Biotyper Sirius, otrzymanego z WOŚP, przez cały okres trwania kontraktu odczynnikowego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wsparcie aplikacyjne dla aparatu Maldy Biotyper Sirius i oprogramowanie Epicenter nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 2

Dotyczy załącznik 2A, część 1.

Czy Zamawiający wymaga, aby w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewnił pełne wsparcie aplikacyjne i merytoryczne w zakresie prawidłowego użytkowania dostarczonych odczynników oraz w przypadku wątpliwości uzyskanych wyników oznaczeń przez min. 9 osób, posiadających certyfikat szkolenia wydany przez producenta systemu (certyfikaty dołączone do oferty)?

Uzasadnienie: Dostępność odpowiedniej ilości osób posiadających kompetencje oraz kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie najwyższej jakości wsparcia aplikacyjnego w przypadku pracy i wydania wyników badań, na tak zaawansowanym urządzeniu diagnostycznym jak spektrometr, który umożliwia znaczne skrócenie diagnostyki mikrobiologicznej, w tym niezwykle istotnej diagnostyki sepsy.

Ponadto, wsparcie aplikacyjno-szkoleniowe, o którym mowa powyżej, zostało uregulowane i opłacone przez fundację WOŚP w ramach wynegocjowanych warunków kontraktu, zawartego w konsekwencji 66 Konkursu Ofert, na okres pierwszych 12 miesięcy użytkowania przedmiotu kontraktu, a więc obowiązuje tylko do 09.2024, a przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało rozpisane na okres 24 miesięcy od momentu podpisania umowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wsparcie aplikacyjne nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 3

Dotyczy załącznik 2A, część 1.

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca odczynników w przypadku wystąpienia awarii, konieczności wymiany części oraz wykonania usługi serwisowej wynikających z wad jakościowych dostarczonych odczynników ponosił odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i ponosił wszelkie koszty serwisowe związane z naprawą systemu?

W odpowiedzi na pytanie: Zapisy projektu umowy określają precyzyjnie te zagadnienia.



Pytanie 4

Dotyczy §3 ust. 2 wzoru umowy dla części 1.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyżej kwestii w dniu 15.03.2024r.

Pytanie 5

Dotyczy §3 ust. 4 wzoru umowy dla części 1.

Czy Zamawiający zaakceptuje przekazanie strony www do samodzielnego pobierania kart charakterystyki oraz metodyk?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyżej kwestii w dniu 15.03.2024r.

Uwaga:

Odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Anna Płotnicka-Mieloch