



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1710 jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „SERWIS TECHNICZNY APARATURY MEDYCZNEJ”

Pytanie nr 1 - Dotyczy opisu warunków udziału w postępowaniu - rozdział XVI pkt. 1 - Zdolność techniczna

Czy Zamawiający w ramach zadania nr 1 wyrazi zgodę aby każdy inżynier serwisowy wykonujący prace serwisowe posiadał minimum 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu tożsamego w/w postępowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w ww. zakresie. Zamawiający obniża wymóg posiadania minimum doświadczenia do 3 lat dla Zadań od 1 do 28. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe warunki udziału w zakresie minimum 5 letniego doświadczenia dla Zadania nr 29.

Pytanie nr 2 - Dotyczy zapisów projektu umowy Załącznik nr 2 do SWZ paragraf 5 AWARIA

Prosimy o zmianę zapisu paragrafu 5 Na : W przypadku stwierdzenia awarii/usterek urządzenia w trakcie przeglądu technicznego- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty naprawy urządzenia w terminie 3 dni roboczych od momentu przysłania urządzenia do siedziby naszego serwisu, bądź zabrania urządzenia przez serwisanta wykonującego przegląd. Przygotowanie oferty cenowej naprawy możliwe jest tylko po demontażu urządzenia , który dokonuje się w siedzibie Wykonawcy w warsztacie wyposażonym w odpowiednie narzędzia.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy § 5 Załącznika nr 2 – umowa wzór w następujący sposób:

Było:

„ § 5 AWARIA

W przypadku stwierdzenia awarii/usterek urządzenia w trakcie przeglądu technicznego – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty naprawy urządzenia w terminie do 2 dni roboczych od momentu zakończenia przeglądu. ”

Jest:

§ 5 AWARIA

- 1. W przypadku stwierdzenia awarii/usterek urządzenia w trakcie przeglądu technicznego – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty naprawy urządzenia w terminie do 3 dni roboczych od momentu zakończenia przeglądu. – dotyczy zadania 6-11 oraz 20-29.*



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

2. W przypadku stwierdzenia awarii/usterek urządzenia w trakcie przeglądu technicznego- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty naprawy urządzenia w terminie 3 dni roboczych od momentu przysłania urządzenia do siedziby naszego serwisu, bądź zabrania urządzenia przez serwisanta wykonującego przegląd. – dotyczy zadania 1-5 oraz 12-19.

Zmodyfikowany plik w załączeniu.

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 21.10.2022 r. godz. 9:00 na dzień 26.10.2022 r. godzinę 09:15. Godzina otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak