

Tarnów, dnia 08.05.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK.1824 /20

Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Zakres nr 6, pozycja nr 1, 2

Czy zamawiający wyłączy z zakresu nr 6 pozycje nr 1 i 2 i utworzy z nich osobny zakres lub umożliwi składanie oferty w tym zakresie na pozycje? Takie działanie umożliwi składanie ofert większej liczbie wykonawców, dzięki czemu zamawiający może otrzymać bardziej atrakcyjne cenowo oferty.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 2 Zakres nr 6, pozycja nr 1, 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny system do odsysania o następujących cechach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kap2urkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylizowany, sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy

Dostępne rozmiary:

Rozmiar	Długość cewnika	Przeznaczenie
10Fr 3,3mm	600mm	intubacja
12Fr 4,0mm	600mm	intubacja
14Fr 4,7mm	600mm	intubacja
16Fr 5,3mm	600mm	intubacja

10Fr 3,3mm	340mm	tracheostomia
12Fr 4,0mm	340mm	tracheostomia
14Fr 4,7mm	340mm	tracheostomia
16Fr 5,3mm	340mm	tracheostomia

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 3 Zakres nr 6, pozycja nr 1, 2

Czy zamawiający dopuści aby do zestawów dołączone były ampułki z 0,9 % NaCl w ilości 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 4 Zakres nr 15, pozycja nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy zamawiający dopuści, aby w zakresach gdzie występuje tylko szczoteczka oraz w zestawach znalazła się jako produkt równoważny szczoteczka do higieny hamy ustnej o następujących parametrach:

- Szczoteczka posiada funkcję jednoczesnego szczotkowania, płukania oraz odsysania
- Wyk4 nana z polipropylenu
- Dwa otwory odsysające – od strony włosia oraz w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem
- Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° pozwala na manualną regulację siły ssania
- Miękkie włosie, dzięki któremu podczas szczotkowania można usunąć nalot znajdujący się na zębach, nie podrażniając przy tym dziąseł
- Z drugiej strony szczoteczki znajduje się delikatnie szorstka gąbka, która umożliwia oczyszczenie powierzchni języka
- Długi uchwyt ułatwiający manipulację w obrębie jamy ustnej
- Szczotkowanie i odsysanie z użyciem płynów antyseptycznych powoduje mechaniczne usuwanie biofilmów bakteryjnych z zębów i jamy ustnej
- Bez lateksu
- Pakowane pojedynczo
- opakowanie zbiorcze - 50 sztuk
- Wyrób medyczny klasy I ?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 5 Zakres 12, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do higieny jamy ustnej, w którym znajduje się szczoteczka z funkcją odsysania oraz 0,12 % roztwór chlorheksydny w saszetce o pojemności 10 ml, w opakowaniu pełniącym funkcję pojemnika?

Odp.: W tym zakresie nie ma takiej opisanej pozycji. Pytanie nie dotyczy podanego zakresu.

Pytanie 6 Zakres 12, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do higieny jamy ustnej, w którym znajduje się szczoteczka z funkcją odsysania oraz 0,12 % roztwór chlorheksydny w saszetce o pojemności 10 ml, w opakowaniu pełniącym funkcję pojemnika?

Odp.: W tym zakresie nie ma takiej pozycji. Pytanie nie dotyczy podanego zakresu.

Pytanie 7 Zakres 12, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do higieny jamy ustnej, w którym znajduje się szczoteczka z funkcją odsysania, gąbeczka do aplikacji, 0,12 % roztwór chlorheksydny w saszetce o pojemności 10 ml oraz żel nawilżający, w opakowaniu pełniącym funkcję pojemnika?

Odp.: W tym zakresie nie ma takiej pozycji. Pytanie nie dotyczy podanego zakresu.

Pytanie 8 Zakres 12, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do higieny jamy ustnej, w którym znajduje się szczoteczka z funkcją odsysania, gąbeczka do aplikacji, 1,5 % roztwór nadleńtku wodoru oraz żel nawilżający, w opakowaniu pełniącym funkcję pojemnika?

Odp.: W tym zakresie nie ma takiej pozycji. Pytanie nie dotyczy podanego zakresu.

Pytanie 9 Zakres 12, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do higieny jamy ustnej, w którym znajduje się szczoteczka z funkcją odsysania, gąbeczka-aplikator z odsysaniem, 0,12 % roztwór chlorheksydny w saszetce o pojemności 10 ml oraz żel nawilżający, w opakowaniu pełniącym funkcję pojemnika?

Odp.: W tym zakresie nie ma takiej pozycji. Pytanie nie dotyczy podanego zakresu

Pytanie 10 Zakres 12, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do higieny jamy ustnej, w którym znajduje się szczoteczka z funkcją odsysania, gąbeczka-aplikator z odsysaniem, 1,5 % roztwór nadleńtku wodoru oraz żel nawilżający, w opakowaniu pełniącym funkcję pojemnika?

Odp.: W tym zakresie nie ma takiej pozycji. Pytanie nie dotyczy podanego zakresu

Pytanie 11 Zakres 12, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do 24 godzinnej higieny jamy ustnej do postawienia na szafce w formie dyspensera ułatwiającego pobieranie zestawów we właściwej kolejności zawierający:

- 2x szczoteczkę z odsysaniem
- 2x 0,12 % roztwór chlorheksydny w saszetce
- 4x gąbeczkę z odsysaniem
- 4x 1,5 % roztwór nadleńtku wodoru
- 6x gąbeczkę-aplikator
- 6x żel nawilżający

w opakowaniach pełniących funkcję pojemnika?

Odp.: W tym zakresie nie ma takiej pozycji. Pytanie nie dotyczy podanego zakresu

Pytanie 12 Zakres 12, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do 24 godzinnej higieny jamy ustnej do postawienia na szafce w formie dyspensera ułatwiającego pobieranie zestawów we właściwej kolejności zawierający:

- 2x szczoteczkę z odsysaniem
- 6x 0,12 % roztwór chlorheksydny w saszetce
- 4x gąbeczkę z odsysaniem
- 6x gąbeczkę-aplikator
- 6x żel nawilżający

w opakowaniach pełniących funkcję pojemnika?

Odp.: W tym zakresie nie ma takiej pozycji. Pytanie nie dotyczy podanego zakresu

Pytanie 13 Zakres 12, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do 24 godzinnej higieny jamy ustnej do postawienia na szafce w formie dyspensera ułatwiającego pobieranie zestawów we właściwej kolejności zawierający:

- 2x szczoteczkę z odsysaniem
- 6x 1,5 % roztwór nadleńtku wodoru
- 4x gąbeczkę z odsysaniem
- 6x gąbeczkę-aplikator
- 6x żel nawilżający

w opakowaniach pełniących funkcję pojemnika?

Odp.: W tym zakresie nie ma takiej pozycji. Pytanie nie dotyczy podanego zakresu

Pytanie 14 Zakres 42, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do 24 godzinnej higieny jamy ustnej do postawienia na szafce w formie dyspensera ułatwiającego pobieranie zestawów we właściwej kolejności zawierający:

- 2x szczoteczkę z odsysaniem (z zastawką manualną do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni)
- 6x 0,4 12 % roztwór chlorheksydny w saszetce
- 4x gąbeczkę z odsysaniem
- 6x gąbeczkę-aplikator
- 6x żel nawilżający

w opakowaniach pełniących funkcję pojemnika?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 15 Zakres 42, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do 24 godzinnej higieny jamy ustnej do postawienia na szafce w formie dyspensera ułatwiającego pobieranie zestawów we właściwej kolejności zawierający:

- 2x szczoteczkę z odsysaniem (z zastawką manualną do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni)
- 6x 1,5 % roztwór nadleńtku wodoru
- 4x gąbeczkę z odsysaniem
- 6x gąbeczkę-aplikator
- 6x żel nawilżający

w opakowaniach pełniących funkcję pojemnika?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 16 Zakres 42, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do 24 godzinnej higieny jamy ustnej do postawienia na szafce w formie dyspensera ułatwiającego pobieranie zestawów we właściwej kolejności zawierający:

- 2x szczoteczkę z odsysaniem (z zastawką manualną do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni)
- 2x 0,12 % roztwór chlorheksydny w saszetce
- 4x gąbeczkę z odsysaniem
- 4x 1,5 % roztwór nadleńtku wodoru
- 6x gąbeczkę-aplikator
- 6x żel nawilżający

w opakowaniach pełniących funkcję pojemnika?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 17 Zakres 42, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści jako równoważny do tej pozycji zestaw do higieny jamy ustnej, w którym znajdują się: 2 gąbki z funkcją odsysania z zagiętą końcówką i zastawką do regulacji siły ssania, 1,5 % roztwór nadlewniku wodoru oraz żel nawilżający w opakowaniu pełniącym funkcję pojemnika ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 18 Zakres 42, pozycja nr 4

Czy zamawiający wyłączy z zakresu nr 42 pozycję nr 4 i utworzy z niej osobny zakres? Takie działanie umożliwi składanie ofert większej liczbie wykonawców, dzięki czemu zamawiający może otrzymać bardziej atrakcyjne cenowo oferty.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 19 Zakres 71, pozycja nr 21

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 22 g, przestrzeń martwa 34 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ?

Odp. Brak takiej pozycji w zakresie 71

Pytanie 20 Zakres 71, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 29 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h₂₀, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 21 Zakres 81, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 22 g, przestrzeń martwa 34 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 22 Zakres 81, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 13 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h₂₀, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 23 Zakres 81, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 30 g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 24 Zakres 85, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści podkładkę z rozcięciem i otworem 11 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 25 Zakres 97, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach od 2,5 - 5,5, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 26 Zakres 99, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną, oznaczoną innymi kolorami, której rozmiar jest oznaczony cyfrą na opakowaniu, a na masce znajduje się oznakowanie w j.ang. typu: adult, infant itp., pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 27 Zakres 101, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści aparat do infuzji o dł. 180 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

Adresat

2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech