



**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27

72 - 300 Gryfice

Pismo z dnia

Nasz znak

Data

SPZZOZ/43/2/20

Gryfice 2020-09-25

Sprawa dotyczy:

Przetarg nieograniczony **43/20** na: „Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach projektu "Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem" cz. VIII

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

Zadanie 1.2

**Lampa zabiegowa przejezdna na statywie – 4 szt.**

1. **Pkt. 5.5** - Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez bezdotykowy czujnik umieszczone na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie tożsame z wymaganym, dodatkowo zapobiegające zakażeniom krzyżowym.  
**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**
2. **Pkt. 5.7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.  
**ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.**
3. **Pkt. 5.8** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą średnicę plamy świetlnej dla 1 m - 17 cm (+/- 10%), w tym zakresie pełna iluminacja światła ? Plama światła jest zdecydowanie większa i wynosi ok. 22 cm ale wtedy nie mamy pełnej iluminacji. Rozwiązanie tożsame w wymaganym.  
**ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
SPZZOZ w Gryficach

*Piotr Sobociński*

