



Znak: AE/ZP-27-45/24

Tarnów, 2024-05-28

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy artykułów medycznych (porty naczyniowe, przyrządy do przetoczeń).

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy zamawiający w pakiecie 1 dopuści Wszczepialny Port naczyniowy z komorą i kaniulą wykonaną w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przysycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym port z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 5g +/- 0,5 g dla cewników 6,5 Fr o średnicy zew. 2,16mm i wew. 1,02 mm lub 7,2 Fr o średnicy zew. 2,4mm i wew. 1,2mm o wysokości komory portu 10,1 mm +/- 0,5mm, oraz 7,6g +/- 0,2 g dla cewników 7,2 Fr o średnicy zew. 2,4mm i wew. 1,2mm o wysokości komory portu 12,2mm +/- 0,5mm długość cewnika 60 cm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera.
Skład zestawu:
 - silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 6,5 Fr lub 7,2 Fr do wyboru w chwili Zamówienia z oznaczeniem długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm.
 - tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - "tępy" bez powierzchni tnącej,
 - narzędzie do unoszenia naczynia,
 - igła Hubera prosta,
 - strzykawka 10ml,
 - narzędzie do przepłukania cewnika,
 - rozszerzacz z rozrywalną koszulką,
 - prowadnica w pochewce,
 - igła wprowadzająca 18Gx70mm,
 - 2 mocowania cewnika,
 - karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Skład portu może zawierać zestaw do USG. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3-5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.
- Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z drenem o długości 150cm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

