



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. 769/2021/PF

Wrocław, 22.06.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ - sprawa BZP.3810.25.2021.TP.

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa dwóch drukarek: drukarki do szkiełek mikroskopowych oraz drukarki laserowej do kasetek, wraz z dostawą i montażem, prowadzonego przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ:

Część I

Pytanie nr 1 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie do oddzielnego pakietu drukarki do szkiełek mikroskopowych zał. nr 1 do SIWZ. Umieszczenie w jednym pakiecie w/w drukarki razem z **drukarką laserową** do kasetek jest ograniczeniem konkurencji tylko i wyłącznie do jednego dostawcy. Zgodnie z naszą wiedzą tylko i wyłącznie jeden dostawca firma ELEKTRO MED Grzegorza Pałkowskiego, który jest wyłącznym dystrybutorem produktów FATECH na terenie Polski, posiada w swojej ofercie drukarkę do kasetek pracującą w technologii laserowej. Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który przekłada się na faktyczny monopol jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego) stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 16 ustawy PZP.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie oddzielnych pakietów na drukarkę do kasetek histopatologicznych i drukarkę do szkiełek mikroskopowych. Bezwzględnie konieczna jest pełna kompatybilność obu urządzeń co może zagwarantować wyłącznie dostawa ich przez jednego producenta/dostawcę. Brak kompatybilności niesie ze sobą wysokie ryzyko błędu medycznego, co w przypadku Zakładu Patomorfologii może skutkować groźnymi konsekwencjami dla naszych Pacjentów. Drukarka laserowa natomiast zapewnia najlepszą jakość druku, co w przypadku kasetki histopatologicznej z bardzo małym polem do opisu jest kluczowo istotne. Taka technika druku zapewnia też najniższe koszty eksploatacji urządzenia (nie ma konieczności zakupu taśm, tonerów, tuszów, filtrów czy lamp UV) co dla Zamawiającego jest bardzo istotną kwestią.

Pytanie nr 2 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych – poz. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki wyposażonej w zewnętrzny skaner wysokiej jakości z możliwością umiejscowienia go w dowolnym komfortowym dla Użytkownika miejscu.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody. W Pracowni Histopatologii nie ma miejsca na dodatkowe urządzenia.

Pytanie nr 3 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych – poz. 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki o wymiarach:

- Szerokość: 179,8 mm
- Głębokość: 319.5 mm

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

➤ Wysokość: 218,4 mm

Zaproponowana drukarka jest jedynie o 19,5 mm głęboka poza dopuszczalnym wymaganym wymiarem co nie powinno mieć najmniejszego wpływu na komfort i ergonomię pracy.

Odp: Zamawiający dopuszcza drukarkę o wymiarach: Szerokość: 179,8 mm oraz głębokość: 319.5 mm.

Pytanie nr 4 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych – poz. 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki pracującej przy użyciu taśm termotransferowych o wydajności do 5000 szt. szkiełek. W zestawie proponujemy zestaw taśm o wydajności 30 000 szt. nadruków (6 szt.)

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych – poz. 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki bez możliwości bezpośredniego podłączenia wi-fi wyposażoną w zewnętrzną stację sterującą do obsługi urządzenia oraz integracji z systemem LIMS w pracowni, która jest wyposażona w łącze bezprzewodowe wi-fi zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w pkt. 31.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody. W Pracowni Histopatologii nie ma miejsca na dodatkowe urządzenia.

Pytanie nr 6 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych – poz. 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki wyposażonej w jeden port USB służący do bezpośredniej komunikacji z zewnętrzną stacją sterującą do obsługi urządzenia oraz integracji z systemem LIMS w pracowni która jest wyposażona w łącze Ethernet oraz Bluetooth zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w pkt. 31.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody na zewnętrzną sieć sterującą.

Pytanie nr 7 – załącznik nr 1 – drukarka do kasetek – poz. 21

W przypadku braku zgody na pytanie nr 1 o wydzielenie drukarki do szkiełek mikroskopowych do osobnego pakietu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek pracującej w oparciu o technologię termotransferową.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – załącznik nr 1 – drukarka do kasetek – poz. 23

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek o rozdzielczości druku 300 dpi. Zaproponowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające do nadruku kodów na kasetkach oraz właściwego ich czytania przy użyciu czytników.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – załącznik nr 1 – drukarka do kasetek – poz. 24

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek z trwałym nadrukiem termotransferowym na froncie kasetki.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – załącznik nr 1 – drukarka do kasetek – poz. 27

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek o wymiarach:

- Szerokość: 380 mm
- Głębokość: 420 mm
- Wysokość: 395 mm

Zaproponowana drukarka ma budowę kompaktową co przekłada się na ergonomię pracy oraz brak potrzeby dużej ilości miejsca na blacie roboczym.

Odp: Zamawiający dopuszcza drukarkę wymiarach: Szerokość: 380 mm i głębokość: 420 mm.



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. 769/2021/DF

Wrocław, 22.06.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ - sprawa BZP.3810.25.2021.TP.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dwóch drukarek: drukarki do szkiełek mikroskopowych oraz drukarki laserowej do kasetek, wraz z dostawą i montażem, prowadzonego przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ:

Część I

Pytanie nr 1 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie do oddzielnego pakietu drukarki do szkiełek mikroskopowych zał. nr 1 do SiWZ. Umieszczenie w jednym pakiecie w/w drukarki razem z drukarką laserową do kasetek jest ograniczeniem konkurencji tylko i wyłącznie do jednego dostawcy. Zgodnie z naszą wiedzą tylko i wyłącznie jeden dostawca firma ELEKTRO MED Grzegorza Pałkowskiego, który jest wyłącznym dystrybutorem produktów FATECH na terenie Polski, posiada w swojej ofercie drukarkę do kasetek pracującą w technologii laserowej. Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który przekłada się na faktyczny monopol jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego) stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 16 ustawy PZP.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie oddzielnych pakietów na drukarkę do kasetek histopatologicznych i drukarkę do szkiełek mikroskopowych. Bezwzględnie konieczna jest pełna kompatybilność obu urządzeń co może zagwarantować wyłącznie dostawa ich przez jednego producenta/dostawcę. Brak kompatybilności niesie ze sobą wysokie ryzyko błędu medycznego, co w przypadku Zakładu Patomorfologii może skutkować groźnymi konsekwencjami dla naszych pacjentów. Drukarka laserowa natomiast zapewnia najlepszą jakość druku, co w przypadku kasetki histopatologicznej z bardzo małym polem do opisu jest kluczowo istotne. Taka technika druku zapewnia też najniższe koszty eksploatacji urządzenia (nie ma konieczności zakupu taśm, tonerów, tuszów, filtrów czy lamp UV) co dla Zamawiającego jest bardzo istotną kwestią.

Pytanie nr 2 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych – poz. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki wyposażonej w zewnętrzny skaner wysokiej jakości z możliwością umiejscowienia go w dowolnym komfortowym dla Użytkownika miejscu.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody. W Pracowni Histopatologii nie ma miejsca na dodatkowe urządzenia.

Pytanie nr 3 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych – poz. 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki o wymiarach:

- Szerokość: 179,8 mm
- Głębokość: 319.5 mm

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc

mgr Teresa Podsiadło

➤ Wysokość: 218,4 mm

Zaproponowana drukarka jest jedynie o 19,5 mm głęboka poza dopuszczalnym wymaganym wymiarem co nie powinno mieć najmniejszego wpływu na komfort i ergonomię pracy.

Odp: Zamawiający dopuszcza drukarkę o wymiarach: Szerokość: 179,8 mm oraz głębokość: 319.5 mm.

Pytanie nr 4 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych – poz. 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki pracującej przy użyciu taśm termotransferowych o wydajności do 5000 szt. szkiełek. W zestawie proponujemy zestaw taśm o wydajności 30 000 szt. nadruków (6 szt.)

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych – poz. 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki bez możliwości bezpośredniego podłączenia wi-fi wyposażoną w zewnętrzną stację sterującą do obsługi urządzenia oraz integracji z systemem LIMS w pracowni, która jest wyposażona w łącze bezprzewodowe wi-fi zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w pkt. 31.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody. W Pracowni Histopatologii nie ma miejsca na dodatkowe urządzenia.

Pytanie nr 6 – załącznik nr 1 – drukarka do szkiełek mikroskopowych – poz. 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki wyposażonej w jeden port USB służący do bezpośredniej komunikacji z zewnętrzną stacją sterującą do obsługi urządzenia oraz integracji z systemem LIMS w pracowni która jest wyposażona w złącze Ethernet oraz Bluetooth zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w pkt. 31.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody na zewnętrzną sieć sterującą.

Pytanie nr 7 – załącznik nr 1 – drukarka do kasetek – poz. 21

W przypadku braku zgody na pytanie nr 1 o wydzielenie drukarki do szkiełek mikroskopowych do osobnego pakietu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek pracującej w oparciu o technologię termotransferową.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – załącznik nr 1 – drukarka do kasetek – poz. 23

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek o rozdzielczości druku 300 dpi. Zaproponowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające do nadruku kodów na kasetkach oraz właściwego ich czytania przy użyciu czytników.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – załącznik nr 1 – drukarka do kasetek – poz. 24

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek z trwałym nadrukiem termotransferowym na froncie kasetki.

Odp: Tak jak w SWZ- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – załącznik nr 1 – drukarka do kasetek – poz. 27

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek o wymiarach:

- Szerokość: 380 mm
- Głębokość: 420 mm
- Wysokość: 395 mm

Zaproponowana drukarka ma budowę kompaktową co przekłada się na ergonomię pracy oraz brak potrzeby dużej ilości miejsca na blacie roboczym.

Odp: Zamawiający dopuszcza drukarkę wymiarach: Szerokość: 380 mm i głębokość: 420 mm.

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

Kiszańska Biuro Zastępstwa
Dolnośląskiego Centrum

mgr Teresa Podkościelna

Część II

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapisu Rozdział III pkt 7. Lit b) zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia treści instrukcji obsługi urządzeń dopiero w momencie dokonania dostawy, a nie dodatkowo również do oferty?

Odp: Zamawiający wyjaśnia, że instrukcja jest przedmiotowym środkiem dowodowym Wykonawca powinien załączyć ją do oferty .

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do wymogu posiadania referencji zwracamy się z wnioskiem o modyfikację/dopuszczenie możliwości wykazania się 1 dostawą wraz z instalacją urządzeń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości łącznej powyżej 300 000,00 zł bądź o wartości łącznej powyżej 600 000,00 zł?

Wykazanie przez wykonawcę realizacji dostawy o takiej wartości a co za tym idzie również większej ilości urządzeń i złożoności jest o wiele trudniejszym zadaniem, niż wykonanie dwóch dostaw o dużo mniejszym stopniu złożoności każda.

Odp: Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga. Wykonawca może wykazać 1 dostawą wraz z instalacją urządzeń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości łącznej powyżej 300 000,00 zł, bądź o wartości łącznej powyżej 600 000,00 zł.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznik nr 1 Parametry techniczne:

Z uwagi na zapis pkt.11 dotyczący wymiarów urządzenia, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż wymagane wymiary maksymalnie punktowane mają być mniejsze bądź równe 150x250 mm (szerokość x głębokość)?

Odp: Zamawiający wyjaśnia, iż wymiary maksymalnie punktowane mają być mniejsze bądź równe 150 x 250 mm (szerokość x głębokość).

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznik nr 1 Parametry techniczne:

W przypadku braku potwierdzenia w treści powyższego pytania zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 140x200 mm (szerokość x głębokość)?

Odp: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w zał. nr 1 do oferty.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznik nr 1 Parametry techniczne:

Z uwagi na zapis pkt.27 dotyczący wymiarów urządzenia, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż wymagane wymiary maksymalnie punktowane mają być mniejsze bądź równe 200x400 mm(szerokość x głębokość)?

Odp: Zamawiający wyjaśnia, iż wymiary maksymalnie punktowane mają być mniejsze bądź równe 200 x 400 mm (szerokość x głębokość).

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznik nr 1 Parametry techniczne:

W przypadku braku potwierdzenia w treści powyższego pytania zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 200x377 mm (szerokość x głębokość)?

Odp: Zamawiający potwierdził w odp. na pyt. nr 5.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznik nr 1 Parametry techniczne:

W związku z zapisem w załączniku „...Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymogów technicznych zgodnie z SWZ – Zamawiający po otwarciu oferty i ocenie wezwie wykonawcę którego oferta zdobyła największą liczbę punktów do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów SWZ. Dokumenty opisów technicznych, katalogów, oświadczenie producenta, dystrybutora zawierające potwierdzenie opisanych parametrów...”, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga dokumentów na potwierdzenie spełniania wymogów technicznych wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc

mgr Teresa Podsiadło

Odp: Zamawiający wymaga dokumentów na potwierdzenie spełniania wymogów Technicznych. W przypadku braków w dokumentach przedmiotowych wezwie do ich uzupełnienia.

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznik nr 1 Parametry techniczne:

W związku z zapisem w załączniku „...Wykonawca musi zapewnić ciągłość technologiczna pracy oraz na końcu inwestycji Zamawiający wymaga pełnej walidacji całego systemu...”, zwracamy się z wnioskiem o usunięcie ww. zapisu jako, że nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.

Odp: Zamawiający zmodyfikował zapis i usunął wskazany zapis .

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznik nr 1 Parametry techniczne:

W przypadku braku zgodny na powyższe pytanie zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie czy poprzez zapis „...Wykonawca musi zapewnić ciągłość technologiczna pracy oraz na końcu inwestycji Zamawiający wymaga pełnej walidacji całego systemu...”, Zamawiający rozumie instalację urządzeń będących przedmiotem zamówienia oraz pierwsze uruchomienie, zgodnie z zapisami SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.5 b)?

Odp: Zamawiający zmodyfikował zapis i usunął wskazany zapis .

Pytanie nr 10

Dotyczy wzoru umowy:

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów treści umowy w § 1 ust.2 oraz innych miejsc w umowie w zakresie w którym dotyczą one spełniania wymogów przez przedmiot zamówienia zapisów ustawy o wyrobach medycznych, z uwagi na fakt ,iż przedmiot zamówienia tj. drukarki do szkiełek oraz kasetek nie są klasyfikowane jako wyroby medyczne.

Odp: Zamawiający zmodyfikował zapis i usunął słowo medyczne.

Pytanie nr 11

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację zapisów § 10 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 10, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto .”

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie Wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę i dopisuje do wzoru umowy .

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Lidia Malicka