



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP

372/06/2024

Chrzanów, 25.06.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa gazów medycznych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego – sprawa nr 74/2024

Pytanie nr 1 Dotyczy zapisów Załącznika nr 2 do SWZ – Pakiet 2, pozycja 1. W nawiązaniu do informacji, że produkt „będzie stosowany w położnictwie” – Wykonawca zwraca się z pytaniem czy w celu potwierdzenia, że produkt w bezpieczny sposób umożliwi osiągnięcie działania przeciwbólowego podczas porodu, Zamawiający wymaga by zaoferowany produkt leczniczy posiadał opis stosowania w położnictwie, zawarty w sekcji dot. 4.2. Dawkowania i sposobu podawania w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty? Szczegółowo określony sposób użycia produktu leczniczego w Charakterystyce Produktu Leczniczego, jest istotnym kryterium medycznym, rozstrzygającym o właściwym stosowaniu produktu leczniczego, które to dla świadczeniobiorców wydaje się być kluczowym aspektem. Ponadto nie niesie ryzyka poza-rejestacyjnego zastosowania leku („off label”) przez użytkownika.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Dotyczy zapisów Załącznika nr 2 do SWZ – Pakiet 2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu dozującego do podaży mieszaniny innego producenta, niż filtrów i ustników (pozycja 2, pakiet 2). Zawory dozujące, ustniki i filtry są zarejestrowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako wyroby medyczne, a osprzęt powinien być ze sobą w pełni kompatybilny, dzięki czemu umożliwiał w sposób higieniczny podanie leku pacjentce. Z obiektywnych względów kwestia nazwy producenta, nie powinna być istotna.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Dotyczy zapisów Załącznika nr 2 do SWZ – Pakiet 2, pozycja nr 2. Czy w pakiecie 2, poz. 2 Zamawiający miał na myśli jednorazowe ustniki z filtrem kierunkowym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej co najmniej na poziomie >99,9% do podawania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w stosunku 50/50?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w pakiecie.

Pytanie nr 4 Dotyczy zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Wzoru umowy §4, ust. 6. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wystawiania faktur korygujących do 5 dni roboczych. Zasadność wystawienia faktury korygującej, wymaga weryfikacji, nierzadko jest związana z postępowaniem reklamacyjnym, które również trzeba rozpatrzyć. Jest to nierealne w tak krótkim terminie, jakim są 2 dni.

6. Zamawiający ureguluje należność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ją w terminie nie przekraczającym 2 dni od momentu zgłoszenia pomyłki.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Na:

6. Zamawiający ureguluje należność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ją w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia pomyłki

Odp. Zamawiający zmienia zapis. Wzór umowy §4, ust. 6 przyjmuje brzmienie: *Zamawiający ureguluje należność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ją w terminie nie przekraczającym 5 dni od momentu zgłoszenia pomyłki.*

Pytanie nr 5

Dotyczy zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Wzoru umowy §4, ust. 12. Z uwagi, że Wykonawca będzie dokonywał wjazdu na teren szpitala specjalistycznym transportem, w celu realizacji dostawy gazów i pobieranie opłat z tytułu parkingu jest bezzasadne. Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie z wzoru umowy poniższego zapisu:

§4, ust. 12. Wykonawca oświadcza iż zapoznał się i będzie przestrzegał Regulaminu Parkingu Szpitalnego, w tym w zakresie wnoszenia obowiązkowych opłat. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Szpitala <https://www.szpital-chrzanow.pl/regulaminy-obowiazujace-na-terenie-szpitala-powiatowego-w-chrzanowie>.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że kierowca realizujący dostawy gazów otrzyma bezpłatny wstęp na teren szpitala, w celu podjazdu do punktu dostaw i ich skutecznej realizacji.

Odp. Kierowca realizujący dostawy gazów otrzyma bezpłatny wstęp na teren szpitala, w celu podjazdu do punktu dostaw i ich skutecznej realizacji.

Pytanie nr 6 Dotyczy zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Wzoru umowy §4, ust. 11 W związku z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ umowy, gdzie określono, że podana ilość przedmiotu zamówienia jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb, a Wykonawca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń, jeśli wartość zamówienia nie będzie mniejsza niż 30% ogólnej wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający jest w stanie oszacować zapotrzebowanie w sposób bardziej precyzyjny, w oparciu o dane z poprzednich lat.

Wyższa minimalna gwarantowana ilość realizacji umowy może pozwolić na korzystniejsze warunki cenowe.

Warto również zaznaczyć, że zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp, przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dlatego też dokładne określenie minimalnej gwarantowanej ilości realizacji umowy jest istotne dla prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zwiększenie tego progu do 70% jednocześnie prosi o zmianę zapisu:

Z:

11. Podaną w załączniku do umowy ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, niezbędną do przeprowadzenia postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowania całej pozycji, gdy zamówienie wartościowo nie będzie mniejsze niż 30% ogólnej wartości umowy.

Na:



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

11. Podaną w załączniku do umowy ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, niezbędną do przeprowadzenia postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowania całej pozycji, gdy zamówienie wartościowo nie będzie mniejsze niż 70% ogólnej wartości umowy.

Odp. Zamawiający zmienia zapis. Wzór umowy §4, ust. 11 przyjmuje brzmienie: Podaną w załączniku do umowy ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, niezbędną do przeprowadzenia postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowania całej pozycji, gdy zamówienie wartościowo nie będzie mniejsze niż 40% ogólnej wartości umowy.

Pytanie nr 7 (dot. pakietu nr 2):_Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 (dot. pakietu nr 2):_Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny w przypadku zaoferowania zaworu dozującego oraz jednorazowych elementów niezbędnych do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) pochodzących od różnych producentów, Zamawiający będzie oczekiwał przedłożenia oświadczenia lub innego równoważnego dokumentu producenta zaworu dozującego potwierdzającego jego pełną kompatybilność konkretnego (typ, model, nr katalogowy) oferowanego sprzętu jednorazowego z tymże zaworem dozującym?

Odp. Zamawiający w pakiecie 2 wymaga: Wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania mieszaniny gazowej 50% tlen i 50% podtlenek azotu (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub innym równoważny sprzęt jednorazowy) oraz zawór dozujący mają być kompatybilne. Czyli wykonawca składający ofertę potwierdza kompatybilność zaoferowanego asortymentu w formularzu asortymentowo-cenowym (pakiecie).

Pytanie nr 9 (dot. pakietu nr 2): Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny , tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego (w zgodzie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, w art. 2 pkt. 37 i/lub 38 – użytkownik/laik) bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

Odp. Zawór ma być bezpieczny w użytkowaniu.

Pytanie nr 10 (dot. pakietu nr 2):_Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, wykonawca w trakcie trwania umowy będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O) – co najmniej jedno szkolenie w trakcie trwania umowy przez wykwalifikowaną osobę z odpowiednią wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami w tym zakresie, potwierdzonymi stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu do znieczuleń (zawór dozujący + niezbędny sprzęt jednorazowy), który należy dołączyć do oferty ?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 11 (dot. pakietu nr 2): Czy mieszanina gazów N₂O 50% + O₂ 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiający ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12 (dot. pakietu nr 2): Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny oraz zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego , Zamawiający wymaga, aby wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy) były konfekcjonowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym stanowiącym pojedynczy komplet elementów jednorazowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza ten sposób konfekcjonowania.

Pytanie nr 13 (dot. pakietu nr 2):

Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu, ma posiadać taką konstrukcję, która do podawania mieszaniny wymaga obligatoryjnie/ zawsze zastosowania dodatkowego środka zabezpieczającego przed kontaminacją w postaci jednorazowego filtra lub jednorazowego zaworu wydechowego z filtrem (podanie mieszaniny bez tych zabezpieczeń będzie niemożliwe).

Odp. Zamawiający dopuszcza.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie nr 14 (dot. pakietu nr 2):

Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych oferowany konkretny typ/model zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu ma być dedykowany przez producenta tylko i wyłącznie do podawania tejże mieszaniny, z wyłączeniem innych gazów sprężonych?

Odp. Dobór zaworu leży po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 15 (dot. pakietu nr 2 pozycja 2): Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci jednorazowego zaworu wydechowego z ustnikiem, którego konstrukcja uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. Taka konstrukcja zabezpiecza przed kontaminacją.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Wnosimy do Zamawiającego o potwierdzenie, że w związku z faktem, że żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zaakceptuje on równoważne przedmiotowe środki dowodowe (art. 106 ust. 3 ustawy Pzp), jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria oraz są one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i są one związane z przedmiotem zamówienia. Co do zasady, pojęcie „równoważne” należy tu rozumieć jako mające równą wartość, równe znaczenie z czymś.

Odp. Zamawiający wymaga Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Pytanie 11 (dot. wzoru umowy): Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12 (dot. wzoru umowy):_W §4 ust. 3 – prosimy o usunięcie zapisu - ciekły tlen medyczny nie jest przedmiotem umowy.

Odp. Zamawiający usuwa zapis.

Pytanie 13 (dot. wzoru umowy): W §6 ust. 2c – prosimy o zmianę na brzmienie: za rozwiązanie umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do realizacji w umowie w przypadku umowy rozwiązywanej w całości.

Odp. Zamawiający zmienia zapis na: *Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej wartości umowy.*



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 14 (dot. wzoru umowy): W §6 ust. 6 - prosimy o modyfikację przez dodanie zapisu: (...) jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

Pytanie 15 (dot. wzoru umowy): W §6 Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie o dodatkowy zapis w brzmieniu: „Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

Pytanie 16 (dot. wzoru umowy): W §6 Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie o dodatkowy zapis w brzmieniu: „W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania.”

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.07.2024

(składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie ofert godz. 11:00)

Forma, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sporządziła:

A.Gędoś