



Wałbrzych, dnia 24.01.2020r.

DZPZ-530-Zp/7/PN-7/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: Igły i zestawy zewnątrzoponowe, igły do bezpiecznego rozpuszczania leków, przyrząd do pobierania i aspirowania płynów, zestaw jednorazowego użytku do znieczulenia rdzeniowego, kasety do Fluido, strzykawka bursztynowa, papier do drukarki Niccomo, elektroda ICG, zestaw do zmiany opatrunku, igły do biopsji szpiku i do trepanobiopsji, elektroda zewnętrzna do czasowej stymulacji serca” - Zp/7/PN-7/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 10

Wniosek w sprawie udzielenia wyjaśnień i zmiany zapisów SIWZ

Uprzejmie prosimy o skorygowanie oczywistej omyłki pisarskiej w opisie wymaganych parametrów technicznych igieł z pozycji nr 1, podpunkt 2 (opis pod tabelą):

Ad 1 podpunkt 2:

Jest :

„Średnica zewn.15G całkowita długość igły 75mm, regulowana długość igły w zakresie **25-45 mm**, metalowe zakończenie typu luer”

Winno być:

„Średnica zewn.15G całkowita długość igły 75mm, regulowana długość igły w zakresie **35-55 mm**, metalowe zakończenie typu luer”

W opisie parametrów dla w/w igieł podano omyłkowo zakres regulacji identyczny jak dla igieł krótszych z podpunktu nr 1

Odp.: Zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp., Zamawiający pozostawia złożony wniosek bez odpowiedzi ponieważ pytanie nie ma charakteru pytania o wyjaśnienie treści SIWZ.