

COZL/DZP/AW/3411/PN-33/24

Lublin, dnia 29.04.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Dostawa płytek stabilizacji nosowej, klipsów laparoskopowych, zestawów do jejunostomii oraz worków endoskopowych typu endobag na okres 24 m-cy dla COZL.”
Znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN-33/24**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

I.

Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 oraz § 7 ust. 2:

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:

a) za zwłokę w dostawie partii (części) towarów w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii (części) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii (części).**

b) za zwłokę w dostawie zareklamowanej partii (części) towarów w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanej partii (części) za każdy dzień zwłoki w dostawie wykonywanej w ramach reklamacji, tj. liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa zareklamowana do dnia dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanej partii (części).**

c) w przypadku 3 (trzy) krotnej zwłoki w dostawach, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

Odpowiedź: SWZ.

Pytanie nr 2

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli pomimo uprzedniego 3-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażąco sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w powyższym trybie Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1

Odpowiedź: SWZ.

II.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego aby doprecyzował co ma na myśli pisząc w Części 4, poz. 1 "objętość magazynowa 53ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków o innej objętości magazynowej.

Pytanie nr 4

Część 4, poz.1

Czy Zamawiający dopuści worek ekstrakcyjny 250ml, do wprowadzenia przez trokar 10mm do zabiegów operacyjnych przeprowadzonych metodą laparoskopową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile pozostałe parametry pozostają bez zmian.

III.

Pytania do pak. 2

Pytanie nr 5

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 2 poz, 1,2,3 klipsów tytanowych wiodącego Producenta na rynku światowym kompatybilnych z klipsownicą firmy Braun. Opakowanie zawierające 120 szt, ładunek zawierający 6 szt klipsów, do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6

Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w zadaniu nr 2 [Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1416) oraz z pkt. 5.4. regułą 8 załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów

medycznych zwane „MDR”, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zwaną „MDD”] wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do długotrwałego użytku powinny posiadać klasę IIb), wymagać będzie zaoferowania wyrobów medycznych – klipsów naczyniowych zaklasyfikowanych do klasy IIb.

Odpowiedź: SWZ.

IV.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w części 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worki endoskopowe typu Endobag, worek ekstrakcyjny o rozmiarze 1, objętość robocza 200ml, mała objętość magazynowa, do wprowadzenia przez trokar 10mm do zabiegów operacyjnych przeprowadzonych metodą laparoskopową?

Odpowiedź: SWZ.