

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA:

Niniejszy dokument ma charakter pomocniczy, służący do oszacowania wartości zamówienia.

W przypadku decyzji Zamawiającego o przeprowadzeniu przetargu, kryteria oceny ofert określone w niniejszym dokumencie zostaną przeniesione do postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

<i>Sprzęt jednorazowego użytku do pobierania krwi</i>	
Lp.	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych
1	System zamknięty gwarantujący możliwość pobierania krwi zarówno techniką aspiracyjną jak i próżniową
2	Probówka-strzykawki plastikowe, zakręcane korkiem, zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej objętości
3	Każda probówka-strzykawka z inaczej wybarwionym korkiem – na podstawie wybarwienia korka możliwa identyfikacja rodzaju i przeznaczenia probówki
4	KRYTERIUM OCENY OFERT: Probówki z zamknięciem zabezpieczającym przed kontaktem z krwią, zapewniającym szczelność, umożliwiającym łatwe zamykanie i otwieranie bez efektu aerozolu (zakrętka dwu-gwintowa)
5	KRYTERIUM OCENY OFERT: Adapter do rozmazów z tzw. łopatką, umożliwiający wykonanie rozmazu bez konieczności użycia dodatkowych elementów (tj. drugie szkiełko)
6	KRYTERIUM OCENY OFERT: Słup krwi w probówko-strzykawkach o poj. 1,0-1,5 ml (poz. 4, 7 i 10 Załącznika nr 2 do SWZ) powinien osiągać poziom nie mniejszy niż 2 cm
7	KRYTERIUM OCENY OFERT: Kompatybilność systemu – pochodzenie od jednego producenta
8	KRYTERIUM OCENY OFERT: Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku, po przekręceniu w prawo probówki
9	Igły systemowe, łączniki i igły typu „motylek” sterylne i pakowane pojedynczo, gotowe do użycia bez konieczności łączenia różnych elementów składowych
10	Termin ważności wyrobów, z wyłączeniem poz. 5, 9 i 10 Załącznika Nr 1 do Badania rynku, nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty ich dostarczenia.
11	Termin ważności wyrobów wymienionych w poz. 5, 9 i 10 Załącznika Nr 1 do Badania rynku nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ich dostarczenia.

UWAGI:

1. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, w zaoferowanej cenie, będzie zobowiązany dołączyć wszystkie niezbędne akcesoria (np. stazy, statyw do OB, statyw do probówek) potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji. Akcesoria te Wykonawca dostarczy na swój koszt.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego (forma i termin przeszkolenia personelu medycznego zostanie ustalona po podpisaniu umowy, w dogodnym terminie dla Zamawiającego).