

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2020
	Przetarg nieograniczony na dostawę ubrań jednorazowego użytku, masek chirurgicznych	

Elbląg, dnia 20.05.2020r.

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania na dostawę ubrań jednorazowego użytku, masek chirurgicznych, Nr sprawy ZP/14/2020.  
 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawcy o poniższej treści:

#### Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania spodni jednorazowego użytku wykonanych z włókniny 100% polipropylenu, o gramaturze 44g/m<sup>2</sup>? pozostałe parametry spodni bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy zabiegowej wykonanej z włókniny 100% polipropylenu, o gramaturze 44g/m<sup>2</sup>, miękki kołnierzyk w formie stójki z tej samej włókniny co bluza, brak ściągacza z tyłu bluzy. Bluza dostępna w rozmiarze M i L. Pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 3 – dot. Pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy zabiegowej wykonanej z włókniny 100% polipropylenu, o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>, brak ściągacza z tyłu bluzy. Bluza dostępna w rozmiarze M i L. Zaoferowana bluza jest zakwalifikowana jako wyrób higieniczny z zastosowaniem stawki podatku VAT 23%. Pozostałe parametry bluzy bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 4 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych zgodnych z SIWZ, jednakże o wymiarach:

Długość: 175mm

Szerokość złożona 100mm

Szerokość rozłożona 175mm

Długość górnego paska 425mm

Długość dolnego paska 385mm

Zagłębienie na nos 130 mm

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 5 – dot. Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych o gramaturze 54 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry masek bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 6 – dot. Pakietu nr 5 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 5 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Poprawiony formularz asortymentowo-cenowy dostępny na stronie :**  
[https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag).

#### Pytanie 7 – dot. Pakietu nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry masek bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 8 – dot. Pakietu nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków chirurgicznych wykonanych z włókniny o gramaturze 14 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry czepków bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 9 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramatura 35 g/m<sup>2</sup>– odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni min 41 cm H<sub>2</sub>O; szwy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 1,5x 10 cm (x2), mankiety o długości min 7 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro odpowiednio: min. 160/142 kPa. Odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho/ moro wzdłużnie: min. 84/85 N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50

e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl) , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:

ZP/14/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę ubrań jednorazowego użytku, masek chirurgicznych

oznaczony literowo. Długość fartucha (+/- 5 cm): 120 cm- M, 130 cm- L, 140 cm- XL. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę dystrybutora. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 10 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania:

"Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze min 35 g/m<sup>2</sup>, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 40 g/m<sup>2</sup> i na rękawach min. 40 g/m<sup>2</sup>, – odporność na przenikanie cieczy ( wg EN ISO 20811 ) min 200 cm H<sub>2</sub>O rękawy. Wzmocnienie na rękawach przyklejone na całym obwodzie rękawa ( nie punktowo ). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 1,5 x 10 cm (x2), mankiety o długości min 7 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro ( część przednia, strefa krytyczna ) odpowiednio: 150/140 kPa; na rękawach w strefie krytycznej na sucho/ mokro odpowiednio: 150/140 kPa. Odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdłużnie: 105/100N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki w fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.

Rozmiary fartucha oznaczone literowo. Długość fartucha: (+/- 5 cm): 120 cm- M, 130 cm- L, 140 cm- XL. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę dystrybutora. Sterylizacja tlenkiem etylenu."

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 11 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania:

"Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m<sup>2</sup>– odporność na przenikanie cieczy ( wg EN ISO 20811 ) na całej powierzchni min 25 cm H<sub>2</sub>O. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho 317 kPa; odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho wzdłużnie: 130 N. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 1,5 x 10 cm (x2) mankiety o długości min 7 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki w fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha oznaczone literowo. Długość (+/- 5 cm): 120 cm- M, 130 cm- L, 140- XL, 150- XXL dla operatorów o poszerzonych obwodach. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę dystrybutora. Sterylizacja tlenkiem etylenu."

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 12 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 4 z pakietu nr 1 i utworzenie oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Poprawiony formularz asortymentowo-cenowy dostępny na stronie :  
[https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag).

DYREKTOR  
SZPITALA MIEJSKIEGO  
św. Jana Pawła II w Elblągu  
lek. Mirosław Gorbaczewski