

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w podziale na pięć części zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **02.11.2021r.** w związku z przedmiotowym postępowaniem i wprowadza poniższe zmiany SWZ:

PYTANIE 1

Pakiet nr 1

Pozycja 3 Ssak medyczny przejezdny

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy pod pojęciem naczynie segregacyjne Zamawiający miał na myśli zbiornik zabezpieczający ssak przed zalaniem?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie opisał w parametrach zbiornika zabezpieczającego przed zalaniem (funkcja automatyczna urządzenia)

PYTANIE 2

Pakiet nr 2

Pozycja 1 Stół zabiegowy chirurgiczny

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w pkt. 16 tabeli technicznej regulacja kąta odchylenia w zakresie w zakresie min. od 20° do 90° dotyczy segmentu podnóżków?

2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w pkt. 17 tabeli technicznej regulacja odchylenia każdego z segmentów od 0° do 90° dotyczy segmentu podnóżków?

ODPOWIEDŹ 2

Tak. Parametry te dotyczą segmentów nóg

PYTANIE 3

Pakiet nr 2

Pozycja 4 Kolposkop z oprogramowaniem

Dotyczy pkt 20. Czy Zamawiający dopuści powiększenie okularu 12.5x? Zamawiający w punkcie 7 wymaga, aby binokular był o stałym kącie nachylenia 45°. Binokular 45 może być wyposażony tylko w okular 12,5x.

ODPOWIEDŹ 3

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 4

Pakiet nr 2

Pozycja 4 Kolposkop z oprogramowaniem

Dotyczy pkt 29-30 Czy Zamawiający oczekuje, aby w zestawie były dwa oddzielne obiektywy (standardowy 300mm i dodatkowo 280mm) czy tylko jeden z nich? Z punktu 19 wynika, że Zamawiający wymaga obiektywu z ogniskową 300mm. Prosimy o sprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający poprawia zapis poprzez wykreślenia parametrów z poz. 29

PYTANIE 5**Pakiet nr 2****Pozycja 4 Kolposkop z oprogramowaniem**

Dotyczy pkt 40 Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju oprogramowania do archiwizacji Zamawiający oczekuje? Na jakim urządzeniu mają być archiwizowane dane, z jakim systemem? Co Zamawiający chciałby archiwizować? Jakiego rodzaju dane?

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający oczekuje oprogramowania do archiwizacji zdjęć, filmów (zgodnie z zapisami pkt 36)

PYTANIE 6**Pakiet nr 2****Pozycja 4 Kolposkop z oprogramowaniem**

W związku z wymaganiem punktu 47 odnośnie okablowania umożliwiającego podgląd na żywo na monitorze prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada monitor ze złączem HDMI oraz określenie odległości usytuowania monitora od kolposkopu, aby móc określić długość okablowania. Jeśli Zamawiający nie dysponuje monitorem ze złączem HDMI prosimy o potwierdzenie czy taki monitor należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający potwierdza konieczność uwzględniania monitora w ofercie (monitor LCD min 17 cali z wejściem HDI)

PYTANIE 7**Pakiet nr 2****Pozycja 5 Stół operacyjny**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż w pkt. 44 wymaga regulacji przechyłu wzdłużnego w zakresie min. +/-30°?

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 8**Pakiet nr 2****Pozycja 5 Stół operacyjny**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż w pkt. 45 wymaga regulacji przechyłu bocznego w zakresie min. +/-24°?

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 9**Pakiet nr 2****Pozycja 5 Stół operacyjny**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż w pkt. 46 wymaga regulacji oparcia pleców w zakresie min. od -30° do 80°?

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 10**Pakiet nr 2****Pozycja 5 Stół operacyjny**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż w pkt. 47 wymaga regulacji podglądka w zakresie min. od -90° do 50°?

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 11**Pakiet nr 2****Pozycja 5 Stół operacyjny**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż w pkt. 48 wymaga zakresu pionowej regulacji kątowej podnóżków min. od -90° do 30°?

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie - 90 do 25 st

PYTANIE 12**Pakiet nr 2****Pozycja 5 Stół operacyjny**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przez Zamawiającego wymogu, aby do stołu operacyjnego dołączony był stolik do chirurgii ręki?

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia i wprowadza wymóg aby do stołu operacyjnego dołączony był stolik do chirurgii ręki.

PYTANIE 13**Pakiet nr 2****Pozycja nr 6 Ssak próżniowy**

Prosimy o wyjaśnienie jakiego wtyku /AGA, DIN, G0-1/ Zamawiający wymaga do podłączania do gniazda próżni?

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający wymaga wtyku związanego z zaprojektowanym w szpitalu systemem - AGA

PYTANIE 14**Pakiet nr 2****Pozycja 7 Ssak elektryczny**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy pod pojęciem naczynie segregacyjne Zamawiający miał na myśli zbiornik zabezpieczający ssak przed zalaniem?

ODPOWIEDŹ 14

Nie. Zamawiający określił osobno zbiornik przed zalaniem i naczynia segregacyjne.

PYTANIE 15**Pakiet nr 2****Pozycja 11 Narzędzia chirurgiczne – zestawy**

W związku z ilością sztuk (2 kpl.) określoną w tabeli cenowej prosimy o wyjaśnienie czy ilości narzędzi chirurgicznych wymagane przez Zamawiającego w pozycjach od 1 do 152 stanowią już 2 komplety, czy należy je podwoić?

ODPOWIEDŹ 15

W tabeli są narzędzia dla jednego kompletu

PYTANIE 16**Pakiet nr 2****Pozycja 11 Narzędzia chirurgiczne – zestawy**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzi chirurgicznych czołowego renomowanego producenta według poniższego zestawienia?

L.p.	Opis	Ilość
1.	ZESTAW NARZĘDZI DO PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO	
2.	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁ. 245MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75MM	1

3.	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁ. 245MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SZCZĘKI GŁADKIE	3
4.	KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	14
5.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	2
6.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	4
7.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS SILNIE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	2
8.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	4
9.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	4
10.	KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS-THOMS DŁ. 200MM PROSTE 6X7 ZĄBKÓW	2
11.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 235 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM	1
12.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 200MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	2
13.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 180MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	1
14.	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM KOŃCE TEPO TĘPE	1
15.	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCE TEPO TĘPE	1
16.	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE	1
17.	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	1
18.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	8
19.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	4
20.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM	6
21.	KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁ. 155MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW	6
22.	HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM	1
23.	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
24.	KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP DESJARDINS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 11 MMX5 MM	1
25.	KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP DESJARDINS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 16 MMX6 MM	1
26.	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	1
27.	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM	2
28.	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM	2
29.	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	2
30.	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 17 MM DŁUGOŚĆ 135 MM	10
31.	ŁYŻKA JEIITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM	1
32.	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X76MM	1
33.	Wszystkie produkowane narzędzia posiadają możliwość:	-

	- mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja)	
	- dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna)	
	- sterylizacji: parowej w autoklawach w temperaturze min.134 stopnie Celsjusza, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma.	
34.	Tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie: +/- 2 mm.	-
35.	Wszystkie narzędzia chirurgiczne pochodzą od jednego producenta. Jako jednego producenta rozumie się jeden podmiot posiadający nazwę firmy i przyporządkowaną do niej markę narzędzi, które są wytwarzane w jednym miejscu a wszystkie narzędzia z oferty pochodzą z jednego katalogu lub kompletu katalogów, ale tylko tego jednego wytwórcy i tylko pod jedną wspólną marką. Wspólne dla wszystkich narzędzi są: miejsce wytworzenia, materiał użyty do produkcji oraz wszystkie standardy produkcyjne. Nie spełnia tego wymogu grupa producentów wytwarzających w ramach grupy kapitałowej narzędzia przez różne podmioty, pod różnymi nazwami handlowymi, znajdujące się w różnych katalogach, wytwarzane w innych miejscach z innych materiałów i w innych standardach produkcyjnych	-
36.	ZESTAW NARZĘDZI DO CHIRURGII RĘKI	
37.	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	2
38.	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	1
39.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM	2
40.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM	2
41.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	2
42.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM	2
43.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM	4
44.	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TĘPE	1
45.	NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁ. 145MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDAJĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA	1
46.	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE PROSTE DŁ. 140MM OSTRZA TĘPO TĘPE	1
47.	DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ 15 MM SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 2 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	2
48.	DŹWIGNIA KOSTNA TYP BUCK-GRAMCKO SZEROKOŚĆ 7,5 MM SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM	2
49.	KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁ. 155MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW	1
50.	DŹWIGNIA KOSTNA TYP QUERVAIN LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	1
51.	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP URLICH- AESCULAP DŁ. 265MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM	2
52.	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	2
53.	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM	2
54.	PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 2X3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM	2
55.	HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 165 MM	1
56.	HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 165 MM	1
57.	HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY DWUOZĘBNY OSTRY 7,5X7,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM	1

58.	HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DWUOZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 7,5MM DŁUGOŚĆ 165 MM	1
59.	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM	1
60.	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY TĘPY 4,5X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM	1
61.	HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 7,5X14 MM DŁUGOŚĆ 165 MM	1
62.	HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY CZTEROZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 6,8X14MM DŁUGOŚĆ 165 MM	1
63.	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 17 MM DŁUGOŚĆ 135 MM	4
64.	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN 6X16 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	1
65.	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN 6X24 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	1
66.	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 23X20 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	1
67.	MŁOTEK 155GR.GŁOW.-ŚR.24,8MM 190MM	1
68.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 150MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	1
69.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-MURRAY DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM	1
70.	ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 2,8 MM DŁUGOŚĆ 180 MM	1
71.	ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3,6 MM DŁUGOŚĆ 180 MM	1
72.	ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4,4 MM DŁUGOŚĆ 180 MM	1
73.	OSTEOTOM LAMBOTTE, PROSTY,OSTRY SZER.4 MM, DŁ.12,5 CM	1
74.	OSTEOTOM LAMBOTTE, PROSTY,OSTRY SZER.6 MM, DŁ.12,5 CM	1
75.	OSTEOTOM LAMBOTTE, PROSTY,OSTRY SZER.8 MM, DŁ.12,5 CM	1
76.	OSTEOTOM LAMBOTTE, PROSTY,OSTRY SZER.10 MM, DŁ.12,5 CM	1
77.	OSTEOTOM LAMBOTTE, PROSTY,OSTRY SZER.15 MM, DŁ.12,5 CM	1
78.	DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 11 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM	1
79.	SONDA ROWKOWA TYP DOYEN ZAKRZYWIONA DŁUGOŚĆ 145 MM	1
80.	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	1
81.	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	1
82.	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM	1
83.	STAŁOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM	1
84.	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STAŁOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM.	1
85.	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STAŁOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X(GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM.	1
86.	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STAŁOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM.	1
87.	KOMPLETNY KONTENER: WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPIU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. POKRYWA KONTENERA WYKONANA ZE STOPIU ALUMINIUM Z OSŁONAMI ZE STOPIU STALI NA FILTRY, SREBRNA	1
88.	KOSZ STAŁOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X76MM	1
89.	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-FRIEDMANN ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 145 MM	1
90.	RASZPLA DO KOŚCI TYP JOSEPH CZĘŚĆ ROBOCZA Z DROBNĄ KRATKĄ DŁUGOŚĆ 160 MM	1

91.	DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 7 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM	1
92.	DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 9 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM	1
93.	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 150 MM	1
94.	Wszystkie produkowane narzędzia posiadają możliwość:	-
	- mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja)	
	- dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna)	
95.	- sterylizacji: parowej w autoklawach w temperaturze min.134 stopnie Celsjusza, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma.	-
	Tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie: +/- 2 mm.	
96.	Wszystkie narzędzia chirurgiczne pochodzą od jednego producenta. Jako jednego producenta rozumie się jeden podmiot posiadający nazwę firmy i przyporządkowaną do niej markę narzędzi, które są wytwarzane w jednym miejscu a wszystkie narzędzia z oferty pochodzą z jednego katalogu lub kompletu katalogów, ale tylko tego jednego wytwórcy i tylko pod jedną wspólną marką. Wspólne dla wszystkich narzędzi są: miejsce wytworzenia, materiał użyty do produkcji oraz wszystkie standardy produkcyjne. Nie spełnia tego wymogu grupa producentów wytwarzających w ramach grupy kapitałowej narzędzia przez różne podmioty, pod różnymi nazwami handlowymi, znajdujące się w różnych katalogach, wytwarzane w innych miejscach z innych materiałów i w innych standardach produkcyjnych	-
97.	ZESTAW NARZĘDZI DO ZABIEGÓW NA HALLUKSY	
98.	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM.	1
99.	MŁOTEK 285GR.GŁÓW.-ŚR.30/42MM 240MM	1
100.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	1
101.	OSTEOTOM TYP SMITH-PETERSEN PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 6 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205 MM	1
102.	OSTEOTOM LAMBOTTE, PROSTY, SZER.4 MM, DŁ.12,5 CM	1
103.	OSTEOTOM LAMBOTTE, PROSTY, SZER.6 MM, DŁ.12,5 CM	1
104.	OSTEOTOM LAMBOTTE, PROSTY, SZER.8 MM, DŁ.12,5 CM	1
105.	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	1
106.	PILNIK KOSTNY KSZTAŁT BAGNETOWY SZCZĘKA PÓŁOKRĄGŁA Z OBU STRON ZĄBKOWANA SZEROKOŚĆ 13 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM	1
107.	SZCZYPCE KOSTNE LEMPERT PROSTE 165MM	1
108.	ODGRYZACZ KOSTNY TYP JANSEN PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 175 MM	1
109.	HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM	1
110.	HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 25X6 MM DŁUGOŚĆ 215 MM	1
111.	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY TĘPY 8X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
112.	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY OSTRY 9X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
113.	NOŻYCKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 150 MM	1
114.	NOŻYCKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	1
115.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	1

116.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	1
117.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM	1
118.	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	1
119.	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM	1
120.	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM	1
121.	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 150 MM	1
122.	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	1
123.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 150MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	1
124.	KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP DINGMANN ZAKRZYWIONE W BOK DŁUGOŚĆ 185 MM	1
125.	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X76MM	1
126.	KOMPLETNY KONTENER: WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. POKRYWA KONTENERA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z OSŁONAMI ZE STOPU STALI NA FILTRY, SREBRNA	1
127.	<p>Wszystkie produkowane narzędzia posiadają możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja) - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna) - sterylizacji: parowej w autoklawach w temperaturze min.134 stopnie Celsjusza, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma. 	-
128.	<p>Tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych</p> <p>w zakresie: +/- 2 mm.</p>	-
129.	<p>Wszystkie narzędzia chirurgiczne pochodzą od jednego producenta. Jako jednego producenta rozumie się jeden podmiot posiadający nazwę firmy i przyporządkowaną do niej markę narzędzi, które są wytwarzane w jednym miejscu a wszystkie narzędzia z oferty pochodzą z jednego katalogu lub kompletu katalogów, ale tylko tego jednego wytwórcy i tylko pod jedną wspólną marką. Wspólne dla wszystkich narzędzi są: miejsce wytworzenia, materiał użyty do produkcji oraz wszystkie standardy produkcyjne. Nie spełnia tego wymogu grupa producentów wytwarzających w ramach grupy kapitałowej narzędzia przez różne podmioty, pod różnymi nazwami handlowymi, znajdujące się w różnych katalogach, wytwarzane w innych miejscach z innych materiałów i w innych standardach produkcyjnych</p>	-
130.	ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DO WYROSTKA	
131.	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM	1
132.	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, Z DUŻYMI ZĘBAMI, Z OTWOREM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM	1
133.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM	1
134.	NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE, KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM	1

135.	KOMPLETNY KONTENER: WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X187MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. POKRYWA KONTENERA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z OSŁONAMI ZE STOPU STALI NA FILTRY, SREBRNA	1
136.	STOJAK DO KONTENERA WYPOSAŻONY W KOSZ Z JEDNEGO ARKUSZA STALI I UCHWYTY DO ZAMOCOWANIA 18 INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH, ORAZ STOJAK DO TROKARU 167X53MM	1
137.	<p>Wszystkie produkowane narzędzia posiadają możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja) - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna) - sterylizacji: parowej w autoklawach w temperaturze min.134 stopnie Celsjusza, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma. 	-
138.	<p>Tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych</p> <p>w zakresie: +/- 2 mm.</p>	-
139.	<p>Wszystkie narzędzia chirurgiczne pochodzą od jednego producenta. Jako jednego producenta rozumie się jeden podmiot posiadający nazwę firmy i przyporządkowaną do niej markę narzędzi, które są wytwarzane w jednym miejscu a wszystkie narzędzia z oferty pochodzą z jednego katalogu lub kompletu katalogów, ale tylko tego jednego wytwórcy i tylko pod jedną wspólną marką. Wspólne dla wszystkich narzędzi są: miejsce wytworzenia, materiał użyty do produkcji oraz wszystkie standardy produkcyjne. Nie spełnia tego wymogu grupa producentów wytwarzających w ramach grupy kapitałowej narzędzia przez różne podmioty, pod różnymi nazwami handlowymi, znajdujące się w różnych katalogach, wytwarzane w innych miejscach z innych materiałów i w innych standardach produkcyjnych</p>	-
	Dla wszystkich zestawów	
150.	Producent:	
151.	Wykonanie narzędzi w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485. Dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego.	-
152.	Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – certyfikat stworzony według normy DIN EN 10088-1 (dotyczy narzędzi chirurgicznych stalowych) potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej. Dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego.	-

ODPOWIEDŹ 16

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 17

Pakiet nr 2

Pozycja 11 Narzędzia chirurgiczne – zestawy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie specjalistycznych narzędzi artroskopowych (pozycje od 141 do 146) czołowego renomowanego producenta według poniższego zestawienia? Zestawienie jest kompletne i zawiera wszystkie wymagane przez Zamawiającego pozycje.

140.	zestaw narzędzi do artroskopii	
141.	NOŻYCZKI ARTROSKOPOWE TYPU PUNCH, PROSTE, 2,75 LUB 3,4MM, DŁ. ROBOCZA 130 MM – 1 SZT.	1
142.	PUNCH ARTROSKOPOWY, NISKI PROFIL, PROSTY, 1,7MM, DŁ. ROBOCZA 130MM – 1 SZT.	1

143.	PUNCH ARTROSKOPOWY, ZAKRZYWIONY TRZON W LEWO I UNIESIONY POD KĄTEM 15 STOPNI, 3,3MM, DŁ. ROBOCZA 130MM – 1 SZT.	1
144.	PUNCH ARTROSKOPOWY, ZAKRZYWIONY TRZON W PRAWO I UNIESIONY POD KĄTEM 15 STOPNI, 3,3MM, DŁ. ROBOCZA 130MM – 1 SZT.	1
145.	GRASPER ARTROSKOPOWY TYPU ALLIGATOR, PROSTY, BRANSZE ZE WSTECZNYMI ZĘBAMI, KOŃCÓWKA ROBOCZA 2,7MM, ŚREDNICA 3,3MM, DŁ. ROBOCZA 130MM – 1 SZT.	1
146.	PRÓBNIK/ HACZYK ARTROSKOPOWY, ŚREDNICA 3,5MM, NIEBIESKA RĘKOJEŚĆ Z WYPUSHKAMI UŁATWIAJĄCYMI PRACĘ – 1 SZT.	1
147.	Wszystkie produkowane narzędzia posiadają możliwość:	
	- mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja)	
	- dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna)	
	- sterylizacji: parowej w autoklawach w temperaturze min.134 stopnie Celsjusza, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma.	
148.	Tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie: +/- 2 mm.	-
149.	Wszystkie narzędzia artroskopowe pochodzą od jednego producenta. Jako jednego producenta rozumie się jeden podmiot posiadający nazwę firmy i przyporządkowaną do niej markę narzędzi, które są wytwarzane w jednym miejscu a wszystkie narzędzia z oferty pochodzą z jednego katalogu lub kompletu katalogów, ale tylko tego jednego wytwórcy i tylko pod jedną wspólną marką. Wspólne dla wszystkich narzędzi są: miejsce wytworzenia, materiał użyty do produkcji oraz wszystkie standardy produkcyjne. Nie spełnia tego wymogu grupa producentów wytwarzających w ramach grupy kapitałowej narzędzia przez różne podmioty, pod różnymi nazwami handlowymi, znajdujące się w różnych katalogach, wytwarzane w innych miejscach z innych materiałów i w innych standardach produkcyjnych -	

ODPOWIEDŹ 17

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 18

Pakiet nr 2

Pozycja 11 Narzędzia chirurgiczne – zestawy

Czy Zamawiający dopuści aby specjalistyczne narzędzia artroskopowe (pozycje od 141 do 146) pochodziły od innego producenta niż narzędzia chirurgiczne. Obecnie firmy produkujące narzędzia coraz głębiej specjalizują się w wąskich dziedzinach medycyny celem lepszego zaspokojenia rosnących wymagań użytkowników.

ODPOWIEDŹ 18

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zamawiający w opisie na to pozwolił.

PYTANIE 19

Pakiet nr 2

Pozycja 11 Narzędzia chirurgiczne – zestawy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 13485 mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych oraz normy DIN EN 10088 a wyrazi zgodę aby specjalistyczne narzędzia artroskopowe (pozycje od 141 do 146) posiadały deklaracje zgodności zgodnie z regułą 6, procedura oceny zgodności: załącznik VII do dyrektywy 93/42/EEC 10-38661-C i 10-35287-C oraz były zgodne i posiadały certyfikat CE Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych, załącznik II?

ODPOWIEDŹ 19

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 20

Pakiet nr 4

Pozycja nr 4 Waga lekarska siedziskowa

Czy Zamawiający dopuści działkę elementarna w zakresie $50\text{ g} < 150\text{ kg} > 100\text{ g} < 250\text{ kg} > 200\text{ g}$?

ODPOWIEDŹ 20

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 21

Pakiet nr 4

Pozycja nr 4 Waga lekarska siedziskowa

Czy Zamawiający dopuści wysokość umieszczenia siedziska w zakresie około 487 mm – 497 mm? Siedzisko jest profilowane i tym samym w części środkowej wysokość wynosi około 487 mm a na brzegach około 497.

ODPOWIEDŹ 21

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Wymogi formalno-prawne

PYTANIE 22

1. Dotyczy punktu **4 podpunkt a**. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie referencji o wartości przewyższającej wymaganą polegającą na dostawie wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu dla wyposażenia Sali operacyjnej wraz z ich zamontowaniem nie zawierającej w swoim zakresie aparatu USG?

Alternatywnie:

2. Dotyczy punktu **4 podpunkt a**. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie referencji polegającej na dostawie wysokospecjalistycznego aparatu USG o wartości przewyższającej wymaganą lecz przeznaczonego do innego obszaru szpitala niż sala operacyjna? Wysokospecjalistyczne aparatu USG o wartości powyżej 500 tyś. zł dość rzadko bywają wyposażeniem sali operacyjnych. Częściej kupowane są jako wyposażenie specjalistycznych pracowni USG.

PYTANIE 23

Dotyczy punktu **4 podpunkt b**. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie referencji o wartości przewyższającej wymaganą polegającą na dostawie stołów zabiegowych lub wież laparoskopowych? Koincydencja obu wymaganych urządzeń jest dość rzadka w przypadku pojedynczej dostawy.

PYTANIE 24

Dotyczy punktu **4 podpunkt c**. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie referencji o wartości przewyższającej wymaganą polegającą na dostawie lamp zabiegowych ściennych, statywowych lub operacyjnych?

ODPOWIEDŹ 22, 23, 24

Zamawiający dokonał następującej zmiany SWZ (modyfikacja SWZ zamieszczona w dniu 12.11.2021):

ROZDZIAŁ XV Warunki udziału w postępowaniu pkt 3 ppkt 4) lit a) b) c) otrzymują brzmienie:

- a) Dla Części I zamówienia pn. „Dostawa i montaż wyposażenia bloku operacyjnego”
 - 1 dostawę polegającą na dostawie wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu dla wyposażenia sali operacyjnej wraz z ich zamontowaniem, o łącznej wartości dostawy min. 500.000 zł brutto
- b) Część II zamówienia pn. „Dostawa i montaż wyposażenia sal zabiegowych” -
 - 1 dostawę polegającą na dostawie aparatury i sprzętu dla wyposażenia sal zabiegowych w tym przynajmniej dostawę wielofunkcyjnego stołu operacyjno-zabiegowego lub wieży laparoskopowej, o łącznej wartości dostawy min. 500.000 zł brutto
- c) Część III zamówienia pn. „Dostawa i montaż lamp zabiegowych”
 - 1 dostawę polegającą na dostawie lamp zabiegowych ściennych lub statywowych, o łącznej wartości dostawy min. 50 000,00 zł brutto