

ZO /21/2024

Wałbrzych, 15.07.2024 r.

Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na:

Dostawa wiertarek neurochirurgicznych- 2 szt.

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w formie elektronicznej. Link do zapytania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.zdrowie.walbrzych.pl

Ofertę (w osobnym pliku) wraz z załącznikami nr 1 i 2 prosimy kierować na:
platformazakupowa.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wiertarek neurochirurgicznych- 2 szt.

1	Silnik elektryczny szybkoobrotowy najnowszej generacji ze zintegrowanym kablem zasilającym. Kabel i silnik tworzą całość - brak ryzyka wyłamania pinów w trakcie odłączania kabla. Waga max 100 gramów,- silnik automatycznie rozpoznawany przez konsolę sterującą, która po jego podłączeniu ustawia optymalne parametry jego pracy.	2 szt.
2	Kraniotom kompatybilny z silnikiem z pozycji 1, ze zintegrowaną osłoną opony twardej bez możliwości jej demontażu (zabezpieczenie przed przypadkowym demontażem w trakcie zabiegu).	2 szt.
3	Kątnica/prostnica kompatybilna z silnikiem szybkoobrotowym poz. 1 Możliwość wyboru spośród dostępnych długości: 7, 10,12,14, 15 cm Możliwość wyboru spośród kątnic i prostnic blokujących się na silniku w mechanizmie tzw. „double click” lub „single click” w zależności od preferencji użytkowników. Wybór preferowanych długości oraz sposobu montażu będzie określony przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.	3 szt.
4	Dedykowana wanna kontenera sterylizacyjnego wraz z koszem, z graficznym przedstawieniem poszczególnych elementów wiertarki, ułatwiających załadunek kontenera	2 szt.
5	Reduktor perforatora czaszki, redukujący prędkości obrotów do 1200 obrotów/minuta, kompatybilny z silnikiem szybkoobrotowym poz.1 Reduktor z uchwytem wiertel typu Hudson.	2 szt.

Wszystkie elementy kompatybilne z posiadaną konsolą zasilającą - sterującą IPC oraz sterownikiem nożnym o poniższych parametrach:

- Ekran dotykowy LCD o przekątnej 21 cm i rozdzielczość 480 x 640 pikseli,
- napięcie 220 - 240V,
- częstotliwość 50Hz - 60 HZ,
- wydajność pompy 100 ml/min,
- wymiar 277 mm x 353 mm x 267 mm,
- masa poniżej 7,5 kg,
- trzy (3) przyłącza silników,
- jedno przyłącze sterownika nożnego,
- menu ikonograficzne (wyświetlane obrazy ułatwiające użytkowanie),
- konsola IPC produkcji Medtronic/ wiertarka Midas Rex,

Oraz:

- sterownik nożny,
- sterownik czteroprzyciskowy - 1 duży główny do uruchomienia napędu silnika, 3 dodatkowe do zmiany funkcji m.in. zmiana kierunku obrotów, wybór aktywnego silnika, włączanie/wyłączanie pompy perystaltycznej,
- masa poniżej 2,5 kg,
- sterownik podświetlany światłem LED, ułatwiającym pracę w warunkach półmroku tj. z wykorzystaniem mikroskopu operacyjnego ze znacznikami fluorescencyjnymi.

Zamawiający wymaga pełnej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto.

4. Termin i miejsce złożenia ofert:

24.07.2024 r. do godziny 12:00 na: platformazakupowa.pl

Oferta winna być złożona w formie załączonego pliku (preferowany plik PDF).
Oferta przedłożona jedynie w tabelach na Platformie Zakupowej będzie podlegała odrzuceniu.

5. Pytania

Wykonawca ma możliwość zadawania pytań do 18.07.2024 r. Po 18.07.2024 Zamawiający nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na pytania.

6. Warunki płatności – przelew w ciągu 60 dni.

7. Termin realizacji zamówienia:

do 14 dni od złożenia zamówienia

8. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniodawcami jest :

Referent administracyjny – Adrian Styrkacz , tel. 74/64-89-710

9. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona i podpisana umowa.

Bardzo prosimy o podanie w ofercie:

- numer oferty
- data oferty
- płatność (forma płatności – preferujemy przelew 60 dni)
- termin realizacji zamówienia
- ważność oferty
- warunki dostawy

- okres gwarancji

Prosimy o dołączenie do oferty katalogu.

Oferta winna zawierać wszystkie w/w punkty. Ich brak będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1- Oświadczenie potwierdzające opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2- Oświadczenie związane z agresją Rosji na Ukrainę. Należy dołączyć do oferty.

Załącznik nr 3- Informacja Administratora