

Lubań, dnia 29.03.2023 r.

### Wszyscy Wykonawcy

### PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 1

#### do treści SWZ na „Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów usunięcia zaćmy oraz chirurgii dróg łzowych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/06/2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### Pytanie 1

dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. pakiecie wiskoelastyku o poniższych parametrach fizykochemicznych?

Kohezyjny preparat wiskoelastyczny na bazie hialuronianu sodu:

- Pochodzenie polimeru: biofermentacja;
- Stężenie hialuronianu sodu: 1.6%;**
- Masa cząsteczkowa (Daltony): około 3 mln;
- Lepkość (mPas): średnio 400 000;
- Osmolarność (mOsm/kg): 300 do 350;
- pH: 6.8 - 7.6;
- Okres ważności: 3 lata;
- Temperatura przechowywania: 2C do 25C;
- Objętość strzykawki (ml): 1.1;
- Rozmiar kaniuli (Gauge): 27.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 2

dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. pakiecie wiskoelastyku o poniższych parametrach fizykochemicznych?

Kohezyjny preparat wiskoelastyczny na bazie hialuronianu sodu:

- Pochodzenie polimeru: biofermentacja;
- Stężenie hialuronianu sodu: 1.8%;**
- Masa cząsteczkowa (Daltony): około 3 mln;
- Lepkość (mPas): średnio 600 000;
- Osmolarność (mOsm/kg): 300 do 350;
- pH: 6.8 - 7.6;
- Okres ważności: 3 lata;
- Temperatura przechowywania: 2C do 25C;
- Objętość strzykawki (ml): 1.1;



NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE**  
W LUBANIU SP. Z O.O.



-Rozmiar kaniuli (Gauge): 27.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**