

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TAM-48/3-PN/10-2019

Rybnik, dnia 01.03.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 3

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz ładowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”, (zamówienie nr TAM-48-PN/10-2019)

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską Nr POIS.09.01.00-00-0235/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 25.01.2019 r., nr 2019/S 018-037922

W związku z problemem technicznym platformy zakupowej, co spowodowało nie umieszczenie odpowiedzi na poniższe pytania, które zostały złożone w terminie, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej w piśmie nr TAM-48/2-PN/10-2019 z dnia 26.02.2019 r. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytania od 59 do 64 dotyczą pakietu nr 6

Pytanie 59: „Ad. I pkt. 11. Czy zamawiający dopuści monitor o wadze 4 kg?”

Odpowiedź 59: Zamawiający zmodyfikował zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 60: „Ad. II pkt. 1e. Czy zamawiający dopuści monitor bez funkcji stazy?”

Odpowiedź 60: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 61: „Ad. III pkt. 2. Czy zamawiający dopuści mankiety dla niemowląt jednorazowe w 3 rozmiarach (po 5 szt. każdego rozmiaru)? Mankiety jednorazowe zapewniają większy komfort oraz mniejsze ryzyko podrażnień skóry i zakażeń”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 61: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 62: „*Ad. III. Pkt. 3. Czy zamawiający dopuści zamiast czujników wielorazowych temperatury, czujnik temperatury na podczerwień przeznaczony dla pacjentów w każdym wieku? Czujnik temperatury na podczerwień nie wymaga stosowania jednorazowych osłonek, pomiar temperatury odbywa się bez kontaktu czujnika ze skórą pacjenta co zapobiega przenoszeniu zakażeń*”

Odpowiedź 62: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 63: „*dot. pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania przetargowego Monitor funkcji życiowych z wbudowanym akumulatorem podtrzymującym prace monitora przez 120 min? Monitor wykonuje na akumulatorze 47 kompletów pomiarów.*”

Odpowiedź 63: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 64: „*dot. pkt 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania przetargowego Monitor funkcji życiowych ważący 4,7kg z akumulatorem ?*”

Odpowiedź 64: Zamawiający zmodyfikował zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 65: „*Dotyczy Specyfikacji Technicznej dla Pakietu 1*

Czy Zamawiający w pkt VIII ppkt.8 - Zestaw drenów wielokrotnego użytku (minimum 20-krotnego), do zaoferowanej pompy artroskopowej – 4 zestawy dopuści jako równoważne dreny jednorazowego użytku w ilości minimalnej podanej przez Zamawiającego - 80 szt?”

Odpowiedź 65: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Udzielając odpowiedzi w tym zakresie należy odwołać się w odpowiednim punkcie (załącznika 1.2 pkt VIII 8) na przedmiotową odpowiedź.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak biorąc pod uwagę termin otwarcia ofert, który ustalony został na dzień 05.03.2019 r. oraz mając na względzie konieczność zachowania zgodności z zasadami opisanymi w art. 12a w powiązaniu z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczącym

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl*

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



zachowania terminu składania ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wnoszenia wadium do dnia 08.03.2019 r. do godziny 11.00 Termin otwarcia ofert ustala się w tym samym dniu o godzinie 11.30.

Załącznik:

1. Specyfikacja techniczna – wzór załącznika nr 1.2. do specyfikacji w zakresie pakietu nr 6 - po modyfikacji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001
