



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 20.06.2022 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup sterylizatora parowego**
Nr postępowania: **ZP/8/22**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 tj. z późn. zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga komory prostopadłościennej z drzwiami przesuwanymi automatycznie w płaszczyźnie pionowej z napędem pneumatycznym?
Drzwi komory sterylizacyjnej mają ułatwiać załadunek i rozładunek wsadu.
2. Czy w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej Zamawiający wymaga pełnego płaszcza grzejnego komory o grubości ścian min. 7mm gwarantujących długoletnie bez korozyjne, bez awaryjne użytkowanie?
Zgodnie z zapisami SWZ.
3. Ze względu na fakt iż sterylizator jest urządzeniem dozorowym (ciśnieniowym) wnosimy o wykreślenie punktu „*Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator (wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego).*”
Zgodnie z obowiązującym prawem w RP sterylizator jako urządzenie dozorowe nie powinien pracować bez dozoru osób uprawnionych.
Zamawiający miał na myśli wykonanie jedno po drugim, po włączeniu sterylizatora, testu szczelności i programu rozgrzewającego, a nie prowadzenie automatyczne całego procesu.
4. Czy Zamawiający wymaga wymiarów zewnętrznych sterylizatora zbliżonych do wymiarów autoklawu, który ma być demontowany? Zbliżone lub identyczne wymiary pozwolą na estetyczną zabudowę sterylizatorów w jednej linii.
Tak
5. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany wyrób był wyprodukowany w jednym z krajów Wspólnoty Europejskiej i posiadający certyfikaty CE wydane na terenie Unii?
Zgodnie z zapisami SWZ.
6. Czy Zamawiający wymaga jednego wspólnego zaworu bezpieczeństwa zgodnie z PN EN 285 pozwalającego na redukcję kosztów ewentualnych napraw w przyszłości?
Zgodnie z zapisami SWZ.
7. Czy oferowany sterylizator ma być wyposażony w komorę o gładkiej powierzchni o chropowatości poniżej 0,3 mikrona, bez przewężeń światła co w znaczący sposób ułatwia proces czyszczenia wnętrza i utrzymania w czystości?
Zgodnie z zapisami SWZ.
8. Czy Zamawiający w celu zmniejszenia zużycia energii wymaga aby wbudowana wytwornica pary miała moc nieprzekraczającą 30kW?
Zgodnie z zapisami SWZ.
9. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej podając wielkość komory 8 STE (prawidłowo) i (600litrów). Czy nie zabrakło tutaj słowa około 600litrów.?
**Zamawiający dopuszcza +/- 10% dla ilości litrów podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku Nr 2 do SWZ, WYMAGANIA TECHNICZNE, pkt 1 w następujący sposób: „(około 600 litrów, +/- 10%)”.**

10. (Ad.1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator o 8 jednostkach wsadu jednak o pojemności 640L vs 600L opisane w SWZ, powołując się na wizję lokalną z dnia 09.06.2022 potwierdzam że takie urządzenie bez problemu zmieści się w miejsce planowanej instalacji.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.
11. (Ad.9) Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator w którym proces odmulania/ czyszczenia wytwornicy pary odbywa się w sposób ręczny podczas realizowanych przeglądów serwisowych, z naszego doświadczenia wynika że taki sposób oczyszczania jest całkowicie wystarczający.
Zgodnie z zapisami SWZ.
12. (Ad.9) Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o automatycznym systemie degazacji wody zdemineralizowanej? Jeśli Zamawiający nie zdecyduje się na rezygnację z tego zapisu czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie sytemu degazacji wody zdemineralizowanej bezpośrednio do stacji uzdatniania wody? taki system zapewnia spełnienie wymagania dotyczącego dostępności do system wody zdemineralizowanej. Podłączenie degazera do stacji uzdatniania wody pozwala jednocześnie na usunięcie gazów rozpuszczalnych w wodzie czyli substancji które wpływają na twardość wody zatem dodatkowo na jakość wody wpływając korzystnie na wszystkie urządzenia podłączone do stacji uzdatniania - rozwiązanie takie staje się zatem dużo bardziej praktyczne w zastosowaniu.
Zamawiający dopuszcza montaż do stacji wody.
13. Dot. SWZ - Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.
Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).
Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.
Wysokość: 210cm, szerokość: 160cm, droga transportu jest płaska.
14. Pytanie dot. SWZ -_Czy w miejscu posadowienia sterylizatora dostępne są niezbędnie media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?
Uzasadnienie: informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej.
Media są dostępne. Należy przewidzieć ewentualne drobne przeróbki.
15. Pytanie dot. SWZ rozdział 8 punkt 2 ustęp 2
2) deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę za zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego;
Prosimy Zamawiającego o podanie prawidłowego numeru dyrektywy: podana dyrektywa 98/79/EC dotyczy wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro.
Sterylizatory podlegają dyrektywie 93/42/EEC.
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC. Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału 8 pkt. 2 ppkt 2) w następujący sposób:
„2) deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę za zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego;”
16. Pytanie dot. załącznika nr 5 do SWZ: projekt umowy § 4 punkt 2 :
2. W przypadku, gdy naprawa trwa dłużej niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż przedmiot umowy.
Prosimy Zamawiającego o usunięcie tego zapisu.
Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie, w odpowiedniej konfiguracji dostosowanej do potrzeb Zamawiającego. Żaden wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie.
Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione.
Zamawiający usuwa zapis § 4 ust. 2 projektu umowy. W załączeniu projekt umowy – Załącznik Nr 5 do SWZ – po zmianach.

17. Pytanie dot. załącznika nr 5 do SWZ: projekt umowy § 3 punkt 6, 7 :

6. Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu przedmiotu zamówienia uprawnia Zamawiającego do wymiany sprzętu na nowy.

7. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych w dostarczonym towarze, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru w siedzibie Zamawiającego w ciągu **7 dni** od dnia zgłoszenia.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

6. Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu przedmiotu zamówienia uprawnia Zamawiającego do wymiany elementu na nowy.

7. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ukrytych w siedzibie Zamawiającego w ciągu **7 dni** od dnia zgłoszenia.

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie, w odpowiedniej konfiguracji dostosowanej do potrzeb Zamawiającego. Żaden wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie.

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje odpowiednio § 3 ust. 6 i 7 projektu umowy:

„6. Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu przedmiotu zamówienia uprawnia Zamawiającego do wymiany elementu na nowy.

7. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ukrytych w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.”

18. Pytanie dot. załącznika nr 5 do SWZ: projekt umowy § 9 punkt 1, 2, 3, 4 :

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

1) za niezrealizowanie umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w wysokości 1% wartości brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy,

2) za dostarczenie przedmiotu umowy z wadami 1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia w którym dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego przedmiotu umowy na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;

3) za przekroczenie terminu wskazanego w § 4 ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1% od wartości brutto przedmiotu umowy, którego naprawa dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

4) za niedostarczenie w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 urządzenia zastępczego, w wysokości 1% brutto od wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie;

5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub niezasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy).

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

1) za niezrealizowanie umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w wysokości 0,3% wartości brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy,

2) za dostarczenie przedmiotu umowy z wadami 0,3% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia w którym dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego przedmiotu umowy na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;

3) za przekroczenie terminu wskazanego w § 4 ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,3% od wartości brutto przedmiotu umowy, którego naprawa dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub niezasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy).

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.

Ponadto zapis o urządzeniu zastępczym w przypadku sterylizatora parowego musi zostać usunięty, gdyż w praktyce nie może mieć zastosowania - użytkowanie urządzenia bez rejestracji w UDT jest prawnie zabronione.

Zamawiający wykreśla z § 9 ust. 1 pkt 4), w związku z czym § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 9

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

- 1) za niezrealizowanie umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w wysokości 1% wartości brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy,
- 2) za dostarczenie przedmiotu umowy z wadami 1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia w którym dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego przedmiotu umowy na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;
- 3) za przekroczenie terminu wskazanego w § 4 ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1% od wartości brutto przedmiotu umowy, którego naprawa dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub niezasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy).”

19. Pytanie dot. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty :

Ogólna wartość oferty netto wynosi: PLN,
(słownie: zł ... gr.)
(w tym ...% podatku VAT)

Ogólna wartość oferty brutto wynosi: PLN,
(słownie: zł ... gr.)

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Ogólna wartość oferty netto wynosi: PLN,
(słownie: zł ... gr.)

(w tym 8%, 23% podatku VAT)

Ogólna wartość oferty brutto wynosi: PLN,
(słownie: zł ... gr.)

Uzasadnienie: sterylizatory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23% .

Wykonawca ma możliwość samodzielnego uzupełnienia w Formularzu Cenowym stawki podatku VAT, w związku z tym proszę wpisać obie stawki podatku VAT.

20. Dot. załącznik Nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy II Wymagania techniczne:

Pkt 14 Prosimy o dopuszczenie sterylizatora w pełni automatycznego, w którym rozpoczęcie pracy wymaga świadomej inicjacji procesu przez personel?

Uzasadnienie: Każde urządzenia, a urządzenia ciśnieniowe zwłaszcza powinny pracować pod nadzorem człowieka. Jednocześnie z doświadczenia wiemy, że niejednokrotnie zdarzają się zgłoszenia awarii sterylizatora spowodowanych prozaicznymi błędami ludzkimi. Najczęściej występującym błędem jest nie odkręcenie zaworu z wodą. Ponadto zgodnie z przepisami PBUE każde urządzenie elektroenergetyczne powinno być odłączane od źródła zasilania prądowego po zakończonej pracy. Wynika to także z bezpieczeństwa i zwykłej logiki. Sterylizatory są urządzeniami wymagającymi zasilania na poziomie kilkudziesięciu kW i jako takie nie powinny pozostawać podłączone do zasilania prądowego i jednocześnie pozostawać bez nadzoru człowieka.

Zatem jeśli jest człowiek, który włączy dopływ prądu i wody, to może równie dobrze uruchomić urządzenie, a programowanie automatycznego rozpoczęcia pracy przy jednoczesnym odłączeniu od zasilania prądu i wody mija się całkowicie z sensem.

Zamawiający miał na myśli wykonanie jedno po drugim, po włączeniu sterylizatora, testu szczelności i programu rozgrzewającego, a nie prowadzenie automatyczne całego procesu.

21. Dot. załącznik Nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy II Wymagania techniczne:

Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym automatyczna archiwizacja wszystkich raportów procesów odbywa się we wbudowanym w sterylizator rejestratorze zapewniającym archiwizację danych z co najmniej 10 lat?

Uzasadnienie: proponowany sterylizator wyposażony jest specjalne urządzenie rejestrujące, przechowujące dane oraz umożliwiające przeniesienie danych do komputera i ich analizę.

Zamawiający dopuszcza.

22. Pytanie dot. załącznika nr 5 do SWZ: projekt umowy § 2 punkt 2 - Pkt 1 i 2 Czy Zamawiający deklaruje zapewnienie drogi transportowej dostosowanej do transportu urządzeń o gabarytach sterylizatora

przewidzianego do demontażu jak również sterylizatora zamawianego 117 szer. x 190 wys. x 153 dł. (cm), pod kątem wszelkich otworów drzwiowych i drogi poziomej bez różnicy poziomów?

Tak.

23. Formularz asortymentowo – cenowy – II Wymagania techniczne - Załącznik nr 2

Parametr wymagany - 1. Sterylizator parowy 8 jednostek wsadu (600litrów) z zapisem i wydrukiem procesów i rejestratorem danych.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie i pojemności 8 jednostek wsadu (8STU) i pojemności komory 584l? Z zapisem i wydrukiem procesów i rejestratorem danych.

Uzasadnienie: W komorze sterylizatora najważniejsze jest, aby pomieściła zakładaną ilość jednostek STU (60x30x30) zaś sama kubatura może się nieznacznie różnić ze względu na rodzaj kosza, konstrukcję komory itp. Dodatkowo, mniejsza kubatura komory może skrócić czas cyklu.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

24. Formularz asortymentowo – cenowy – II Wymagania techniczne - Załącznik nr 2

Parametr wymagany - 6. 2 wózki transportowe bez regulacji wysokości blatu, kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy 1/2 wsadu.

Pytanie 2a - Czy Zamawiający ma na myśli dostarczenie wraz z urządzeniem 20 koszy 1/2 wsadu?

Tak.

Pytanie 2b - Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe z regulacją wysokości blatu?

Uzasadnienie: Po zamontowaniu i wypoziomowaniu sterylizatora konieczne jest wstępne dostosowanie wysokości wóz-ków transportowych. Jest to czynność którą wykonuje serwis podczas montażu urządzenia.

Zamawiający dopuszcza.

25. Formularz asortymentowo – cenowy – II Wymagania techniczne - Załącznik nr 2

Parametr wymagany - 7. Komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym komora, płaszcz oraz wewnętrzne instalacje parowe (czyli wszystko co ma styczność z parą) wykonane są ze stali kwasoodpornej klasy AISI316L, a rama i panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej klasy AISI304 ?

Zgodnie z zapisami SWZ.

26. Formularz asortymentowo – cenowy – II Wymagania techniczne - Załącznik nr 2

Parametr wymagany - 8. Wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowy wody zdemineralizowanej.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym wytwornica pary nie jest wyposażona w rezerwowy zbiornik wody zdemineralizowanej?

Zamawiający nie dopuszcza.

27. Formularz asortymentowo – cenowy – II Wymagania techniczne - Załącznik nr 2

Pytanie 5 - Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr: 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych oraz zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE ?

Zgodne z ustawą o wyrobach medycznych oraz wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC.

28. Formularz asortymentowo – cenowy – II Wymagania techniczne - Załącznik nr 2

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby sprzedawca urządzenia przygotował dokumentację UDT i dopilnował pozytywnego odbioru Urzędu Dozoru Technicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na eksploatację w/w urządzenia?

Tak.

29. Dot. części 8 SWZ, pkt 2, ppkt 2) - Prosimy o zmianę wymogu odnośnie deklaracji zgodności na następujący:

„2) deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę za zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC lub z rozporządzeniem 2017/745 lub przepisani wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego;”

Uzasadnienie: Wskazana w SWZ dyrektywa 98/79/EC dotyczy wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro. Dla sterylizatorów parowych obecnie obowiązuje rozporządzenie 2017/745, z możliwością korzystania w okresie przejściowym z ważnych certyfikatów zgodnych z 93/42/EEC do 26 maja 2024 roku.

Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału 8 pkt. 2 ppkt 2) w następujący sposób:

„2) deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę za zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego;”

30. Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Dot. cz.II, pkt 1 tabeli - Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o pojemności komory 8 jednostek wsadu wg PN EN 285 (584 lub 609 litrów) z zapisem i wydrukiem procesów i rejestratorem danych?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

Dot. cz.III, pkt 2 tabeli - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwarancję sprzedaży części zamiennych przez okres minimum 7 lat?

Uzasadnienie: Okres 10 lat wynikał z poprzedniej dyrektywy CE dla wyrobów medycznych. Aktualne rozporządzenie nie nakłada wymogu określenia okresu dostępności części zamiennych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Dotyczy projektu umowy - & 3 pkt 6 „Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu przedmiotu zamówienia uprawnia Zamawiającego do wymiany sprzętu na nowy.” – prosimy o zmianę na „Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu przedmiotu zamówienia uprawnia Zamawiającego do wymiany elementu na nowy.”

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 3 ust. 6 projektu umowy w następujący sposób:

„6. Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu przedmiotu zamówienia uprawnia Zamawiającego do wymiany elementu na nowy.”

32. Dotyczy projektu umowy - & 4 pkt 2 W przypadku, gdy naprawa trwa dłużej niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż przedmiot umowy.

Prosimy o wykreślenie tego punktu

Uzasadnienie – przedmiotem zamówienia są urządzenia naprawiane w szpitalu a nie poza siedzibą zamawiającego. Są to urządzenia, które instalowane są na stałe i podłączane do specjalnie przygotowanego miejsca. Transport oraz instalacja urządzenia na zamianę zajęłaby kilka dni roboczych i wyłączyłaby z pracy cały dział sterylizatorni ponieważ podczas prac instalacyjnych nie jest możliwe zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych do obróbki narzędzi. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego.

Zamawiający usuwa zapis § 4 ust. 2 projektu umowy. W załączeniu projekt umowy – Załącznik Nr 5 do SWZ – po zmianach.

33. Dotyczy projektu umowy - & 4 pkt 2 W przypadku, gdy naprawa trwa dłużej niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż przedmiot umowy.

Nie jest określone w jakim czasie ma to urządzenie zastępcze trafić do Zamawiającego.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 32.

34. Dotyczy projektu umowy - Par. 2, pkt 1,7) - Wskazana w tych ustępach ustawa utraciła moc. Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych nie zawiera wskazanych przez Zamawiającego wymogów.

Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 1 pkt 7 i 8 projektu umowy w następujący sposób:

„7) dostarczenia wraz z przedmiotem umowy wykazu dostawców części zamiennych wymaganych do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia,

8) dostarczenia wraz z przedmiotem umowy wykazu podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych,”

35. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawienie i przesłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail.

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje do § 5 projektu umowy, kolejny ustęp 6:

„6. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawienie i przesłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: nzokss@szpital.kutno.pl”

36. Dotyczy projektu umowy - Prosimy o zmniejszenie kar – dot. par. 9

Pkt. 1, 1)-4) – do 0,5 %.

Pkt. 3 – kary maksymalne – do 20 %.

Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Dotyczy projektu umowy - Par. 10, pkt 2 - zgodnie z aktualnymi przepisami Pzp, nie można przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu opóźnienia, jest to klauzula abuzywna, powinna być wskazana zwłoka.
Zamawiający modyfikuje § 10 ust. projektu umowy w następujący sposób:
„2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w razie niewykonania lub powtarzającego się (trzykrotnego występującego łącznie) nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności powtarzająca się zwłoka w wykonywaniu serwisu gwarancyjnego oraz przeglądów i napraw pogwarancyjnych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”
38. Czy Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z EN PN 285, wyposażonego w detektor gazów niekondensujących.
 Uzasadnienie: Opisany element jest gwarantem przeprowadzenia procesu prawidłowego.
Zgodnie z zapisami SWZ.
39. Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymaganej pojemności 8 STE (610 litrów)
 Uzasadnienie: Opisany parametr w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.
40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia kompatybilnego z posiadanymi wózkami transportowymi i wózkiem wsadowym obecnego sterylizatora, tym samym zrezygnuje z wymogu dostarczenia nowych elementów wraz z urządzeniem na rzecz renowacji posiadanych?
 Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie pozwoli na oszczędność kosztu zakupu dla szpitala, poprawi ergonomię pracy ze względu na możliwość wykorzystywania tych sam wózków do drugiego posiadanego urządzenia. Dodatkowo stan posiadanych elementów pozwala na zastosowanie takiego rozwiązania.
Zgodnie z zapisami SWZ.
41. Prosimy o doprecyzowania zapisu punktu 17. odnośnie pojemności bazy zapisanych danych np.: 15000, 20000, 25000, 30000 cykli
 Uzasadnienie: dostępne na rynku urządzenia posiadają podręczną pamięć kilkunastu cykli, podane rozwiązanie spełnia zapis SWZ nie spełniając oczekiwań klienta przed zabezpieczeniem utraty danych.
20000
42. Prosimy o doprecyzowanie zapisu z pozycji 1. Czy zamawiający oczekuje graficznego wydruku zapisu procesy na drukarce wbudowanej w urządzenie? Dodatkowo wnosimy o podanie minimalnej szerokości wydruku.
 Uzasadnienie: wydruk poniżej 100mm szerokości charakteryzują się ograniczonymi możliwościami odczytu zarchiwizowanych danych.
Tak, minimalna szerokość wydruku 100mm.
Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku Nr 2 do SWZ, WYMAGANIA TECHNICZNE, pkt 1 w następujący sposób:
„(minimalna szerokość wydruku 100mm)”
43. Wnosimy o doprecyzowanie czy w przypadku dostawy urządzenia oferent ponosi koszty zabudowy i remontu przestrzeni związanej z wymianą urządzenia oraz dostosowaniem instalacji.
 Uzasadnienie: Zaproponowanie urządzenia o wymiarach innych niż obecnie posiadane może spowodować dodatkowe koszty budowlane.
Tak ww. koszty po stronie Wykonawcy.
44. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga dostawy urządzenia z wbudowanym systemem schładzania kondensatu do temperatury max 65°C.
 Uzasadnienie: pozwoli to zamawiającemu zabezpieczyć instalację kanalizacyjną budynku przed jej uszkodzeniem gorącą wodą.
Zamawiający dopuszcza.
45. Czy Zamawiający wymaga urządzenia z jednym zaworem bezpieczeństwa dla komory, wytwornicy i płaszczu?
 Uzasadnienie: Rozwiązanie to jest stosowane w urządzeniach o nowoczesnej konstrukcji i przy takim samym poziomie bezpieczeństwa pozwala obniżyć koszty serwisowe.
Zamawiający nie wymaga.
46. Dotyczy załącznika nr 2 OPZ, Dotyczy załącznika „Projekt Umowy” punkt 6 & 3 - Proponowany w tym punkcie zapis jest nierealny do realizacji. Prosimy o zmianę zapisu z „Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu przedmiotu zamówienia uprawnia Zamawiającego do wymiany sprzętu na nowy” na zapis „Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu przedmiotu zamówienia uprawnia Zamawiającego do wymiany elementu na nowy”.

Sterylizatory są urządzeniami dozorowymi, produkowanymi na konkretne zamówienie i nie ma takiej możliwości żaden z producentów i dostawców aby wymienić całe urządzenie na nowe. Proces produkcji trwa kilkanaście tygodni, do tego dochodzi czas odbioru przez UDT. Mając na uwadze powyższe prosimy o zmianę tego zapisu.

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 3 ust. 6 projektu umowy w następujący sposób:

„6. Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu przedmiotu zamówienia uprawnia Zamawiającego do wymiany elementu na nowy.”

47. Dotyczy &2 pkt 1 zapisu Projektu Umowy - 1.demontaż sterylizatora typu Sekurex VY45 będącego na stanie Zamawiającego i przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Prosimy o doprecyzowanie w jakie miejsce należy dostarczyć zdemontowany sterylizator celem poprawnego skalkulowania wyceny oferty.

Pomieszczenie znajduje się na tej samej kondygnacji, oddalone o 50m.

48. Czy Zamawiający dopuszcza aby sterylizator parowy 8 jednostkowy posiadał pojemność 557 litrów? Zazwyczaj sterylizatory parowe 8 jednostkowe posiadają pojemność nieco mniejszą niż 600 litrów.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

49. Czy Zamawiający może doprecyzować wymagania dotyczące koszy? Czy ma to być 20 koszy ze stali nierdzewnej o wymiarach 1STU?

20 koszy ½ wsadu.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: **23.06.2022 r.** do godziny: **10⁰⁰**

Nowy termin otwarcia ofert: **23.06.2022 r.** o godz. **10³⁰**

Nowy termin związania ofertą do dnia **22.07.2022 r.**

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej prowadzonego postępowania