

Lubań, 09.06.2022r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 2 do treści Zapytania ofertowego nr DZP/01/2022 na „Zakup wraz z dostawą środków myjąco-dezynfekujących oraz dzierżawą myjni endoskopowej”

Pytanie nr 1 – dotyczy poz. 1 Formularza cenowego

Czy zamawiający dopuści do oceny enzymatyczny preparat myjący przeznaczony do mycia endoskopów elastycznych? Preparat kompatybilny z oferowaną myjnią oraz zgodny z EN 15883.

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy poz. 2 Formularza cenowego

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji endoskopów na bazie aldehydu glutarowego. Preparat kompatybilny z oferowaną myjnią oraz zgodny z EN 15883? Preparat zapewnia skuteczność wobec B,F,V,TBC oraz S zgodnie z wymaganiami normy 15883

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy pkt. 3 parametrów wymaganych

Czy zamawiający dopuści do oceny myjnie oferująca cykl chemiczno-termiczny w bezpiecznej dla endoskopów temperaturze do 40 stopni Celsjusza?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy pkt. 4 parametrów wymaganych

Czy zamawiający dopuści do oceny myjnie endoskopową oferującą zaprojektowany pod kątem prawidłowej ergonomii, załadunek od góry?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy pkt. 6 parametrów wymaganych

Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie jednokrotnie używające środków chemicznych, dedykowanych do oferowanego urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy pkt. 9 parametrów wymaganych

Czy zamawiający dopuści do oceny myjnie oferującą uzdatnianie mikrobiologicznej wody z użyciem filtra 0,2 mikrometra zgodnie z normą EN- 15883 dla automatycznych myjni endoskopowych?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy pkt. 11 parametrów wymaganych

Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie posiadające komorę wykonaną z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ.



NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE
W LUBANIU SP. Z O.O.



Pytanie nr 8– dotyczy pkt. 13 parametrów wymaganych

Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie posiadanych endoskopów firmy Olympus.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada endoskopy: Typ CFQ 165 L i GIF Q 165.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA