

Szp/FZ – 022/196 /2022

Wrocław, dnia 16.02.2022r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „dostawa sprzętu medycznego”

INFORMACJA NR 3

Pytania nr 1 - zadanie 1: wózek transportowy leżący

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający wymiary leża 1920x650 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach.

Pytania nr 2 - zadanie 1: wózek transportowy leżący

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie od 570 do 910 mm za pomocą obustronnej dźwigni nożnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach.

Pytania nr 3 - zadanie 1: wózek transportowy leżący

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga 20° i anty-Trendelenburga 12° (co jest parametrem lepszym od wymaganego) za pomocą sprężyny gazowej z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach.

Pytania nr 4 - zadanie 1: wózek transportowy leżący

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w barierki boczne z polerowanej stali nierdzewnej (co jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach.

Pytania nr 5 - zadanie 1: wózek transportowy leżący

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym funkcje centralnej blokady kół i jazdy kierunkowej realizowane są dźwignią nożną w postaci stalowej obejmki umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta, na całej szerokości podstawy? Rozwiązanie to jest niezwykle wygodne dla użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca Dyrektora

ds. Finansów i Administracji

mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

mgr inż. Jacek Baraszk

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

Infolinia 45 95 95 454

Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

NIP 8951645574, REGON 000977893

www.wssk.wroc.pl