



WSSz -NZIP – 141/24

Łódź, dnia 22.03.2024 r.

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę angiokardiografu dla Pracowni Hemodynamiki, sprawa ZP 3/24

Na podstawie art. 135 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. W związku z odpowiedziami na pytania z dnia 19.03.2024r. oraz modyfikacją SWZ uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, punktów 162 i 207: Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jednego podgrzewacza kontrastu? Jeśli tak, prosimy o wykreślenie punktu 162 załącznika nr 3 do SWZ.
Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza, że wymaga 1 sztuki podgrzewacza kontrastu. W punkcie 162 jest on tylko wymieniony, a w punkcie 207 szczegółowo opisany.
2. W związku z odpowiedziami na pytania z dnia 19.03.2024r. oraz modyfikacją SWZ uprzejmie proszę o potwierdzenie, że wszystkie meble stanowiące przedmiot postępowania, w tym zawarte na rysunku opublikowanym w dniu 19.03.2024r. mają być wykonane z płyty meblowej laminowanej. Materiał, z jakiego mają zostać wykonane meble znacząco wpływa na cenę oferty.
Wyjaśnienia: Zabudowa medyczna, o której mowa w załączniku nr 3 do SWZ powinna być atestowana do użytku w służbie zdrowia. Zamawiający nie wskazuje materiału z jakiego ma być wykonana, jednakże materiał ten musi spełniać warunki wskazane w pkt 184 zał. nr 3 do SWZ.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Paweł Lipiński