



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 13.05.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy narzędzi chirurgicznych dla USK im. WAM - CSW w Łodzi- nr sprawy 3/TP/ZP/D/2024

I. W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 – tj. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści w poz.

1. Wanna o wymiarach 475x272x96
3. 405x253x60
7. kosz 275x175x45
8. Kosz 275x175x105

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

dot. pakietu nr 2

poz.8 - czy Zamawiający dopuści młotek Cottle dł.18cm i waga 240gr. pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

poz.11 - czy Zamawiający dopuści takie same kleszczyki tylko dł.125mm pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych w pakietach 3, 4, 15, 16 i 17 produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia z zagranicy, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy dla pakietów nr 3, 4, 15, 16 i 17 do 60 dni od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w zakresie § 3 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy w załączeniu.

Pytanie 5:

(Dot. załącznika 1b do SWZ- parametry techniczne, pkt. 2 - zadanie nr 3, 4, 15, 16, 17)

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia certyfikatem wytwórcy oferowanych narzędzi informacji dotyczącej stali do produkcji z wyszczególnieniem w % składu surowca użytego do produkcji. Oferowane Instrumenty chirurgiczne jako wyroby medyczne spełniają wymogi odpowiednich dla nich norm dotyczących wytwarzania (BS EN 10088-1, ISO 7153-1, DIN 58298), i producent nie ma obowiązku udzielania szczegółowych informacji na temat materiałów i procesów technologicznych, które mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 6:

(Dot. załącznika 1b do SWZ- parametry techniczne, pkt. 4 - zadanie nr 3, 4, 15, 16, 17)

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia matowienia, hartowania próżniowego i wstępnej pasywacji wykonanej przez wytwórcę z uwagi na fakt, że producent nie udziela takich szczegółowych informacji. Wymóg ten uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 7:

(Dot. załącznika 1b do SWZ- parametry techniczne, pkt. 5) Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania etykiety z nazwą wyrobu, parametrami Seite 2 von 3 technicznymi typu: rodzaj, długość w języku polskim dla wyrobów oferowanych w zadaniach nr 3, 4, 15, 16, 17 i dopuszczenie wyrobów posiadających etykiety w j. angielskim.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych Art. 12 ust. 4 dopuszcza się, aby wyrób przeznaczony do stosowania przez użytkowników nie będących laikami posiadał etykiety i instrukcje użytkowania w języku polskim lub języku angielskim.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 8:

(Dot. załącznika 1b do SWZ- parametry techniczne, pkt. 6 - zadanie nr 3, 4, 15, 16, 17)

Prosimy o odstąpienie od znakowania kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D) składającym się z czarnych i białych pól (modułów), zamieszczonych w granicach tzw. Wzoru wyszukiwania - Data Matrix, zawierającym zakodowane informacje o unikalnym numerze narzędzia dla narzędzi na których z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe z uwagi na ich rozmiar lub materiał z jakiego są wykonane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od znakowania kodem matrycowym narzędzi na których z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe z uwagi na ich rozmiar lub materiał z jakiego są wykonane. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 9:

(Dot. załącznika 1b do SWZ- parametry techniczne, pkt. 6 - zadanie nr 3, 4, 15, 16, 17)

Prosimy o odstąpienie od zawarcia w kodzie Data-Matrix informacji o dacie gwarancji i nazwie szpitala i Kliniki. Producent oferowanych wyrobów nie zamieszcza takich informacji w kodzie Data-Matrix. Dane zawarte w kodzie Data-Matrix są ściśle ustalane na etapie projektowania wyrobów i nie jest możliwe rozszerzenie tych danych w późniejszym czasie. Wymóg ten uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 10:

(Dot. załącznika 1b do SWZ- parametry techniczne, pkt. 7.- zadanie nr 3, 4, 15, 16, 17)

Prosimy o odstąpienie od naniesienia na narzędziach trwałego napisu ustalonego z Zamawiającym na etapie realizacji nawiązującego do nazwy użytkownika? Dodatkowe trwałe oznakowanie narzędzi znacznie wydłuża termin dostawy oraz powoduje wzrost ceny oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 11:

(Dot. załącznika 1b do SWZ- parametry techniczne, pkt. 12.- zadanie nr 3, 4, 15, 16, 17)

Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia jednej z wymienionych w punktach 9-11 metod sterylizacji. Zgodnie z obowiązującymi wymogami norm producent ma obowiązek zwalidować min. 1 metodę dekontaminacji. Podtrzymanie zapisu w pkt. 12 uniemożliwi złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ i wyjaśnia, że wymaga potwierdzenia co najmniej jednej metody dekontaminacji z wymienionych z SWZ - Dot. załącznika 1b do SWZ- parametry techniczne, pkt. 12

Pytanie 12:

(dot. zał. 1a do SWZ- warunki gwarancji i serwisu - zadanie nr 3, 4, 15, 16, 17) Prosimy o wydłużenie czasu na dostawę towaru wolnego od wad (usunięcie wad/awarii/błędów/usterek towaru/wymiany towaru na nowy i wolny od wad) do 15 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w zakresie pkt 7 załącznik nr 1a do umowy Warunki gwarancji i serwisu.

Zmodyfikowany załącznik nr 1a – Warunki gwarancji i serwisu w załączeniu.

Pytanie 13:

(Dot. wzoru umowy §8 ust. 3 i ust. 9- dot. pakietów 3, 4, 15, 16, 17) Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14:

(Dot. wzoru umowy §8 ust. 3 i ust. 5 pkt. c - dla pakietów 3, 4, 15, 16, 17) Czy Zamawiający uzna w ramach dokumentacji technicznej informacje zawarte w instrukcjach obsługi i na kartach katalogowych oferowanych wyrobów? Producent nie udostępnia innych dokumentów związanych z danymi technicznymi niż w/w.

Odpowiedź: § 8 wzoru umowy dotyczy gwarancji.

Pytanie 15:

(dot. SWZ rozdz. IV pkt. 2 ppkt. 4) Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej jeśli wykonawca przedstawi referencje na dostawę sprzętu medycznego?

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego wykonania przynajmniej jednej dostawy towaru odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zgodnym z pakietem, na który Wykonawca składa ofertę (SWZ. rozdz. IV pkt. 2 ppkt. 4 a)

Pytanie 16:

(dot. wzoru umowy §6 ust. 1) Prosimy o modyfikację sposobu naliczania kar umownych o których mowa we wzorze umowy §6 ust.1, pkt. 1.1 i 1.2 w taki sposób aby kary były naliczane od wartości niedostarczonego w terminie/reklamowanego sprzętu a nie od całej wartości umowy.

Uważamy, że w przypadku umów na dostawy częściowe kary na zwłokę powinny być naliczane od asortymentu którego ta zwłoka dotyczy a nie od całej wartości umowy. Tak jak w przypadku opóźnień w płatnościach, kary są naliczane od niezapłaconej faktury a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Przy niezmienionej treści umowy istnieje możliwość, że w przypadku zwłoki w dostarczeniu lub wymianie asortymentu o niewielkiej wartości kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy.

Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w zakresie § 6 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy w załączeniu.

Pytanie 17:

(dot. formularza asortymentowo-cenowego pakiet 3, zestaw 2, poz. 2) Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli Kleszcze ClickLine, "Pazury" 2x3, uchwyt metalowy, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że zaszła omyłka pisarska i modyfikuje Pazury" 2x3, uchwyt metalowy, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm

Zmodyfikowany załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9, w punkcie nr: 2 dopuści: Retraktor MARTIN, wym. 105x27 mm, dł. 25 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9, w punkcie nr: 4 dopuści: Zacisk histerektomijny HEANEY-SLIM, lekko zakrzywiony, dł. 20,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9, w punkcie nr: 5 dopuści: Kleszcze hemostatyczne WERTHEIM, mocne, zakrzywione, 1x2 zęby, dł. 23,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9, w punkcie nr: 10 dopuści: Pęseta chirurgiczna SEMKEN, prosta, utwardzana wkładką węglową TC, 1x2 ząbki, śr. 1,5 mm, dł. 14,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9, w punkcie nr: 11 dopuści: Nożyczki preparacyjne MAYO-STILLE zakrzywione, tępo-tępe, dł. całkowita 14 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 19, w punkcie nr: 9 dopuści: KONTENER DO STERYLIZACJI NARZĘDZI 312 X 190 X 65 MM

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 19, w punkcie nr: 10 dopuści: MŁOTEK TYPU PARTSCH DŁ. 18,5 CM 230G

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 19, w punkcie nr: 12 dopuści: NOŻYCZKI TYPU STRABISMUS WYGIĘTE DŁ. 11,5CM

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 19, w punkcie nr: 16 dopuści: KONTENER DO STERYLIZACJI NARZĘDZI 312 X 190 X 65 MM

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22, w punkcie nr: 2 dopuści: TRZONEK DO OSTRZY - długi 16 cm "3"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22, w punkcie nr: 11 dopuści: KONTENER DO STERYLIZACJI 312 X 190 X 65

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 29:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie

złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 1 Centralny Blok Operacyjny - Neurochirurgia.

2. Mikro haczyk do nerwów, dł. 19 cm, pozostałe parametry bez zmian
3. Mikro haczyk do eksploracji KRAYENBUHL, dł. 18,5 cm, pozostałe parametry bez zmian
4. Mikro haczyk do eksploracji KRAYENBUHL, dł. 18,5 cm, pozostałe parametry bez zmian
5. Mikro haczyk do eksploracji KRAYENBUHL, dł. 18,5 cm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 30:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 2 Centralny Blok Operacyjny - Neurochirurgia.

11. Kleszczyki naczyniowe typ PEAN dł. szczeki 36 mm, dł. całkowita 140 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 4 Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii.

3. Kleszcze nosowe BLAKESLEY RHINOFORCE II, dł. rob. 12 cm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 9 Centralny Blok Operacyjny - Torakochirurgia i Chirurgia Ogólna.

1. Haczyk chirurgiczny do ran, dł. 17 cm, pozostałe parametry bez zmian
2. Retraktor MARTIN, dł. 25 cm, pozostałe parametry bez zmian
5. Kleszcze hemostatyczne WERTHEIM, dł. 23 cm, pozostałe parametry bez zmian
8. Kleszcze hemostatyczne PEAN-DIXON, pozostałe parametry bez zmian
10. Pęseta chirurgiczna OEHLER, dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian
11. Nożyczki preparacyjne MAYO-STILLE, dł. całkowita 15 cm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 33:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 10 Centralny Blok Operacyjny - Ortopedia.

1. Kleszcze naczyniowe KOCHER, 140 mm, pozostałe parametry bez zmian
3. Kleszcze naczyniowe KOCHER-OCHSNER, 220 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 11 Centralny Blok Operacyjny - Ortopedia.

1. Przecinak drutu przełożenie podw. 215 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 35:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 13 Ortopedia i Artroskopia.

6. Kleszcze naczyniowe typu Rochester-Pean, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 36:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 14 Chirurgia ręki.

1. Imadło chirurgiczne typ Neivert, długość 125mm, pozostałe parametry bez zmian

3. Imadło chirurgiczne typ Sarot, długość 270 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia.

1. Wziernik nosowy, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian

2. Wziernik nosowy, długość ostrzy 50 mm, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian

3. Wziernik nosowy, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian

4. Pinceta nosowa do opatrunków, długość 16 cm, pozostałe parametry bez zmian

5. Kleszcze uszne, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian

6. Rurka ssąca, 6 Fr., pozostałe parametry bez zmian

7. Rurka ssąca, 8 Fr., pozostałe parametry bez zmian

8. Rurka ssąca, 10 Fr., pozostałe parametry bez zmian

9. Kaniuła zatokowa, średnica 10 Charr (3,3 mm), długość 15 cm, pozostałe parametry bez zmian

12. Nożyczki, długość 14,5 cm, pozostałe parametry bez zmian

14. Pinceta chirurgiczna, długość 15 cm, pozostałe parametry bez zmian

15. Dłuto, szerokość 4 mm, długość 18 cm, pozostałe parametry bez zmian

17. Młotek, długość 18,5 cm, pozostałe parametry bez zmian

19. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 10 cm, pozostałe parametry bez zmian

20. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian

21. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian

22. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian

23. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian

25. Skalpel nosowy, długość 16 cm, pozostałe parametry bez zmian

26. Elewator dwustronny, ostry / tępy, pozostałe parametry bez zmian

28. Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, długość robocza 16 cm, pozostałe parametry bez zmian

29. Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, długość robocza 16 cm, pozostałe parametry bez zmian

30. Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, zagięte do góry pod kątem 60°, długość robocza 16 cm, pozostałe parametry bez zmian

31. Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, zagięte do góry pod kątem 60°, długość robocza 16 cm, pozostałe parametry bez zmian

32. Kleszcze zatokowe zagięte do dołu, pozostałe parametry bez zmian

34. Taca druciana ze składanymi uchwytami, o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 480x250x40 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 38:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia.

1. Wziernik nosowy, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian

2. Wziernik nosowy, długość ostrzy 50 mm, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian

3. Wziernik nosowy, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian
4. Pinceta nosowa do opatrunków, długość 16 cm, pozostałe parametry bez zmian
5. Kleszcze uszne, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian
6. Rurka ssąca, 6 Fr., pozostałe parametry bez zmian
7. Rurka ssąca, 8 Fr., pozostałe parametry bez zmian
8. Rurka ssąca, 10 Fr., pozostałe parametry bez zmian
9. Kaniuła zatokowa, średnica 10 Charr (3,3 mm), długość 15 cm, pozostałe parametry bez zmian
12. Nożyczki, długość 14,5 cm, pozostałe parametry bez zmian
14. Pinceta chirurgiczna, długość 15 cm, pozostałe parametry bez zmian
15. Dłuto, szerokość 4 mm, długość 18 cm, pozostałe parametry bez zmian
17. Młotek, długość 18,5 cm, pozostałe parametry bez zmian
19. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 10 cm, pozostałe parametry bez zmian
20. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian
21. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian
22. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian
23. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian
25. Nożyczki nosowe, długość robocza 13,5cm, pozostałe parametry bez zmian
26. Skalpel nosowy, długość 16 cm, pozostałe parametry bez zmian
27. Elewator dwustronny, ostry / tępy, pozostałe parametry bez zmian
30. Taca druciana ze składanymi uchwytami, o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 480x250x40 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia.

1. Wziernik nosowy, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian
2. Wziernik nosowy, długość ostrzy 50 mm, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian
3. Wziernik nosowy, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian
4. Pinceta nosowa do opatrunków, długość 16 cm, pozostałe parametry bez zmian
5. Kleszcze uszne, długość 14 cm, pozostałe parametry bez zmian
6. Rurka ssąca, 6 Fr., pozostałe parametry bez zmian
7. Rurka ssąca, 8 Fr., pozostałe parametry bez zmian
8. Rurka ssąca, 10 Fr., pozostałe parametry bez zmian
9. Kaniuła zatokowa, średnica 10 Charr (3,3 mm), długość 15 cm, pozostałe parametry bez zmian
12. Nożyczki, długość 14,5 cm, pozostałe parametry bez zmian
14. Pinceta chirurgiczna, długość 15 cm, pozostałe parametry bez zmian
15. Dłuto, szerokość 4 mm, długość 18 cm, pozostałe parametry bez zmian
17. Młotek, długość 18,5 cm, pozostałe parametry bez zmian
19. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 10 cm, pozostałe parametry bez zmian
20. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian
21. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian
22. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian
23. Kleszcze nosowe, nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian
25. Skalpel nosowy, długość 16 cm, pozostałe parametry bez zmian
26. Elewator dwustronny, ostry / tępy, pozostałe parametry bez zmian
29. Taca druciana ze składanymi uchwytami, o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 480x250x40 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach bądź nazwach własnych niżej wyspecyfikowanych narzędzi (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET 18 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia.

1. Wanna do kontenera, o wymiarach 465x280x100 mm, pozostałe parametry bez zmian
3. Kosz stalowy performowany, o wymiarach 405x245x50 mm, pozostałe parametry bez zmian
4. Mata silikonowa, w kolorze zielonym, o wymiarach 225x225 mm x2, pozostałe parametry bez zmian
7. Kosz na narzędzia chirurgiczne, wymiary 274x172x43 mm, pozostałe parametry bez zmian
8. Kosz na narzędzia chirurgiczne, wymiary 274x172x43 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41:

(Dot. pakietu nr 3, zestaw 3, poz. 2) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kleszcze chwytających, zęby 2x3, monopolarnych, o średnicy 5 mm, długość 36cm, składających się z wkładu narzędzia, tubusu oraz uchwytu z zapinką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 42:

PAKIET 2 Centralny Blok Operacyjny - Neurochirurgia

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważne kleszczyki naczyniowe DE BAKEY-MOSQUITO o dł.150mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 43:

PAKIET 4 Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważne kleszcze nosowe Weil-Blakesley, bransze proste, dł. rob. 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44:

Pakiet 10 Centralny Blok Operacyjny – Ortopedia

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważne Kleszcze naczyniowe KOCHER 160 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 45:

Pakiet 10 Centralny Blok Operacyjny – Ortopedia

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważne Kleszcze naczyniowe KOCHER-OCHSNER, 220 mm, , pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 46:

Pakiet 14 Chirurgia ręki

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważne Imadło chirurgiczne typ Converse długość 125mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 47:

Pakiet 14 Chirurgia ręki

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważne Imadło chirurgiczne Ryder szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm, długość 130 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 48:

Pakiet 14 Chirurgia ręki

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważne Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo długość 160 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 49:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Wziernik nosowy, bardzo wąski, bez śruby ustalającej, matowy, długość ostrzy 40 mm, długość instrumentu 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 50:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Wziernik nosowy, długość instrumentu 14 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 51:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Wziernik nosowy, długość instrumentu 14 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 52:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Pinceta nosowa do opatrunków, bagnetowa, długość 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 53:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze uszne, bagnetowe, długość 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 54:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Rurka ssąca 6 Fr pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 55:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Rurka ssąca 8 Fr pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 56:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Rurka ssąca 10 Fr pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Kaniula zatokowa długość 14,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 58:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Nożyczki nosowe długość robocza 13 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 59:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Dłuto, szerokość 4mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 60:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Dłuto, długość 16cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 61:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Młotek, metalowy, długość 19 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 62:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze nosowe, nierozbieralne, proste, długość robocza 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 63:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze nosowe nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 64:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze nosowe nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 65:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze nosowe nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 66:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Skalpel nosowy, długość 20 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 67:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Elewator dwustronny; ostry; długość 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 68:

PAKIET 16 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Elewator dwustronny; ostry z obu stron, długość 23 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 69:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia
Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Wziernik nosowy, bardzo wąski, bez śruby ustalającej, matowy, długość ostrzy 40 mm, długość instrumentu 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 70:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia
Poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Wziernik nosowy długość instrumentu 14 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 71:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia
Poz.3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Wziernik nosowy długość instrumentu 14 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 72:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia
Poz.4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Pinceta nosowa do opatrunków, bagnetowa, długość 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 73:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze uszne, bagnetowe, długość 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 74:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Rurka ssąca 6 Fr pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 75:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Rurka ssąca 8 Fr pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 76:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Rurka ssąca 10 Fr pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 77:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Kaniula zatokowa długość 14,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 78:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Nożyczki nosowe długość robocza 13 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 79:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Dłuto, szerokość 4mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 80:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Dłuto, długość 16cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 81:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Młotek, metalowy, długość 19 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 82:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze nosowe TAKAHASHI, nierozbieralne, proste, długość robocza 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 83:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze nosowe nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 84:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze nosowe nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 85:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze nosowe nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 86:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Skalpel nosowy, długość 20 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 87:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Elewator dwustronny; ostry; długość 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 88:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Elewator dwustronny; ostry z obu stron, długość 23 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 89:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze zatokowe długość robocza 18 cm,

pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 90:

PAKIET 15 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze zatokowe długość robocza 18 cm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 91:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Wziernik nosowy, bardzo wąski, bez śruby ustalającej, matowy, długość ostrzy 40 mm, długość instrumentu 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 92:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Wziernik nosowy, długość instrumentu 14 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 93:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Wziernik nosowy, długość instrumentu 14 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 94:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Pinceta nosowa do opatrunków, bagnetowa, długość 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 95:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze uszne, bagnetowe, długość 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 96:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Rurka ssąca 6 Fr pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 97:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Rurka ssąca 8 Fr pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 98:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Rurka ssąca 10 Fr pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 99:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Kaniula zatokowa długość 14,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 100:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Nożyczki nosowe długość robocza 13 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 101:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Dłuto, szerokość 4mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 102:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Dłuto, długość 16cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 103:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Młotek, metalowy, długość 19 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 104:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze nosowe, nierozbieralne, proste, długość robocza 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 105:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia
Poz.20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne Kleszcze nosowe nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 106:

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.21

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważne Kleszcze nosowe nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**Pytanie 107:**

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.22

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważne Kleszcze nosowe nierozbieralne, długość robocza 12 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**Pytanie 108:**

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.25

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważny Skalpel nosowy, długość 20 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**Pytanie 109:**

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.26

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważny Elewator dwustronny; ostry; długość 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**Pytanie 110:**

PAKIET 17 Centralny Blok Operacyjny - Laryngologia

Poz.27

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważny Elewator dwustronny; ostry z obu stron, długość 23 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**Pytanie 111:**

PAKIET 18 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważną wannę do kontenera o wymiarach 465x280x100mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**Pytanie 112:**

PAKIET 18 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważną pokrywę kontenera, z filtrami wielorazowymi na minimum 1200 cykli, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**Pytanie 113:**

PAKIET 18 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania równoważny Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 405x225x70?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 114:

PAKIET 18 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną Mata silikonowa pozycjonującą narzędzia w kolorze zielonym o wymiarach 380x220 mm do kosza 1/1

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**Pytanie 115:**

PAKIET 18 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Kosz na narzędzia chirurgiczne wymiary 265x120X45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**Pytanie 116:**

PAKIET 18 Centralny Blok Operacyjny – Laryngologia

Poz.8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Kosz na narzędzia chirurgiczne wymiary 265x120X45mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**Pytanie 117:**

PAKIET 19 BLOK LARYNGOLOGII NARZĘDZIA DO PLASTYKI TWARZY

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania KLESZCZE TYPU HALSTED-MOSQUITO MICRO WYGIĘTE DŁ. 12CM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**Pytanie 118:**

PAKIET 19 BLOK LARYNGOLOGII NARZĘDZIA DO PLASTYKI TWARZY

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania KLESZCZYKI TYPU JACOBSON DŁ. 13 CM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**Pytanie 119:**

PAKIET 19 BLOK LARYNGOLOGII NARZĘDZIA DO PLASTYKI TWARZY

Poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania NOŻYCZKI TYPU FOMON WYGIĘTE DŁ. 13 CM?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**Pytanie 120:**

PAKIET 19 BLOK LARYNGOLOGII NARZĘDZIA DO PLASTYKI TWARZY

Poz.7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania NOŻYCZKI TYPU IRIS PROSTE DŁ. 11,5 CM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**Pytanie 121:**

PAKIET 19 BLOK LARYNGOLOGII NARZĘDZIA DO PLASTYKI TWARZY

Poz.9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania KONTENER DO STERYLIZACJI NARZĘDZI 300X140X70

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**Pytanie 122:**

PAKIET 19 BLOK LARYNGOLOGII NARZĘDZIA DO PLASTYKI TWARZY

Poz.10

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania MŁOTEK TYPU PARTSCH DŁ. 19 CM 200g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 123:

PAKIET 19 BLOK LARYNGOLOGII NARZĘDZIA DO PLASTYKI TWARZY

Poz.12

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania NOŻYCZKI TYPU STRABISMUS WYGIĘTE DŁ. 11,5CM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 124:

PAKIET 19 BLOK LARYNGOLOGII NARZĘDZIA DO PLASTYKI TWARZY

Poz.16

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania KONTENER DO STERYLIZACJI NARZĘDZI 300X140X70?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 125:

PAKIET 20 BLOK LARYNGOLOGII UZPEŁNIENIE ZESTAWU NARZĘDZI ENDO PRZEGRODA

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania OSTEOTOM Mini-Lexer, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 126:

PAKIET 20 BLOK LARYNGOLOGII UZPEŁNIENIE ZESTAWU NARZĘDZI ENDO PRZEGRODA

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania OSTEOTOM Mini-Lexer, śr. 8mm, 18cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 127:

PAKIET 20 BLOK LARYNGOLOGII UZPEŁNIENIE ZESTAWU NARZĘDZI ENDO PRZEGRODA

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania NÓŻ TYPU FREER 19 CM?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 128:

PAKIET 20 BLOK LARYNGOLOGII UZPEŁNIENIE ZESTAWU NARZĘDZI ENDO PRZEGRODA

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania WZIERNIK NOSOWY 40MM?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 129:

PAKIET 20 BLOK LARYNGOLOGII UZPEŁNIENIE ZESTAWU NARZĘDZI ENDO PRZEGRODA

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania WZIERNIK NOSOWY 55MM?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 130:

PAKIET 20 BLOK LARYNGOLOGII UZPEŁNIENIE ZESTAWU NARZĘDZI ENDO PRZEGRODA

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania KONTENER DO STERYLIZACJI NARZĘDZI 300X140X70?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 131:

PAKIET 21 BLOK LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZEDZI ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO
Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania ELEWATOR TYPU BALLENGER 19 CM
DWUSTRONNY?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 132:

PAKIET 21 BLOK LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZEDZI ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO
Poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania KLESZCZYKI TYPU WEIL-BLAKESLEY 3.0 MM. Zagięte
45 stopni, dł. robocza 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 133:

PAKIET 21 BLOK LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZEDZI ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO
Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania KLESZCZYKI TYPU WEIL-BLAKESLEY 3.5 MM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 134:

PAKIET 21 BLOK LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZEDZI ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO
Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania KLESZCZYKI TYPU WEIL-BLAKESLEY 4,5 MM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 135:

PAKIET 21 BLOK LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZEDZI ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO
Poz.7

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania KONTENER DO STERYLIZACJI NARZĘDZI
300X140X70?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 136:

PAKIET 22 SALA OPATRUNKOWA KLINIKI LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZĘDZI
ZESTAWU ZABIEGOWEGO

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania TRZONEK DO OSTRZY - długi 21 cm "3L"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 137:

PAKIET 22 SALA OPATRUNKOWA KLINIKI LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZĘDZI
ZESTAWU ZABIEGOWEGO

Poz.5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania HACZYK USZNY TYPU LUCAE DŁ. 14,5CM., 3MM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 138:

PAKIET 22 SALA OPATRUNKOWA KLINIKI LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZĘDZI
ZESTAWU ZABIEGOWEGO

Poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania PINCETA USZNA 14CM?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 139:

PAKIET 22 SALA OPATRUNKOWA KLINIKI LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZĘDZI

ZESTAWU ZABIEGOWEGO

Poz.11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania KONTENER DO STERYLIZACJI NARZĘDZI 300X140X70?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 140:

PAKIET 23 SALA OPATRUNKOWA KLINIKI LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZĘDZI ZESTAWU LARYNGOLOGICZNEGO

Poz.4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania IGŁA Wullstein dł. całkowita 16cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 141:

PAKIET 23 SALA OPATRUNKOWA KLINIKI LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZĘDZI ZESTAWU LARYNGOLOGICZNEGO

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania IGŁA Wullstein dł. całkowita 16cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 142:

PAKIET 23 SALA OPATRUNKOWA KLINIKI LARYNGOLOGII UZUPEŁNIENIE NARZĘDZI ZESTAWU LARYNGOLOGICZNEGO

Poz.5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania KONTENER DO STERYLIZACJI NARZĘDZI 300X140X70?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 143:

Pakiet 9 Centralny Blok Operacyjny - Torakochirurgia i Chirurgia Ogólna

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny Haczyk chirurgiczny do ran STANDARD dł. 16 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, j.t. ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie: załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy (pakiet 3, zestaw 2, poz. 2), załącznik nr 1a do umowy - Warunki gwarancji i serwisu (pkt 7) oraz załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy: zapisy w § 3, § 6.

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy PZP załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowym oraz załącznik nr 4 - wzór umowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów innych niż opisane w SWZ zaznaczyć, iż parametr/zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ.

Z poważaniem