

Poznań 9 lutego 2024

Wyjaśnienia treści swz:

Dotyczy postępowania pn: *Dostawa produktów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla stomatologii. Mieszalnika do alginatów*

Zamawiający załącza zmodyfikowany Załącznik nr 1 OPZ Materiały stomatologiczne

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę produktów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla stomatologii. Mieszalnika do aliantów , znak sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 1/24

zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Dotyczy terminu składania ofert:

Z uwagi na krótki termin składania ofert oraz istotne pytania dotyczące zapisów SWZ w celu umożliwienia Wykonawcom skompletowanie oraz złożenie konkurencyjnych ofert przetargowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Dot. SWZ rozdziału X, pkt 3 ppkt. 1.2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w rozdziale X pkt. 3 ppkt.1.2 i wyrażenie zgody na dołączenie do oferty oświadczenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego i na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia materiałów potwierdzających powyższe.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w rozdziale X pkt. 3 ppkt.1.2.

Przedmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego.

Dot. Załącznik nr 1 OPZ Materiały stomatologiczne

W związku z brakiem miejsca na podsumowanie wartości netto oraz brutto w każdym z pakietów, prosimy o wyrażenie zgody na dodanie wiersza, gdzie zostanie dokonane podliczenie wartości netto i brutto w zakresie każdego pakietu.

Odp. Zamawiający zmienia opz w taki sposób, że usuwa napis „wartości netto i brutto” z komórki. W to miejsce proszę wpisać podliczenie wartości poszczególnych pakietów.

Dot. Załącznik nr 1 OPZ Materiały stomatologiczne

W przypadku nieprzystępowania przez Oferenta do wszystkich pakietów czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z załącznika nr 1 OPZ Materiały stomatologiczne pakietów w zakresie których Oferent nie będzie składał oferty.

dot. Pakiet I , poz. 15

Zwracamy się z prośbą o modyfikację wielkości opakowania ze względu na fakt, że oczekiwany materiał chemoutwardzalny Ketac Molar występuje jedynie w opakowaniu 12,5 g proszek i 8,5 ml płyn.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane wielkości opakowań w ilości 15 szt.

dot. Pakiet I , poz. 37

Wyrób jest niedostępny w sprzedaży czy w tej sytuacji należy pominąć go w wycenie?

Odp. Proszę pominąć poz. 37, pakiet I w wycenie

dot. Pakiet I , poz. 38

Oczekiwany produkt w gramaturze 0,3g występuje jedynie w opakowaniu handlowym 20 sztuk , w związku z powyższym prosimy o zmianę jednostki miary na op 20 x 0,3 g oraz zmianę oczekiwanej ilości na 3 opakowania a'20 x0,3g.

Odp. Zamawiający zmienia ilości wymagane w poz. 38 pakiet I na 20x 0,3g w ilości 3 opakowania

dot. Pakiet I , poz. 41

W związku z wycofaniem ze sprzedaży oczekiwanego w w/w pozycji produktu prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego Kamfenol wielkość opakowania 10 g.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane wielkości opakowania w przeliczeniu na wymagane ilości.

dot. Pakiet I , poz. 49

W związku z wycofaniem ze sprzedaży oczekiwanego w w/w pozycji produktu prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego Chloraxid 2% wielkość opakowania 200 g. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o informację, ile opakowań należy wycenić.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany produkt Chloraxid 2% op 200 g , ilość 10 szt.

dot. Pakiet I , poz. 50

Przedmiot zamówienia dostępny jest wyłącznie w opakowaniu a'4 ml/7,8g – prosimy o odpowiedź czy nadal należy wycenić 10 opakowań?

Odp. 4 ml/7,8g w ilości 15 op.

dot. Pakiet I , poz. 58,59(55)

W związku z brakiem dostępności asortymentu wskazanego w w/w pozycjach prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu I.

Odp. Zamawiający wykreśla poz.58, 59 (55) w pakiecie I

dot. Pakiet I, poz. 61

Oczekiwany produkt występuje w opakowaniu handlowym zestaw = 2 x 50 ml, w związku z powyższym prosimy o zmianę jednostki miary na zestaw 2x50 ml.

Odp. 2 x 50 ml

dot. Pakiet I , poz. 69

Czy Zamawiający oczekuje w w/w pozycji wyceny opakowania zawierającego 100 sztuk?

Odp. Op 100 szt x 10 op

dot. Pakiet I , poz. 72

Czy Zamawiający dopuści do wyceny w w/w pozycji paski metalowe na rolce w op =9 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.11 opakowań a'9 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

dot. Pakiet I , poz. 78

Czy Zamawiający dopuści do wyceny w w/w pozycji produkt równoważny tj. Kolagen resorbowalny stożkowy RESORBA DK-1010 w op.10 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

dot. Pakiet I , poz. 79

Czy Zamawiający dopuści do wyceny w w/w pozycji produkt równoważny tj. Kolagen PARASORB GENTA -COLL RESORBA MK11 w op.5 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 20 op'5 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

dot. Pakiet I , poz. 84

Czy Zmawiający w w/w pozycji dopuści zaoferowanie produktu równoważnego tj. Chloraxid 2% wielkość opakowania 200 g ?

Odp Zgodnie z SWZ

dot. Pakiet I , poz. 84

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej czy Zmawiający w w/w pozycji dopuści zaoferowanie produktu równoważnego tj. Glucohexin 2% wielkość opakowania 200 g?

Odp. Zamawiający dopuszcza

dot. Pakiet I , poz. 82

Czy Zamawiający dopuści do wyceny w w/w pozycji wałeczki stomatologiczne w op = 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.12 opakowań a'500 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

dot. Pakiet III , poz. 2

W związku z brakiem dostępności produktu opisanego przez Zamawiającego prosimy o dopuszczenie do wyceny Xylodont 1:80 000 , op.= 50 amp. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 30 op'50 amp.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

dot. Pakiet III , poz. 7

W związku z brakiem dostępności na rynku polskim wskazanego produktu prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu III lub dopuszczenie zaferowania w w/w pozycji produktu równoważnego tj. Citocartin 4% 1:100 000 w op.= 50 amp.?

Odp. Zamawiający wykreśla pozycję 7, 8 w pakiecie III, oraz zmienia ilości produktu w poz. 4 pakiet III na 150 opakowań, poz. 5 pakiet III 150 opakowań.

Dzień dobry, zapytania dotyczą postępowania WSPL ZAM. PUBL. Nr 1/24,

PAKIET I,

poz. 38 Materiał podkładowy światłoutwardzalny - Ionosit- czy Zamawiający dopuści opakowanie 20x0,3g po przeliczeniu ilości, produkt występuje tylko w opakowaniu zbiorczym

Odp. Zamawiający zmienia ilości wymagane w poz. 38 pakiet I na 20x 0,3g w ilości 3 opakowania

poz 49 Cresophene - płyn((1,11 mg+50 mg)/g) - but. 13 ml lub produkt równoważny- produkt WYCOFANY, czy Zamawiający dopuści FORMOCRESOL 10G

Odp. zmiana produktu na Chloraxid 2% op 200 g , ilość 10 szt

poz 67 i 68 i 70 Paski celuloidowe ściernie zostały WYCOFANE przez producenta, czy Zamawiający dopuści zamiennik z innej firmy tj Paski ściernie Maflex poliestrowe fine/ultra,corse/medium fine Stoddard 50szt/op

odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany produkt 50 szt op x 5 op

poz 81 Kompresy celulozowe w rulonie rozmiarze 4 cm x 5 cm wykonane z 10 warstw celulozy, wzmocnione na brzegach. czy Zamawiający dopuści opakowanie 2x500szt z przeliczeniem ilości

poz 82 Wałeczki stomatologiczne 100% czystej bawełny ,nie zawierają celulozy, rozmiar 8 mm x 35 mm, czy Zamawiający dopuści wałeczki w rozmiarze 8mm o wadze opakowania 300g (zawierających 15 rolek w opakowaniu po 40sztuk każda

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.

Pakiet II

poz 25 proszę o wyjaśnienie co ma się znajdować w pozycji gdyż jest podana tylko ilość sztuk

Odp. Pomyłka w druku, pozycja pusta

poz 67 Płytki szklane do rozrabiania cementu- opakowanie zbiorcze to 2sztuki w opakowanie, którego NIE DZIELI SIĘ, czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie z przeliczeniem ilości, proszę o podanie nowej ilości

Odp. Zamawiający dopuszcza – op 2 szt x 10 op

poz 74 Pojemnik do dezynfekcji z sitkiem pojemność 3 litrowy- produkt 3 litry WYCOFANY PRZEZ PRODUCENTA, czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 3,5litra

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt o poj. 3,5 l

poz 75 Pojemnik do dezynfekcji z sitkiem pojemność 5 litrowy- produkt wycofany przez producenta, czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 6 litrów

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt o poj. 6 l

poz 78 Jednorazowe wkłady filtracyjne do spluwaczki 50szt/op, Wkłady do spluwaczki pakowane są po 100sztuk w opakowaniu czy Zamawiający dopuści wkłady do spluwaczki po 100szt/op z przeliczeniem ilości tj 250op po 100szt

Odp. Zamawiający dopuszcza op 100szt x 250 op

PAKIET III Znieczulenia

poz 7 Ubistesin forte -Produkt jest chwilowo niedostępny na rynku z powodu braku certyfikatów, Producent nie jest w stanie określić kiedy produkt będzie dostępny czy Zamawiający dopuści inne znieczulenie

poz 8 Ubistesin -Produkt jest chwilowo niedostępny na rynku z powodu braku certyfikatów, Producent nie jest w stanie określić kiedy produkt będzie dostępny czy Zamawiający dopuści inne znieczulenie

Odp Zamawiający wykreśla pozycję 7, 8 w pakiecie III , oraz zmienia ilości produktu w poz. 4 pakiet III na 150 opakowań, poz. 5 pakiet III 150 opakowań.

PAKIET 7 sprzęt stomatologiczny

POZ 2 Mieszalnik MX-300 posiada 1 rok gwarancji, czy Zamawiający dopuści urządzenie z takim okresem gwarancyjnym

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet I

Poz. 15 – Ketac Molar występuje w opakowaniach 12,5g+8,5ml. W formularzu jest 33g+12ml.

Proszę o weryfikację.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane wielkości opakowań w ilości 15 szt.

Poz. 27-32 – Te-Econom Plus nie występuje w kolorze B1 i B3. Pozostałe odcienie są pakowane 3x4g. Proszę o weryfikację ilości.

Odp Zamawiający usuwa pozycje 30, 32 pakiet I , zmiana ilości w poz 27, 28, 29 x 15 szt, poz 31 x 20 szt

Poz. 37 – Proszę o podanie nazwy własnej lub producenta balsamu peruwiańskiego

Odp Zamawiający usuwa pozycje 37 pakiet I

Poz. 38 – Ionosit występuje w opakowaniach 3x0,3g lub 20x0,3g. Proszę o podanie, które opakowanie jest preferowane i jaka ilość.

Odp. Zamawiający zmienia ilości wymagane w poz. 38 pakiet I na 20x 0,3g w ilości 3 opakowania

Poz. 49 – Cresophene nie jest już produkowany.

Odp. Zamawiający zmienia produkt na Chloraxid 2% op 200 g , ilość 10 szt

Poz. 61 – Masa Elite 2 warstwa występuje w opakowaniach 2x50ml. Proszę o weryfikację ilości.

Odp. 2 x 50 ml w ilości 5 op

Poz 60 pakiet I zmiana ilości wymagane 5 op

Pakiet V materiały ortodontyczne

nr 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pudełek plastikowych? To bardziej wytrzymałe (korzystniejsze) rozwiązanie. **Tak, zgadzam się.**

nr 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pensety w rozmiarze 127mm? **Tak**

nr 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pensety w rozmiarze 132mm? **Tak**

nr 7 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy w rozmiarze 137mm? **Tak**

nr 85 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków w 3 różnych gradacjach? **Tak**

nr 93 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 13 op. gumek po 80 oczek na krążku, łącznie 1040 oczek, zamiast 50 op. gumek po 20 oczek na krążku, łącznie 1000 oczek? **Ważne jest żeby ilościowo się zgadzało, konfiguracja jest nie istotna**

nr 94 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 655 op. ligatur po 22 oczek na gałązce, łącznie 14410 oczek, zamiast 600 op. ligatur po 24 oczek na gałązce, łącznie 14400 oczek? **Ważne jest żeby ilościowo się zgadzało, konfiguracja jest nie istotna**

nr 123 Czy Zamawiający wykreśli pozycję z przetargu? Nie ma takiego rozmiaru, a jeśli jest to bardzo niestandardowy (praktycznie nieużywany) rozmiar ograniczający konkurencję. **Wykreślamy**

nr 128 Czy Zamawiający wykreśli pozycję z przetargu? Nie ma takiego rozmiaru, a jeśli jest to bardzo niestandardowy (praktycznie nieużywany) rozmiar ograniczający konkurencję. **Wykreślamy**

nr 131 Czy Zamawiający ma na myśli miniimplanty tytanowe? Stalowe nie występują. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie miniimplantów tytanowych? **Wykreślamy**

nr 132 Czy Zamawiający wykreśli pozycję z przetargu? Aparat fotograficzny nie jest materiałem ortodontycznym. Dystrybutorzy materiałów ortodontycznych nie oferują aparatów fotograficznych. Pozycja niezgodna z kodem CPV określonym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. **Wykreślamy**

nr 133 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia nazwą własną wskazującą na konkretnego producenta. Czy zgodnie z prawem Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne np. GC experience metal Roth/mbt? Jeśli nie – czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności w przetargu przeniesie tę pozycję do pakietu VI? **Wykreślamy**

nr 146 Czy Zamawiający wykreśli pozycję z przetargu? Nie ma takiego rozmiaru, a jeśli jest to bardzo niestandardowy (praktycznie nieużywany) rozmiar ograniczający konkurencje. **Wykreślamy**

nr 161 Czy Zamawiający wykreśli pozycję z przetargu? Nie ma takiego rozmiaru, a jeśli jest to bardzo niestandardowy (praktycznie nieużywany) rozmiar ograniczający konkurencje. **Wykreślamy**

nr 32-44, 59-60, 66-75 Proszę o doprecyzowanie, czy ilość jest podana w sztukach czy w opakowaniach, zamki są najczęściej pakowane na pojedyncze zęby po 10szt. Jeśli Zamawiający ma na myśli sztuki, to czy Zamawiający dopuści odpowiednie przeliczenie ilości i zaoferowanie opakowań=10szt.? **Tak, chodziło o opakowania, proszę przeliczyć na opakowania, 1opakowanie = 10szt**

nr 78-79 Czy Zamawiający ma na myśli 18 opakowań wszystkich łącznie łuków? Czy każdego rozmiaru po 18? **Tak, jest podanych 6 różnych rozmiarów, z czego każdego poprosimy po 3 op. Czyli łącznie 18 opakowań**

nr 134-145 Łuki są pakowane po 10szt w jednym opakowaniu. Czy Zamawiający dopuści opakowanie zamiast jednej sztuki? **Tak**

nr 147-150 Łuki są pakowane po 5 szt. w jednym opakowaniu. Czy Zamawiający dopuści opakowanie zamiast dwóch sztuk? **Tak**

nr 151-160 Łuki są pakowane po 10 szt. w jednym opakowaniu. Czy Zamawiający dopuści opakowanie zamiast dwóch sztuk? **Tak**

Zamawiający dopuszcza górne pierścienie z podwójną rurką zamiast potrójnej