



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Łódź, dnia 08.04.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 28/TP/ZP/D/2024 – dostawy odczynników dla Pracowni Mikrobiologii

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. *Dotyczy Pakietu 2, poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z poziomami wykrywalności wynoszącymi 0,8 ng/ml dla antygeny GDH, 2 ng/ml dla toksyny A i 0,63 ng/ml dla toksyny B?*
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający podtrzymuje zapisy.
2. *Pakiet 3 Czy w pozycji 19 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży pakowanych po 20 płytek w opakowaniu zbiorczym?*
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego produktu.
3. *Pakiet 3 Czy w pozycji 41 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków pakowanych po 5 fiolek po 50 krążków w opakowaniu zbiorczym? Zamawiający będzie miał możliwość zamawiania pojedynczej fiołki.*
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego produktu.
4. *Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycjach 8,12,18,19,31 odstąpi od wymogu przedstawienia pozytywnej opinii KORLD, oraz dokumentów walidacyjnych potwierdzających odnośnie braku wpływu temperatury do 40 h podczas transportu?*
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.
5. *Dotyczy Pakietu nr 1 poz. O Adapter do płytek jednorazowych Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej liczby adapterów, nie można wylczyć adapterów do płytek jednorazowych na ilość oznaczeń. Konfekcjonowanie adapterów -1 szt. w opakowaniu.*
Odpowiedź: 4 szt.
6. *Dotyczy Pakietu nr 1 poz. P Zwracamy się z prośbą o wykreślenie poz. P -Probówka 8,5 ml z żelem oddzielającym Pakiet 1 to odczynniki do Malditof, probówka z żelem oddzielającym nie jest odczynnikiem do systemu Maldi Biotyper Sirius.*
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający podtrzymuje zapisy.
7. *Dotyczy Pakietu nr 1 poz. Q Zwracamy się z prośbą o wykreślenie poz. Q -Tonery do drukarki. Nie jest to odczynnik do systemu Maldi Biotyper Sirius, a element zużywalny do drukarki, który powinien być wyspecyfikowany w oddzielnym pakiecie.*
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający podtrzymuje zapisy.
8. *Pytanie nr 4 Dotyczy Pakietu nr 1 Poz. F, G i M Zwracamy się z prośbą o podanie konfekcjonowania poszczególnych pozycji, które na polskim rynku mogą występować w różnych wielkościach.*
Odpowiedź: F – 1 x 500 ml; G – 1 x 100 ml; M – 3x 2000 szt..
9. *Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty pkt.7 oraz § 3 ust. 3 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie strony www do samodzielnego pobierania kart charakterystyki.*
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający podtrzymuje zapisy.
10. *Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty pkt. 13 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez dopisanie „-o ile dotyczy” na końcu zdania. Nie wszystkie wyspecyfikowane produkty zostały sklasyfikowane przez producenta jako wyrób medyczny, w związku z czym nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych, oferowane są z 23% stawką podatku VAT.*
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

11. *Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 24h do 3 dni roboczych.*
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający podtrzymuje zapisy.
12. *Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 24h do 3 dni roboczych.*
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający podtrzymuje zapisy.
13. *Dotyczy § 8 ust. 1 ppkt. 1.4 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do 25 zł.*
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający podtrzymuje zapisy.
14. *Dotyczy § 8 ust. 1 ppkt. 1.1, 1.2, 1.4 wzoru umowy Prosimy o skorygowanie zapisów umowy. W § 8 ust. 1 ppkt. 1.1, 1.2, 1.4 Zamawiający powołuje się na zapisy, których nie przewidział w umowie - § 8 ust. 1.6 i 1.8.*
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.
15. *Dotyczy § 8 ust. 5 wzoru umowy Prosimy o usunięcie zapisów w związku z tym, że Zamawiający powołuje się na § 1 ust. 3, którego nie ma w umowie.*
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.
16. *Dotyczy § 8 ust. 5 wzoru umowy Prosimy o usunięcie zapisów w związku z tym, że Zamawiający powołuje się na § 1 ust. 3, którego nie ma w umowie. Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet 1 Aby precyzyjnie wyliczyć ilość oczekiwanych odczynników prosimy Zamawiającego o określenie:*
- Ile dni w tygodniu pracuje laboratorium / ile dni w tygodniu będzie użytkowany aparat Maldi Biotyper Sirius?
 - Czy Zamawiający zamierza korzystać z otrzymanej z aparatem płytki wielorazowej?
 - Czy Zamawiający do przygotowywania BTS i Martixa będzie korzystał z gotowego odczynnika standardowego z poz. B czy będzie go także przygotowywał samodzielnie?
 - W związku z, że z formularza cenowego wynika, że Zamawiający zamierza wykonać 15 000 badań identyfikacji w okresie trwania umowy zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, ile z tych identyfikacji będzie identyfikacją grzybów?
- Odpowiedź:** 6 dni / Zamawiający raczej nie będzie korzystał z płytki wielorazowej / Zamawiający planuje korzystać z gotowego odczynnika / ok 2000 identyfikacji grzybów.
17. *Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet 1 – pozycja P (Probówka 8,5 ml z żelem oddzielającym) W pozycji P Zamawiający wyspecyfikował probówkę 8,5ml z żelem separującym, zazwyczaj stosowaną do procedury szybkiego oznaczania lekowrażliwości z pozytywnej butelki krwi w posiadanym aparacie do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów– prosimy o podanie ilości badań jaką Zamawiający przewiduje wykonywać tą metodą?*
Odpowiedź: 2000.
18. *Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet 1 - pozycja P (Probówka 8,5 ml z żelem oddzielającym) Czy Zamawiający wymaga próbówki tego samego producenta co aparat, na którym będą wykonywane badania pozwalające przyspieszyć wyniki lekowrażliwości bezpośrednio z pozytywnej butelki krwi i tym samym wydać w krótszym czasie wynik lekowrażliwości w przypadku pacjentów septycznych.*
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania próbek firmy BD, do posiadanego aparatu do id i lekowrażliwości.
19. *Dotyczy pakietu 1 odczynniki do aparatu Malditof Czy w przypadku niedoszacowania oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia niedoszacowanej oferty. Dopuszczenie sytuacji, w której Wykonawca będzie musiał nieodpłatnie dostarczyć niedoszacowane odczynniki jest dopuszczeniem do nieuczciwej konkurencji, tylko właściwie oszacowane oferty będzie można porównać.*
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wskazanych w zmodyfikowanym załączniku nr 2 ilości.
20. *Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet 1 Wymienione w Formularzu asortymentowo-cenowym odczynniki i materiały zużywalne dostarczane są w pełnych opakowaniach handlowych, natomiast w zależności od procedur są wykorzystywane w różnych ilościach (sztuki, mililitry), dlatego dla przejrzystości formularza cenowego prosimy o możliwość jako j.m. w kolumnie 4 (Ilość „j.m.” potrzebna do wykonania określonej w kol. c ilości badań) podać ilość opakowań potrzebnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości oznaczeń, natomiast w kolumnie 5 (Ilość „j.m” w opakowaniu) podać wielkość oferowanego opakowania (sztuki lub mililitry dla odczynników płynnych).*
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pełnych opakowań, zaokrąglonych w górę.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

21. *Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet 1 Ze względu na określenie przez Zamawiającego ilości oznaczeń i konieczność wyciszczenia poszczególnych odczynników i materiałów zużywalnych prosimy o możliwość zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań w kolumnie 6 (Oferowana ilość opakowań odczynników/towaru).*
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pełnych opakowań, zaokrąglonych w górę.
22. *Dotyczy Rozdziału IV ust. 2 pkt. 4 a) SWZ, warunków udziału w postępowaniu. Prosimy o dopuszczenie w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej przedłożenia wykazu dostaw odczynników laboratoryjnych.*
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) **Zamawiający modyfikuje SWZ oraz treść załącznika nr 1 – Formularz oferty, załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy oraz treść załącznika nr 4 – wzór umowy (w załączeniu)**

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

Nowy termin składania ofert: 12.04.2024 r. godz. 08:15.

Nowy termin otwarcia ofert: 12.04.2024 r. godz. 08:40.

Nowy termin związania ofertą: do 11.05.2024 r.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 6 Prawa zamówień publicznych Zamawiający w dniu 08.04.2024 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie zmian.

Na podstawie art. 286 ust. 7 modyfikacja SWZ wraz z załącznikami zamieszczone zostają na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. WAM - CSW

ne
 mgr Anna Pieczyk