



Opole, 10.05.2024r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

OPOLSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Wacław Bortnik

**Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Nasz znak: WIW.DA.272.8.2024

Dot. sprawy nr: WIW.DA.272.8.2024

Pismo z dnia:

Dotyczy: zamówienia klasycznego, o wartości jest równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: **Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Serologii WIW w Opolu.**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

1. Pytanie

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (załącznik nr 1.2. do SWZ).
Czy Zamawiający oczekuje tacek z końcówkami, czy końcówek w statywach (pudełkach)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje samych tacek z końcówkami (bez pudełka) do pipet Eppendorf.

2. Pytanie

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (załącznik nr 1.2. do SWZ).
Czy końcówki mają być niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wykorzystywał końcówki do badań serologicznych metodą ELISA, nie PCR, tym samym Zamawiający **nie wymaga** filtra zapewniającego sterylność.

Uwzględniając udzieloną odpowiedź, w związku z art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert **pozostaje bez zmian**, tj. do dnia **15.05.2024 r.** do godz. **09:00**.

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.


Z up. Opolskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii

dr n. wet. Manfred Sabasch



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole
tel.: (centrala) 77 541 72 00, fax: 77 457 54 61, e-mail: wiw@wiw.opole.pl, wiw.opole.pl