



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
ul. Szpitalna 10, 64 - 400 Międzychód

NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301
Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel. 95 748 20 11
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl e-mail: 3000310@zoz.org.pl
www.spzoz-miedzychod.com.pl

AG/ZP-02/2023

Międzychód 08.02.2023r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na:
dostawę gazów medycznych wraz z dostawą zbiornika
i osprzętem do magazynowania ciekłego tlenu medycznego,
ciekłego azotu, butli z tlenem medycznym

SPZOZ Międzychód informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniem do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Prosimy o możliwość złożenia odrębnej oferty (osobne zadanie) na dostawę ciekłego azotu, dzierżawę poj. 230l i transport (Załącznik nr 3 -formularz asortymentowo-cenowy) Lp. 12,13,14.

Umożliwi to nam złożenie oferty i wszystkim potencjalnym dostawcom znacznie lepszej propozycji cenowej w ogólnym rozliczeniu wszystkich gazów. Nadmieniamy, że w naszej ofercie jest ciekły azot medyczny, który spełnia wysokie wymagania jakościowe wraz ze wszystkimi certyfikatami.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do powyższego postępowania wracamy się z zapytaniem czy wyrazicie Państwo zgodę na wydzielenia trzech ostatnich pozycji załącznika cenowego w postaci (12-ciekłego azotu medycznego, 13-dzierżawy zbiornika oraz 14 -stawki transportu) oraz stworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Proszę o sprecyzowanie czy formularz ofertowy oraz stosowne oświadczenia mogą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poza wyszczególnionymi możliwościami: „Niniejsze oświadczenia, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.

Odpowiedź: Jak w SWZ. Rozdział XI SWZ.

Pytanie nr 4

Prosimy o zmianę w specyfikacji zamówienia punkt 5 z: „W przypadku gazów medycznych będących wyrobem medycznym muszą być one dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 974), asortyment musi posiadać znak CE” na: „W przypadku gazów medycznych będących wyrobem medycznym muszą być one dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 974), asortyment musi posiadać znak CE lub w ustawie z 06 września 2001 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”. Wyroby medyczne zarejestrowane zgodnie z ustawą z 06 września 2001r. są dopuszczone do obrotu w okresie przejściowym do momentu zmiany MDD na MDR wprowadzony do prawa polskiego Ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Rozdział IV SWZ.

Pytanie nr 5

Prosimy o zmianę w umowie §1 ustęp 7 z: „Zainstalowany przez Wykonawcę przedmiot dzierżawy stanowi własność Wykonawcy i zostanie wydany Wykonawcy w terminie do 20 dni licząc od dnia wygaśnięcia umowy. Koszty demontażu i transportu ponosi Wykonawca”, na: „ „Zainstalowany przez Wykonawcę przedmiot dzierżawy stanowi własność Wykonawcy i zostanie wydany Wykonawcy w terminie do 20 dni licząc od dnia wygaśnięcia umowy. Koszty demontażu i transportu ponosi Zamawiający”.

Odpowiedź: Jak w SWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o zmianę w umowie §14 ustęp 2 z: „Kary umowne będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

a) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: - za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 pkt 1, w wysokości 0,2% ceny, o której mowa w §2 pkt1, za każdy dzień zwłoki; - za odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10% ceny, o której mowa w §2 pkt1. Air Products Internal Use Only

b) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie przez WYKONAWCĘ od Umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10% ceny, o której mowa w §2 pkt1,

na : „Kary umowne będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

a) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: - za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 pkt 1, w wysokości 0,2% ceny, niewykorzystanej wartości umowy brutto, o której mowa w §2 pkt1, za każdy dzień zwłoki; - za odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10% ceny, niewykorzystanej wartości umowy brutto, o której mowa w §2 pkt1.

b) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie przez WYKONAWCĘ od Umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10% ceny, niewykorzystanej wartości umowy brutto, o której mowa w §2 pkt1. Kary umowne nie powinny być naliczone od prawidłowo wykonanej części zamówienia.

Odpowiedź: Jak w SWZ.

Pytanie nr 7

Prosimy o zmianę §2 ustęp 6, z: „Zmniejszenie ilości zamawianego towaru nie może powodować zmniejszenia wartości umowy w zakresie powyżej 40%. Zmniejszenie to może wynikać z braku zapotrzebowania na dany przedmiot zamówienia w związku z ilością hospitalizowanych pacjentów i zastosowanych procedur medycznych” na: „ Zmniejszenie ilości zamawianego towaru nie może powodować zmniejszenia wartości umowy w zakresie powyżej 20%. Zmniejszenie to może wynikać z braku zapotrzebowania na dany przedmiot zamówienia w związku z ilością hospitalizowanych pacjentów i zastosowanych procedur medycznych.” Zmiana analogiczna do wartości procentowej wskazanej w §2 ustępie 8.

Odpowiedź: Jak w SWZ.

Pytanie nr 8


Prosimy o zmianę w Umowie §5 ustęp 4 na właściwy zapis, ponieważ postępowaniem objęte są wyroby medyczne oraz produkty lecznicze.

Odpowiedź: TAK – Zamawiający zmieni na właściwy zapis.

Pytanie nr 9

Prosimy o zmianę zapisu w Umowie §6 ustęp 12 z: „Do każdej dostawy zostaną dołączone wyniki badań czystości gazu – świadectwo kontroli jakości.” Zgodnie z prawem polskim nie ma takiego wymogu dla gazów w butlach. Dla ciekłego azotu wymagany jest certyfikat analizy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmieni zapis.

DYREKTOR
SPZOZ Międzybórz

mgr Bartosz Grobelny