



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 28.03.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE (niesterylne)**.

Nr postępowania: **ZP/8/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy Pakietu nr 15** - Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy 2,4 mm.
Zamawiający dopuszcza.
- Dotyczy Pakietu nr 19** - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o końcówce dystalnej temperowanej ze śr. 2,3 mm do 1,67 mm.
Zamawiający dopuszcza.
- Dotyczy Pakietu nr 19** - Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczyków jednorazowego użytku z rękojeścią z tworzywa sztucznego trwale połączoną ze spiralą za pomocą przegubu z tworzywa sztucznego, korpus kleszczyków pokrywany na całej długości tworzywem sztucznym, średnica 2,3 mm, długość robocza 230 cm.
Zamawiający dopuszcza.
- Dotyczy Pakietu 6, pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie golarki medycznej z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- Dotyczy Pakietu 6, pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- Dotyczy Pakietu 7, pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie golarki medycznej bez paska nawilżającego?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- Dotyczy Pakietu 7, pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- Dotyczy Pakietu 8, pozycja 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski pakowanej a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- Dotyczy Pakietu 9, pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zgodnie z zapisami SWZ.

- 10. Dotyczy Pakietu 12, pozycja 1, 2, 4, 5**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- 11. Dotyczy Pakietu 12, pozycja 3** – Czy Zamawiający ma na myśli fartuch będący wyrobem medycznym, przeznaczony do stosowania przez personel medyczny podczas wykonywania procedur medycznych lub przez odwiedzających, nie wymagających rozwiązań jałowych jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych?
Tak.
- 12. Dotyczy Pakietu 12, pozycja 3, 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- 13. Dotyczy Pakietu 12, pozycja 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o wymiarach 100 x 200 cm?
Zamawiający dopuszcza.
- 14. Dotyczy Pakietu 12, pozycja 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o wymiarach 90 x 220 cm?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 15. Dotyczy Pakietu 12, pozycja 4**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z włókniny polipropylenowej laminowanej folią?
Zamawiający dopuszcza.
- 16. Dotyczy Pakietu 12, pozycja 4**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 80 cm?
Zamawiający dopuszcza.
- 17. Dotyczy Pakietu 12, pozycja 4**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety jałowej?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 18. Dotyczy Pakietu 13, pozycja 2**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w rozmiarze uniwersalnym (dł. 110 cm, szer 140 cm)?
Zamawiający dopuszcza.
- 19. Dotyczy Pakietu 13, pozycja 2**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli wkładanej przez głowę?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 20. Dotyczy Pakietu 13, pozycja 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ.
- 21. Dotyczy Pakietu 18, pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- 22. Dotyczy Zadania 6 poz. 1** - Czy zamawiający dopuści opakowanie po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem ?
Zamawiający dopuszcza.
- 23. Dotyczy Zadania 7 poz.1** - Czy zamawiający dopuści maszynkę do golenia na sucho i mokro z podwójnym ostrzem i grzebień zapobiegającym zapychaniu się maszynki?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 24. Dotyczy Zadania 12 poz. 2** - Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 210x80 niesterylne, wykonane z włókniny SMS o gramaturze 40g/m2?

Zgodnie z zapisami SWZ.

- 25. Dotyczy Zadania 13 poz. 1** - Czy zamawiający dopuści ubranie ochronne w rozmiarach S-XXL z materiału SMS o gramaturze 40g/m², kolor niebieski, składające się z spodni z gumką, bluzy z krótkim rękawem z dekoltem V, antystatyczny, oddychający, odporny na rozciąganie i penetrację cieczy?
Zamawiający dopuszcza.
- 26. Dotyczy Pakietu 19 pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom łukowy trójkanałowy z końcówką dystalna taperowaną średnicy 2.2 do 2.7 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
- 27. Dotyczy Pakietu 19 pozycja 3 i 4** - Czy Zamawiający dopuści przewodniki pakowane w okrągłe plastikowe opakowanie bez portu do płukania? Pozostałe parametry bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
- 28. Dotyczy Pakietu 19 pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o dużym rozwarciu łyżeczek 8mm i średnicy osłonki 2.3 m
Zamawiający dopuszcza.
- 29. Dotyczy Pakietu 12 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 60 x 90 cm?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 30. Dotyczy Pakietu 12 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści podkład - Włóknina PP, PE /pulpa celulozowa?
Zamawiający dopuszcza.
- 31. Dotyczy Pakietu 12 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 90 x 80 cm?
Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ.
- 32. Dotyczy Pakietu 12 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 220cm?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 33. Dotyczy Pakietu 12 poz. 5** - Czy Zamawiający oczekuje serwetę na stół operacyjny z wkładem chłonnym?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 34. Dotyczy Pakietu 12 poz.5** - Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny w rozmiarze 101 x 225cm?
Zamawiający dopuszcza.
- 35. Dotyczy Pakietu 13 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMMS?
Zamawiający dopuszcza.
- 36. Dotyczy Pakietu 13 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści -Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju)
Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości)
Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g?
Zamawiający dopuszcza.
- 37. Dotyczy Pakietu nr 19** - Czy Zamawiający, w ramach konkurencyjności ofert wydzieli z pakietu nr 19 pozycję nr 3?
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 38. Dotyczy Pakietu nr 19** - Czy Zamawiający, w ramach konkurencyjności ofert wydzieli z pakietu nr 19 pozycję nr 4?
Zamawiający nie wyraża zgody.

- 39. Dotyczy Pakiet nr 12, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60 cm x 90 cm?
Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 40. Dotyczy Pakiet nr 12, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny zawierający pulpę celulozową i superabsorbent, pokryty z wierzchu włókniną polipropylenową a od spodu folią PE, w rozmiarze 60 cm x 90 cm?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 41. Dotyczy Pakiet nr 13, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?
Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Zamawiający dopuszcza.
- 42. Dotyczy Pakiet nr 13, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści koszulę pakowaną w opakowanie jednostkowe 10 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Zamawiający dopuszcza.
- 43. Dotyczy Pakietu 8, poz. 1** - Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?
Zamawiający dopuszcza.
- 44. Dotyczy Pakietu 12, poz. 3**
- 1) Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Zamawiający nie wyraża zgody.
 - 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
 - 3) Czy Zamawiający oczekuje produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych?
Tak.
- 45. Dotyczy zapisów SWZ:**
- 1) Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Zamawiający nie wymaga.
 - 2) Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?
Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Zamawiający nie wymaga.
- 46. Dotyczy Umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar:**
- § 8**
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- b) za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;
 - c) za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy);
2. Jeżeli szkoda Zamawiającego, spowodowana okolicznościami stanowiącymi podstawę naliczenia kar umownych, przewyższa wysokość naliczonych kar, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 1 ust. 2 umowy.
- Zamawiający nie wyraża zgody.**

47. Dotyczy Parametry Techniczne:

- 1) **Pakiet nr 5, Poz. 2** (Rękawy papierowo-foliowe bez fałdy)
Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 2) Czy Zamawiający wymaga, aby kierunek otwierania był widoczny od strony folii? Pozwoli to w łatwy i szybki sposób otworzyć dany pakiet, gdyż od strony folii znajdują się wszystkie informacje, m.in. rozmiar oraz wymagane normy oraz nr serii.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 3) **Pakiet 5, Poz.3** (Rękawy papierowo foliowe z fałdą)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów z fałdą w rozmiarze fałdy +/- 10mm?
Zamawiający wyraża zgodę.
- 4) **Pakiet 5, poz. 1** (Krepowany papier zielony)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier krepowany w rozmiarze 50x50 pakowany po 750 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Zamawiający wyraża zgodę.
- 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier krepowany w rozmiarze 60x60 pakowany po 750 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Zamawiający wyraża zgodę.
- 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier krepowany w rozmiarze 75x75 pakowany po 348 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Zamawiający wyraża zgodę.
- 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier krepowany w rozmiarze 90x90 pakowany po 252 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Zamawiający wyraża zgodę.
- 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier krepowany w rozmiarze 100x100 pakowany po 252 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Zamawiający wyraża zgodę.
- 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier krepowany w rozmiarze 120x120 pakowany po 126 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Zamawiający wyraża zgodę.

48. Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?
Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem wskazania w nim czynności, do których jest umocowany Pełnomocnik.

- 49. Dotyczy § 5, ust. 1, pkt. 2):** Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować podany paragraf w następujący sposób: „2) Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia, pod warunkiem, iż suma dwóch kolejnych kwartalnych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w stosunku do poprzednich okresów kwartalnych, wynikających z komunikatów Prezesa GUS ogłaszanych na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2023.1251 tj. z dnia 2023.06.30 ze zm..) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i przypadających na okres realizacji umowy przekroczy poziom **5 %**;”?
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 50. Dotyczy § 5, ust. 1, pkt. 8):** Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować podany paragraf w następujący sposób: „8) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów, wynosi **10 %** liczona od wartości pierwotnej wynagrodzenia”?
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 51. Dotyczy § 13, ust. 2:** Czy Zamawiający zgodzi się dodać do wzoru umowy „chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczony towar przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie dotychczasowej treści § 13 ust. 2 wzoru umowy może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 13 ust. 2 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana na podstawie np. art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 52. Dotyczy pak. 5, poz. 1:** Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie do oceny opakowania A'5, zamiast A'500? Próbką wyrobu będzie się różnić od wyrobu oferowanego w postępowaniu jedynie ilością arkuszy w opakowaniu. Dostarczona ilość pozwoli na ocenę jakości wyrobu według kryteriów określonych przez Zamawiającego w SWZ.
Zamawiający wyraża zgodę.
- 53. Dotyczy pak. 5, poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 1 200 x 1 200 mm w opakowaniu A'100 zamiast A'250 z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?
Zamawiający wyraża zgodę.
- 54. Dotyczy pak. 5, poz. 3:** Zamawiający określił w SWZ wymagania dot. próbek do pakietu nr 5 w następujący sposób: „- po 1 szt. (wybrany rozmiar) z pozycji 1, 2, 3”. W formularzu cenowym w poz. 3 znajdują się rękawy papierowo-foliowe z fałdą oraz włóknina. Czy wobec tego zamawiający wymaga w poz. 3 jednej próbki do wybranego rozmiaru rękawów i jednej próbki do wybranego rozmiaru włókniny?
Zamawiający wymaga.
- 55. Dotyczy pak. 5, poz. 2-3:** Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie do oceny rękawy długości 5 m, zamiast 200 m? Próbką wyrobu będzie się różnić od wyrobu oferowanego w postępowaniu jedynie długością rolki. Dostarczona ilość pozwoli na ocenę jakości wyrobu według kryteriów określonych przez Zamawiającego w SWZ.
Zamawiający wyraża zgodę.
- 56. Dotyczy pak. 5, poz. 3:** Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie do oceny włókniny w opakowaniu A'5, zamiast opakowań podanych w formularzu asortymentowo-cenowym? Próbką wyrobu będzie się różnić od wyrobu oferowanego w postępowaniu jedynie ilością arkuszy w opakowaniu. Dostarczona ilość pozwoli na ocenę jakości wyrobu według kryteriów określonych przez Zamawiającego w SWZ.
Zamawiający wyraża zgodę.

- 57. Dotyczy pak. 5, poz. 3 (rękawy papierowo-foliowe z fałdą):** Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe z fałdą w następujących rozmiarach:
- 100 mm x 40 mm zamiast 100 mm x 50 mm; **Zamawiający dopuszcza**
 - 250 mm x 60 mm zamiast 250 mm x 65 mm; **Zamawiający dopuszcza**
 - 300 mm x 6 mm zamiast 300 mm x 65 mm; **Zamawiający nie wyraża zgody, ale dopuszcza rozmiar 300 mm x 60 mm**
- 58. Dotyczy pak. 5, poz. 3 (włóknina):** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie włókniny w opakowaniach o innej ilości arkuszy, niż podane w formularzu asortymentowo cenowym, z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?
Zamawiający wyraża zgodę.
- 59. Dotyczy pak. 5, poz. 3 (włóknina):** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie włókniny rozmiarze 60 cm x 60 cm zamiast 50 cm x 50 cm?
Zamawiający wyraża zgodę.
- 60. Dotyczy pak. 12, poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści serwety z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, zamiast włókniny celulozowej laminowanej folią? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Zamawiający dopuszcza.
- 61. Dotyczy pak. 12, poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści serwety z włókniny polipropylenowej podfoliowane na stół operacyjny rozm. 90 x 220 cm?
Zamawiający dopuszcza.
- 62. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 11 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar z terminem ważności nie krótszym niż 10 m-cy od dnia dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności”?
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 63. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 12 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną. Czas rozpatrzenia reklamacji strony określają na maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia.”
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 64. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia.”
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 65. Dotyczy warunków umowy § 3 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze bądź będzie realizował dostawy w formie: za pobraniem.”
Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 pkt. a, b, c - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Zamawiający nie wyraża zgody.

67. Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 tj. z dnia 2022.06.29, ze zm.) zwaną w dalszej części umowy „k.c.”. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Dotyczy Pakietu Nr 19 - Z uwagi na opisy, które w poprzednich latach dotyczyły narzędzi wielorazowego użytku, prosimy o dopuszczenie narzędzi o zbliżonych parametrach tj.:

- w poz. 1 pętli o śr. 10, 15, 25 i 35 mm (zamiast 20, 25, 35 mm) bez portu do płukania,
- w poz. 2 sfinkterotomów trzykanałowych, dł. cięciwy 20 mm, końcówka dystalna temperowana ze śr. 2,55 mm do 2,1 mm,
- w poz. 3 i 4 przewodników z giętką końcówką 50 mm,
- w poz. 5 kleszczyków ze standardowym szlifem, śr. 2,3 mm.

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/903603>