

Poznań, dnia 12.07.2021  
EZ/350/25/2020/444

**Wg rozdzielnika - do wszystkich uczestników i zainteresowanych**  
**Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylnego- tryb podstawowy**  
**25/2021**

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiotowym postępowaniu:

**PYTANIE**

**Pakiet 6**

Prosimy o dopuszczenie kołder o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierny dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator - system mocowania za pomocą velcro

Prosimy o dopuszczenie kołdry wielodostępowej o wymiarach 195x100 cm

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, z zachowaniem pozostałych nie opisanych parametrów.

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska