

Tarnów, dnia 22.04.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK. ¹¹³ /20

Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE 1 Zakres nr 1, pozycja 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 2 Zakres nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów wykonany z PCV bez lateksu i bez ftalanów?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 3 Zakres nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji krwi wykonany z PCV bez lateksu i bez ftalanów?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 4 Zakres nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe skalowane co 0,05 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE 5 Zakres nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli strzykawki tuberkulinowe do oddzielnego zadania gdyż opisany asortyment w oczekiwanej ilości znacząco ogranicza konkurencyjność oferty?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 6 Zakres nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 3 ml, skalowane co 0,1 ml, z pojedynczą skalą pomiarową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 7 Zakres nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki Luer 20 ml, pakowane w opakowaniu a'50 sztuk z przeliczeniem opakowań?

Odp. Tak dopuszcza.

PYTANIE 8 Zakres nr 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki Luer 50ml ze stożkiem umieszczonym centrycznie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 9 Zakres nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający w miejsce igieł w rozmiarze 0,45x15 dopuści igły w rozmiarze 0,45x12, pozostałe parametry i rozmiary zgodne z SIWZ?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 10 Zakres nr 4

Czy Zamawiający pisząc „wszystkie rozmiary od jednego producenta” ma na myśli pozycje nr 1 i 2 z Zakresu nr 4?

Odp. Zamawiający wymaga wszystkich pozycji igieł od jednego producenta.

PYTANIE 11 Zakres nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 3ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 12 Zakres nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml, skalowane co 0,5 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 13 Zakres nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe Luer-Lock 50 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE 14 Zakres nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia w rozmiarze CH4-CH10, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 15 Zakres nr 13, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie jest procentowe zapotrzebowanie na cewniki do karmienia (rozmiar CH12 i CH14)?

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. W zależności od zapotrzebowania na dany cewnik z podanej ilości.

PYTANIE 16 Zakres nr 13, pozycja 2-7

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zmrożonej powierzchni z atraumatyczną, lekko zaokrągloną zamkniętą końcówką i czterema otworami bocznymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 17 Zakres nr 13, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena w rozmiarach CH16, 18, 20, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 18 Zakres nr 14, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z dwoma otworami drenującymi, sterylizowane tlenkiem etylenu, w opakowaniu podwójnym – wew. folia-folia, zew. papier-folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 19 Zakres nr 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya o pojemności balonu 30 ml dla rozmiaru CH18, CH20?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 20 Zakres nr 14, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE 21 Zakres nr 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych za opakowanie a'100 z przeliczeniem opakowań?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 22 Zakres nr 25, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniu a'90 sztuk z przeliczeniem opakowań?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 23 Zakres nr 25, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę zatyczek do kieliszków w opakowaniu a'90 z przeliczeniem opakowań?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 24 Zakres nr 25, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych tylko w kolorze białym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 25 Zakres nr 25, pozycja 11-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE 26 Zakres nr 31, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści sterylizowany zestaw do lewatywy o pojemności 1750ml skalowany linearnie co 100ml i cyfrowo co 200ml z drenem o długości 150cm zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 27 Zakres nr 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o

pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE 28 Zakres nr 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 29 Zakres nr 35, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane wieszaki do worków na mocz były zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Odp. Zamawiający nie oczekuje aby wieszaki na mocz były zarejestrowane jako wyrób medyczny ale dopuszcza.

PYTANIE 30 Zakres nr 35, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do zbiórki moczu w opakowaniu a'100 sztuk z przeliczeniem opakowań?

Odp. Tak dopuszcza.

PYTANIE 31 Zakres nr 35, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 32 Zakres nr 35, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie nie będzie ograniczało konkurencyjności do jednej firmy, a Zamawiającemu zapewni korzystniejsze cenowo rozwiązania?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE 33 Zakres nr 69, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu opłucnej z trokarem i łącznikiem do podłączenia drenu, z rozmiarem na samym drenie i na uchwycie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 34 Zakres nr 100, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 0-5, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 35 Zakres nr 102, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stazy uciskowe bezpudrowe perforowane co 45cm, w opakowaniach a'25 sztuk z przeliczeniem opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE 36 Zakres nr 111, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x120x250 z przeliczeniem opakowań, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 37 Zakres nr 111, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 216x20, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 38 Zakres nr 111, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106x25, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

PYTANIE 39 Zakres nr 111, pozycja 6, 15, 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE 40 Zakres nr 117, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odp. Tak dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza
SP ZOZ w Tarnobrzegu

lek. med. Piotr Skrabisz

R
K

