



Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako „ustawy Pzp”, pn. **„Dostawa sprzętu fizjoterapeutycznego do Centrum Rehabilitacji”** Znak sprawy: SZPZLO/Z-28/2023.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami wprowadzonymi do SWZ.

Pytanie nr 1.

Poz. 2 – Leżanka lekarska drewniana 1. Czy Zamawiający dopuści leżankę drewnianą o wymiarach wysokość 70 cm, szerokość 65 cm, długość 185 cm? Pozostałe parametry wg OPZ
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2.

Poz. 3 – Taboret/krzesło siodłowe z oparciem

1. Czy Zamawiający dopuści krzesło siodłowe z oparciem z regulacją wysokości w zakresie 52 – 72 cm ? Taboret posiada odporną tapicerkę So Skin w kolorze szarym. Solidna i wytrzymała tapicerka o charakterystycznej fakturze przypominającej naturalną skórę groszkowaną. Wykonana z materiału typu PU. Odporna na zabrudzenia, działanie olejków i środków do dezynfekcji. Kolor tapicerki zachowuje swoją intensywność przez wiele lat.

2. Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości w zakresie 59 – 78 cm ? Pozostałe parametry wg OPZ.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3.

Poz. 4 – Taboret/Krzesło siodłowe bez oparcia 4. Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości w zakresie o max. dopuszczalnym obciążeniu 120 kg ? Pozostałe parametry wg OPZ

Odpowiedź i zmiana: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika 1.3 do SWZ dla poz. 4 w pkt II.6 nadając mu aktualne brzmienie „Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg.”

Pytanie nr 4.

Poz. 5 – Stół rehabilitacyjny pięcio – sekcyjny 5. Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny pięcio – sekcyjny o max. obciążeniu 250 kg ? Pozostałe parametry wg OPZ.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.



Pytanie nr 5.

Poz. 6 – Stół rehabilitacyjny dwu – sekcyjny 6. Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny, który posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie 45 – 95 cm oraz max. obciążeniu 250 kg ? Pozostałe parametry wg OPZ.

Odpowiedź i zmiana: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika 1.3 do SWZ dla poz. 6 w pkt II.1 nadając mu aktualne brzmienie „*Elektryczna regulacja wysokości w zakresie min.: od 47 do 95 cm.*”

Ponadto Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert i zmienia treść SWZ zgodnie z poniższym:

w rozdz. XXIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. *Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26.07.2023 r. do godz. 10:00*”

w rozdz. XXIV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2023 r. o godz. 10:15.*”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

ZATWIERDZONA PRZEZ
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer