

Tarnów, dnia 04.05.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK. /20

**Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej do tuberkuliny 1ml, bezpiecznej z fabrycznie wmontowaną igłą i zintegrowanym zamknięciem zabezpieczającym z mechanizmem zatraskowym, chroniącym przed zakłuciem igłą w rozmiarze 27G 0,4x13mm.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki trzyczęściowej do tuberkuliny 1ml, bezpiecznej z fabrycznie wmontowaną igłą i zintegrowanym zamknięciem zabezpieczającym z mechanizmem zatraskowym, chroniącym przed zakłuciem igłą w rozmiarze 26G 0,45x10mm.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3-6:**

Czy Zamawiający wymaga strzykawek o skali rozszerzonej o minimum 20%? Strzykawki o większym rozszerzeniu mają szersze zastosowanie, gdyż pozwalają na pobór większej ilości wstrzykiwanego roztworu niż pojemność skali nominalnej, co przekłada się na szersze zastosowanie poszczególnych pojemności strzykawek, a co za tym idzie na oszczędności Szpitala.

**Odp. Zamawiający nie wymaga strzykawek o skali rozszerzonej.**

**Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3-6:**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci podwójnej kryzy na korpusie?

**Odp. Zamawiający nie wymaga tego typu zabezpieczenia, ale dopuszcza**

**Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 7:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50ml z rozszerzeniem do 60ml z końcówką cewnikową, stożek umieszczony centralnie, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier

**Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawkę 60ml skalowaną co 1 ml na całej długości. Nie dopuszcza zmiany położenie stożka.**

**Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igieł iniekcyjnych w rozmiarach: 0,45x16/ 0,40x12/ 0,5x25/ 0,6x30/ 0,7x40/ 0,8x40, pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igieł iniekcyjnych w rozmiarach: 0,45x12/ 0,40x18/ 0,5x25/ 0,6x25/ 0,6x30/ 0,7x40/ 0,8x40, pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 12 poz. 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przepływów:

22G przepływ min. 40 ml/min

20G przepływ min. 67 ml/min

18G przepływ min. 103 ml/min

17G przepływ min. 133 ml/min

16G przepływ min. 236 ml/min

14G przepływ min. 270 ml/min

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ**

**Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 12 poz. 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przepływów:

22G przepływ min. 40 ml/min

20G przepływ min. 54 ml/min

18G przepływ min. 80 ml/min

17G przepływ min. 125 ml/min

16G przepływ min. 180 ml/min

14G przepływ min. 270 ml/min

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli bezpiecznej do punkcji obwodowych naczyń tętnicznych wprowadzana po igle, w rozmiarze 20G 1,0mm x 45mm.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 25 poz. 7:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków w opakowaniach A.80 szt., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ i przeliczenia wymaganej**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

**Odp. Zgodnie z § 2 ust.9 Projektu Umowy (zał nr 3).**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Odp. Zgodnie z § 2 ust.9 Projektu Umowy (zał nr 3).**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odp. Zgodnie z § 2 ust.3 Projektu Umowy (zał nr 3).**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Łamowie

*Anna Czech*

*[Handwritten signature]*

