



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC  
WE WROCLAWIU  
53-439 WROCLAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06  
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295  
strona internetowa: www.dcchp.pl  
e-mail: dcchp@dcchp.pl  
L.Dz. *DF/1503/2021*

Wrocław 5.11.2021 r.

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ - sprawa BZP 3810.72.2021. JU**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa produktów medycznych dla Bloku Operacyjnego z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, na podstawie art. 135 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ.

**GRUPA 1**

**Pakiet 1, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

**Pakiet 1, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

**Pakiet 7, poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,082 mm i na dłoni min. 0,061 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

**Pakiet 7, poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie rękawic w opakowaniach 200 szt.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 7, poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie rękawic tylko w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

**GRUPA 2**

**Dotyczy pakiet 5**

czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03 mm, mankiet: 0,15±0,03 mm, długość min 285mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 20 µg/g (wg EN 455-3)- badania z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe

zewewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

**Dotyczy pakiet 5** – czy Zamawiający dopuści Rękawice sterylne, lateksowe, bezpydrowe, polimeryzowane wewnątrz w technologii Dermashield (silikonowane, pokryte poliuretanem), teksturowane na palcach i dłoni, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet z prostym zakończeniem i opaską lepłą zapobiegającą zsuwaniu się, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,02 mm, na dłoni 0,20±0,02 mm, mankiecie:0,18±0,02, długość min. 285mm, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych- max 50µg/g, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5- potwierdzone testem FitKit, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN 420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne na min 15 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Dotyczy pakiet 6** – czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpydrowe, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, teksturowane, kolor kremowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu: 0,14mm, na dłoni: 0,13mm, mankiecie:0,14mm, długość min. 300mm, AQL max 0,65, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5-piktogramy na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, przebadane na min 20 substancji chemicznych wg EN ISO 374, w tym jodopowidon 10%, glukonian chlorheksydyny 4%, formaldehyd 37%, kwas nadoctowy 39% - min 4 poziomie odporności, 70% etanol i 75% izopropanol- poziom min 1, zgodne z EN 420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, odporne na min 25 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

**GRUPA 3**

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści wycenę opakowań x 50szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

2/ Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 1,2,3 dopuści wycenę rękawic o grubości na palcu 0,09mm, grubości na powierzchni dłoni 0,06mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 1,2,3 dopuści wycenę fartucha o długości L – 140cm, XL – 150cm, XXL – 160cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4/ Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 1,2,3,4 dopuści wycenę fartucha o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocnionego warstwą włókniny i PE o grubości 47g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

**GRUPA 4**

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny SMMS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 40 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet 2 poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet 2 poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w włókniny SMMMS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar M- długość 115 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar L- długość 127 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar XL- długość 135 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar XXL- długość 140 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści maski mocowane za pomocą gumek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

**GRUPA 5**

**Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompletu chirurgicznego nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ: włóknina o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, bluza z krótkim rękawem, dekolt w kształcie litery V wykończony białą lamówką, 2 kieszenie w dolnej części bluzy

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

**Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic chirurgicznych minimalnie różniących się od opisanych w SWZ: powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana (ułatwiająca założenie), grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,22 (+/- 0,01)mm, na dłoni 0,21 (+/- 0,01)mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

**Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic nitrylowych nieznacznie różniących się od opisanych w SWZ: grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,07mm, na dłoni min. 0,06mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

*Lidia Malicka*

