

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 12.04.2023 r.

Sprawa ZP/08/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na : „*zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów*” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr 2023/BZP 00167553/01 z dnia 06.04.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Dotyczy pakietu nr 6 (odczynniki do elektroforezy białek - aparat Beckman)
- czy Zamawiający dopuści stabilność buforu po rozcieńczeniu minimum 2 miesiące?
Odpowiedź: Tak.
2. Dotyczy pakietu nr 6 (odczynniki do elektroforezy białek - aparat Beckman)
- czy Zamawiający dopuści objętość barwnika po rozcieńczeniu minimum 700ml?
Odpowiedź: Tak.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec

Piotr Kollowski