

Bielsko-Biała dn.28.08.2023 r.

DZP.271.32.2023 - 10

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.32.2023**

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Pakiet nr 23

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł z ostrzem igły zakończonym metalowym pierścieniem stabilizującym pracę igły i możliwość jej wyginania.  
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.
2. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, typ ząb szczura, przedłużony ząb szczura z zębem aligatora szczypiec, o szerokości rozwarcia ramion 7,0 mm i 8 mm (odpowiednio), średnica narzędzia 2,4 mm.  
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.
3. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,3 mm.  
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający dopuści również zaoferowanie pętli o średnicy 2,3 mm, pod warunkiem że spełni ona pozostałe zapisy SWZ.
4. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli przeznaczonych do resekcji zmian płaskich, plecionych z drutu 0,4 mm, z dodatkowym oplotem w formie spirali zwiększającym tarcie, średnica osłonki 2,3 mm, średnica pętli 20 lub 25 mm (do wyboru).  
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.
5. Czy Zamawiający w pozycji 7 i 8 dopuści zaoferowanie pętli plecionych z drutu o średnicy 0,3 mm lub 0,4 mm, średnica otwartej pętli 10, 15, 20, 25, 30 i 35 mm, średnica osłonki 2,3 mm, maksymalna długość oczka pętli 45 mm.  
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający dopuści również powyżej opisane pętli, pod warunkiem że spełnią one pozostałe zapisy SWZ.
6. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2300 mm.  
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyżej opisanych szczotek, pod warunkiem że spełnią one pozostałe zapisy SWZ.
7. Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.  
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyżej opisanych szczotek, pod warunkiem że spełnia one pozostałe zapisy SWZ.

8. Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie klipsownicy ładowanej, dostarczanej z trzema klipsami do dołączenia do klipsownicy, średnica klipsownicy 2,72 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni (do wyboru), klipsownica obrotowa, bez mechanizmu wielokrotnego przymknięcia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

9. Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o otwarciu 30 mm i długości 60 mm oraz o otwarciu 45 mm i długości 75 mm, średnica narzędzia 2,3 mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

10. Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie koszy o nitalowym rdzeniu i stalowym rdzeniu, w rozmiarze 20 x 40 mm i 30 x 60 mm, kosze w osłonce PTFE, średnica narzędzia 3,4 mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyżej opisanego kosza, pod warunkiem że spełni on pozostałe zapisy SWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymorgen