



Łódź, 30. 12. 2022r.

WSSz - NZP – 795 / 22

**Uczestnicy postępowania przetargowego  
na usługę dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z  
udostępnieniem butli i dzierżawą zbiorników ciekłego tlenu  
w ramach zamówienia wspólnego dla uczestników Grupy  
Zakupowej  
(postępowanie ZP 4/ZG/22)**

I. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie 1**

Dotyczy Załącznik nr 2 Formularz cenowy pakiet nr 8 pozycja 1

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego o potwierdzenie czy miała miejsce oczywista omyłka pisarska ponieważ w butlach 11 litrów znajduje się 3,23 m<sup>3</sup> mieszaniny. Świadczy o tym fakt, że ilość butli została poprawnie przeliczona przez Zamawiającego.

**Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji formularza cenowego (zał. nr 2) i załącznika ilości indywidualnych (zał. nr 6). Zmodyfikowane załączniki zostaną udostępnione w dniu 02. 01. 2023r.**

**Pytanie 2**

Dotyczy Załącznik nr 2 Formularz cenowy pakiet nr 8 pozycja: 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50 % tlenu medycznego, 50 % podtlenku azotu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania w położnictwie, zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty? Charakterystyka Produktu Leczniczego to dokument, który podlega weryfikacji podczas procesu rejestracji produktu leczniczego, określonego w ustawie Prawo Farmaceutyczne rozdz. 2 "Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych" i stanowi immanentną część decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu. Wskazania do stosowania produktu leczniczego, oparte między innymi na przeprowadzonych badaniach klinicznych, które są wprost określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, są istotnym kryterium medycznym, rozstrzygającym o właściwym stosowaniu produktu leczniczego, które to dla świadczeniobiorców wydaje się być kluczowym elementem.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3**

Dotyczy Załącznik nr 2 Formularz cenowy pakiet nr 8 pozycja: 3 i 4 Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wymaga, aby jednorazowe maski i jednorazowe ustniki do podawania gazu pacjentkom były wyposażone w filtr kierunkowy o potwierdzonej skuteczności filtracji wirusowej i bakteryjnej na poziomie 99,999% do podawania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w stosunku 50/50? Potwierdzenie skuteczności stosownymi dokumentami dołączonymi do oferty. Rozwiązanie to jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę bezpieczeństwo rodzących w dobie walki z pandemią koronawirusa COVID-19.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**



#### Pytanie 4

Dotyczy Załącznik nr 2 Formularz cenowy pakiet nr 8 pozycja 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zapotrzebowania na ilość butli w dzierżawie zgodnie z obowiązującym modelem, tzn. w butlodniach. Obliczany jest on zgodnie z poniższym przykładem. Przykład obliczeniowy: 5 - butli w dzierżawie na okres 24 mcy, czyli na okres 730 dni  $5 \times 730 = 3\ 650$  butlodni - zapotrzebowanie na szacunkową ilość butli w dzierżawie wyrażone w butlodniach.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji formularza cenowego (zał. nr 2) i załącznika ilości indywidualnych (zał. nr 6). Koszt udostępnienia butli należy uwzględnić w cenie dostarczanego w nich gazu. Zmodyfikowane załączniki zostaną udostępnione w dniu 02. 01. 2023r.**

#### Pytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 2 Formularz cenowy pakiet nr 8 pozycja 6

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej). W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby oferowany zawór dozujący umożliwiał dezynfekcję i ponowne użycie w przypadku kontaminacji tzn. nie podlegał zgodnie z instrukcją obsługi wymianie na nowy w przypadku kontaminacji?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, ale nie wymaga.**

#### Pytanie 6

dotyczy Załącznik nr 2 Formularz cenowy pakiet nr 8 pozycja 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zapotrzebowania na ilość zaworów w dzierżawie zgodnie z obowiązującym modelem, tzn. w butlodniach. Obliczany jest on zgodnie z poniższym przykładem. Przykład obliczeniowy: 8 - zaworów w dzierżawie na okres 24 mcy, czyli na okres 730 dni  $8 \times 730 = 5\ 840$  butlodni - zapotrzebowanie na szacunkową ilość zaworów w dzierżawie wyrażone w butlodniach.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji formularza cenowego (zał. nr 2) i załącznika ilości indywidualnych (zał. nr 6).**

**Szpital w Zgierzu dzierżawi 3 szt. zaworów, a Szpital w Skierniewicach dzierżawi 2 szt. zaworów. Zmodyfikowane załączniki zostaną udostępnione w dniu 02. 01. 2023r.**

#### Pytanie 7

Dotyczy Załącznik nr 2 Formularz cenowy pakiet nr 8 pozycja 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zapotrzebowania na ilość wózków w dzierżawie zgodnie z obowiązującym modelem, tzn. w butlodniach. Obliczany jest on zgodnie z poniższym przykładem. Przykład obliczeniowy: 4 - wózki w dzierżawie na okres 24 mcy, czyli na okres 730 dni  $4 \times 730 = 2\ 920$  butlodni - zapotrzebowanie na szacunkową ilość wózków w dzierżawie wyrażone w butlodniach

**Wyjaśnienie:**

**Zamawiający dokona stosownej modyfikacji formularza cenowego (zał. nr 2) i załącznika ilości indywidualnych (zał. nr 6). Szpital w Zgierzu dzierżawi 3 szt. wózków, a Szpitale w Bełchatowie, Skierniewicach i Sieradzu po 2 szt. wózków.**

**Zmodyfikowane załączniki zostaną udostępnione w dniu 02. 01. 2023r.**

#### Pytanie 8

Dotyczy Załącznik Nr 4 do SWZ Projekt umowy generalnej par.3 ust.2

Wskazujemy, iż skoro Zamawiający przewiduje możliwość naliczania kar umownych w wysokości przez siebie określonej to nie powinien on mieć już możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego ich kwotę, wskutek czego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie tego postanowienia w całości.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.**



#### Pytanie 9

Dotyczy Załącznik Nr 5 do SWZ Projekt umowy indywidualnej par.2 ust.1 W przypadku oferowania asortymentu z Pakietu nr 8 prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu „W szczególnie uzasadnionych wypadkach zamówienia składane będą na cito, z obowiązkiem realizacji w ciągu 24 godzin” z uwagi na to, iż oferowany gaz nie jest na ratunek życia. Proponujemy zapis do pakietu nr 8: Realizacja dostaw następować będzie sukcesywnie, na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego ..... sposób składania, nr tel./e-mail ....., wg asortymentu i ilości uzależnionych od bieżących potrzeb. Termin realizacji zamówień częściowych strony ustalają na 3 (trzy) dni robocze od momentu złożenia zamówienia do momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia do ..... W szczególnie uzasadnionych wypadkach zamówienia składane będą na cito, z obowiązkiem realizacji w ciągu 48 godzin.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Sytuacja zamówienia na cito w tym przypadku jest mało prawdopodobna, jednakże nie można jej wykluczyć.**

#### Pytanie 10

Dotyczy Załącznik Nr 5 do SWZ Projekt umowy indywidualnej par.6 ust.3 Wskazujemy, iż skoro Zamawiający przewiduje możliwość naliczania kar umownych w wysokości przez siebie określonej to nie powinien on mieć już możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego ich kwotę, wskutek czego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie tego postanowienia w całości.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 11

Dotyczy Załącznik Nr 5 do SWZ Projekt umowy indywidualnej par.11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o możliwości dodania do umowy klauzuli antykorupcyjnej. Zwracamy uwagę, iż klauzula ta została przygotowana w sposób zapewniający równowagę kontraktową obu stron. Proponujemy zapis:

*„7. Każda ze Stron gwarantuje i oświadcza drugiej Stronie, że:*

- I. stosuje się do wszelkich regulacji dotyczących zwalczania korupcji znajdujących zastosowanie do tej Strony;*
- II. nie popełni (i zapewnia, że żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów, kierowników, pracowników nie popełni) żadnego działania korupcyjnego (w tym nie będzie oferować lub wręczać jakiegokolwiek korzyści osobom trzecim w celu niewłaściwego lub nieuczciwego wywierania wpływu na te osoby przy wykonywaniu ich obowiązków)*
- III. będzie utrzymywać własne zasady i procedury opracowane w celu zapewnienia zgodności jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji, oraz*
- IV. na żądanie drugiej Strony, potwierdzi w formie pisemnej zgodność jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji.”*

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody, nie przesądzając jednak możliwości zawarcia odrębnego porozumienia w tej sprawie przez indywidualnych Zamawiających w przetargu, po ustaleniu m. in. zasad i procedur, o których mowa w pytaniu. Nadmieniamy, że zakaz podejmowania działań korupcyjnych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.**

#### Pytanie 12.

Dotyczy pakietów 1,2,3 – tlen medyczny ciekły.

Czy dostawy „na cito” dotyczą też dostaw tlenu ciekłego cysternami?

Ile dostaw cysternami planuje Zamawiający do poszczególnych szpitali w ciągu 1 miesiąca?

Czy są jakieś ograniczenia terenowe dla dostaw cysternami do poszczególnych szpitali?

Czy Zamawiający wymaga nadzoru elektronicznego nad zbiornikami do tlenu ciekłego i ich zawartością?

**Wyjaśnienie:**

**Tak, dostawy „na cito” dotyczą też dostaw tlenu ciekłego cysternami.**

**Nadzór elektroniczny nie jest wymagany, jednakże jego zastosowanie znacznie usprawnia obrót tlenem zarówno po stronie Zamawiającego jak i wykonawcy.**



Szpital Biegańskiego: Ilość planowanych dostaw w ciągu miesiąca - w warunkach niecovidowych min. 2 razy w miesiącu, ograniczenia terenowe – brak,

Szpital w Zgierzu: Ilość planowanych dostaw w ciągu miesiąca - w warunkach niecovidowych min. 2 razy w miesiącu, ograniczenia terenowe – brak,

Szpital w Bełchatowie: Ilość planowanych dostaw w ciągu miesiąca - w warunkach niecovidowych min. 2 razy w miesiącu, ograniczenia terenowe – brak,

Szpital w Skierniewicach: Ilość planowanych dostaw w ciągu miesiąca – min. 3 razy , ograniczenia terenowe – brak,

Szpital w Piotrkowie: Ilość planowanych dostaw w ciągu miesiąca – w warunkach niecovidowych 2 razy w miesiącu, ograniczenia terenowe – brak,

Szpital w Sieradzu: Ilość planowanych dostaw w ciągu miesiąca - 3, ograniczenia terenowe – brak,

**Pytanie 13.**

Dotyczy pakietu 7 poz. 2 – dwutlenek węgla medyczny.

Czy Zamawiającemu chodziło o butle 40l o zawartości gazu 26kg?

**Wyjaśnienie: Tak.**

**Pytanie 14.**

Dotyczy pakietu 7 poz. 4 – sprężone powietrze techniczne.

Czy Zamawiającemu chodziło o butle 40l o zawartości gazu 6m<sup>3</sup>?

**Wyjaśnienie: Tak.**

**Pytanie 15.**

Dotyczy pakietu 7 poz. 5 – podtlenek azotu.

Czy Zamawiającemu chodziło o podtlenek azotu 7kg w butli 10l?

**Wyjaśnienie: Tak.**

**Pytanie 16.**

Dotyczy pakietu 7 poz. 8 – podtlenek azotu.

Czy Zamawiającemu chodziło o podtlenek azotu 28kg w butli 40l?

**Wyjaśnienie: Tak.**

**Pytanie 17.**

Dotyczy pakietu 9 poz. 1 – tlen techniczny.

Czy Zamawiającemu chodziło o tlen techniczny w butli 40l?

**Wyjaśnienie: Tak.**

**Pytanie 18.**

Dotyczy pakietu 9 poz. 2 – acetylen techniczny.

Czy Zamawiającemu chodziło o acetylen techniczny w butli 40l?

**Wyjaśnienie: Tak.**

**Pytanie 19.**

Dotyczy pakietu 11 – argon medyczny.

Czy Zamawiającemu chodziło o argon w butli 10l, zawartość gazu 1,6m<sup>3</sup>? Czy Zamawiającemu chodziło o butle 5l?

Czy Zamawiający dopuszcza argon czysty 5.0 (99,999%) – stawka VAT 23%?

**Wyjaśnienie: W pakiecie 11 Zamawiającemu chodziło o dwie pozycje odrębne wg pojemności tj. 10 l i 5 l. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie argonu czystego.**



**Pytanie 20.**

Ile dostaw w ciągu miesiąca do podanych, w załączniku cenowym - szpitali, planuje Zamawiający dla każdej pozycji, w ramach pakietów 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

**Wyjaśnienie: Udzielenie rzetelnej odpowiedzi nie jest możliwe, ponieważ ilość dostaw jest ściśle związana z aktualną sytuacją epidemiczną, ewentualnymi wyłączeniami z funkcjonowania oddziałów, podłączeniami do instalacji tlenu medycznego itp.**

**Pytanie 21.**

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zmianę w pakiecie 10, poz.2 – ciekły azot, pojemności termosu Zamawiającego z 48 kg na 48,5 kg bądź 60 litrów

Dewary, które są w posiadaniu Szpitali mają pojemność 60 litrów co w przeliczeniu na kilogramy, wiedząc że 1 kilogram ciekłego azotu to 1,237 litra, daje 48,5 kilograma.

Pełniąc cały zbiornik tankuje się 48,5 kg a nie 48 kg. Ta niewielka różnica powoduje niepełne tankowanie zbiorników aby dostawy mogły odbywać się zgodnie z założeniami postępowania, a w sytuacji kiedy tankuje się zbiorniki 60 litrowe do pełna, a można zafakturować jedynie 48 kg, to 0,5 litra z każdego zbiornika jest kosztem Wykonawcy.

W skali dwóch lat przy zapotrzebowaniu Zamawiającego oszacowanego na 42000 kg czyli 875 zbiornikach, wymagana ilość 48 kg w zbiorniku 60 l to dla Wykonawcy strata: 437,5 kg.

Nadmienić należy, że ciekły azot to ciecz o temperaturze -186 stopni. Różnica temperatury w stosunku do temperatury powietrza powoduje parowanie i wrzenie cieczy. Ocena wizualna ilości z dokładnością do 0,5 litra jest utrudniona a wręcz niemożliwa a ocena wagowa w celu niepełnego tankowania zbiornika nieuzasadniona logicznie.

Dlatego wnioskujemy jak na wstępie.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Zbiorniki napełniane są sukcesywnie, niekoniecznie opróżnione do końca. Zmiana zapisów nie jest uzasadniona.**

**Pytanie 22.**

dotyczące pakietu 10 – ciekły azot :

Czy Szpital w Piotrkowie Trybunalskim, dla zachowania ciągłości świadczenia usług i zoptymalizowania kosztów dostaw do Szpitala, potrzebuje dodatkowego zbiornika magazynowego do przechowywania ciekłego azotu ?

Jeżeli tak, wnioskujemy o uwzględnienie pozycji dzierżawy zbiornika na azot ciekły.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga dodatkowego zbiornika. Wykonawca zobowiązany jest napełniać posiadane dewary /zbiorniki.**

**Pytanie 23.**

dotyczące wymagań w pakiecie 4 – tlen medyczny w butlach, poz. 1 :

Czy Zamawiający dopuszcza dla wymaganych butli aluminiowych o poj.2 l :

zawór zintegrowany z butlą, tj. wmontowany na stałe moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wykazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy od 0 do 25 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia, przystosowane do pracy pomieszczeniach MRI .

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów butli.**

**Pytanie 24.**

dotyczące wszystkich pozycji pakietu 4 – tlen medyczny w butlach :

Zamawiający wymaga aby cena oferty zawierała wszystkie koszty związane z realizacją przyszłego świadczenia umownego. W tym zawiera się koszt dzierżawy butli.

W związku z tym prosimy o podanie informacji: ile butli Zamawiający przewiduje dzierżawić w trakcie trwania umowy na każdy z wymaganych gazów w pakiecie.



**Wyjaśnienie: Udzielenie rzetelnej odpowiedzi nie jest możliwe, ponieważ ilość butli w obrocie jest ściśle związana z aktualną sytuacją epidemiczną, ewentualnymi wyłączeniami z funkcjonowania oddziałów, podłączeniami do instalacji tlenu medycznego itp.**

**Pytanie 25.**

dotyczące pakietu 6 – tlen medyczny w butlach 8 l :

Zamawiający wymaga aby cena oferty zawierała wszystkie koszty związane z realizacją przyszłego świadczenia umownego. W tym zawiera się koszt dzierżawy butli.

W związku z tym prosimy o podanie informacji: ile butli o pojemności 8 litrów aluminiowych ze zintegrowanym zaworem Zamawiający przewiduje dzierżawić w trakcie trwania umowy .

**Wyjaśnienie: Udzielenie rzetelnej odpowiedzi nie jest możliwe, ponieważ ilość butli w obrocie jest ściśle związana z aktualną sytuacją epidemiczną, ewentualnymi wyłączeniami z funkcjonowania oddziałów itp.**

**Pytanie 26.**

dotyczące wszystkich pozycji pakietu 7 – gazy medyczne różne w butlach :

Zamawiający wymaga aby cena oferty zawierała wszystkie koszty związane z realizacją przyszłego świadczenia umownego. W tym zawiera się koszt dzierżawy butli.

W związku z tym prosimy o podanie informacji: ile butli Zamawiający przewiduje dzierżawić w trakcie trwania umowy na każdy z wymaganych gazów w pakiecie 7

**Wyjaśnienie: Udzielenie rzetelnej odpowiedzi nie jest możliwe, ponieważ ilość butli w obrocie jest ściśle związana z aktualną sytuacją epidemiczną, ewentualnymi wyłączeniami z funkcjonowania oddziałów itp.**

**Pytanie 27**

dotyczące wszystkich pozycji pakietu 9 – gazy techniczne :

Zamawiający wymaga aby cena oferty zawierała wszystkie koszty związane z realizacją przyszłego świadczenia umownego. W tym zawiera się koszt dzierżawy butli.

W związku z tym prosimy o podanie informacji: ile butli Zamawiający przewiduje dzierżawić w trakcie trwania umowy na każdy z wymaganych gazów w pakiecie 9

**Wyjaśnienie: Udzielenie dokładnej odpowiedzi nie jest możliwe, ponieważ ilość butli w obrocie jest uzależniona od aktualnego zapotrzebowania. Można jednak przyjąć, że są to pojedyncze sztuki butli.**

**Pytanie 28**

Dot. Załącznik nr 2 Pakiet nr 8 - gaz medyczny 50% tlenu i 50% podtlenku azotu.

Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszanki gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w ChPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje, że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 29**

Dot. Załącznik nr 2 Pakiet nr 8 - gaz medyczny 50% tlenu i 50% podtlenku azotu.

Czy mieszanina gazów N<sub>2</sub>O 50% + O<sub>2</sub> 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiający ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**



**Pytanie 30**

Dot. Załącznik nr 2 Pakiet nr 8 - gaz medyczny 50% tlenu i 50% podtlenku azotu.

Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu (fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 31**

Dot. Załącznik nr 2 Pakiet nr 8 - gaz medyczny 50% tlenu i 50% podtlenku azotu.

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną gazów O<sub>2</sub> 50% i N<sub>2</sub>O 50% Zamawiający będzie wymagał zaoferowania wszystkich jednorazowych elementów niezbędnych do podawania tejże mieszaniny konfekcjonowanych w jednym opakowaniu jednostkowym ?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 32**

Dot. Załącznik nr 2 Pakiet nr 8 - gaz medyczny 50% tlenu i 50% podtlenku azotu.

Czy w celu zachowania pełnej kompatybilności oraz bezpieczeństwa terapii, Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący „na żądanie” do podawania mieszaniny gazów tlenu medycznego i podtlenku azotu (50% O<sub>2</sub> i 50% N<sub>2</sub>O) oraz pozostałe części składowe systemu np. maski, filtry, jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, pochodziły od jednego producenta?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 33**

Dot. Załącznik nr 2

W celu przygotowania rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty prosimy Zamawiającego o uwzględnienie w pakietach z gazami butlowymi ilości butli jakie zamierza dzierżawić (tj. utrzymywać na stanie magazynowym) w okresie obowiązywania umowy? Tym samym prosimy o rozszerzenie formularza asortymentowo – cenowego o pozycje dotyczącą dzierżaw butli we wszystkich pakietach z gazami butlowymi.

**Wyjaśnienie: Udzielenie rzetelnej odpowiedzi nie jest możliwe, ponieważ ilość butli w obrocie jest ściśle związana z aktualną sytuacją epidemiczną, ewentualnymi wyłączeniami z funkcjonowania oddziałów, podłączeniami do instalacji tlenu medycznego itp.**

**Pytanie 34**

Dot. Załącznik nr 5 wzór umowy indywidualnej

§ 1 pkt. 9 Prosimy o doprecyzowanie zapisu w umowie i wskazanie pakietu i pozycji jakiego gazu dotyczy ten zapis oraz co oznacza dla Zamawiającego zapis, że butla musi być mobilna oraz wyposażona w zawór dozujący?

*Każda z butli, w których dostarczany jest gaz określony w poz. .... załącznika do umowy, musi być mobilna oraz wyposażona w zawór dozujący. Koszty serwisu zaworu dozującego ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności serwisowania zaworu Wykonawca musi zapewnić dostępność zaworu zastępczego.*

**Wyjaśnienie: dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 oraz pakietu nr 6.**



**Pytanie 35**

Dot. Załącznik nr 5 wzór umowy indywidualnej

§ 2 pkt. 1 Warunki dostaw: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego dostaw na cito

Dostawy na cito mogą podyktowane być szczególną sytuacją nadzwyczajną, w której zamawiający nie mógł przewidzieć zwiększonego zużycia gazów medycznych (okoliczności siła wyższa), mogą realizowane być w dni robocze.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 36**

Dot. Załącznik nr 5 wzór umowy indywidualnej

§ 6 ust. 1 pkt 1 – Prosimy o zmianę stawki wysokości kary umownej z 10% do 5%.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 37**

Dot. Załącznik nr 5 wzór umowy indywidualnej

§ 6 – Prosimy o dodanie ust. 5 w brzmieniu: „Wykonawca odpowiada wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 38**

Dot. Załącznik nr 5 wzór umowy indywidualnej

§ 6 – Prosimy o zmianę zapisu ust. 4 na brzmienie: „łączna wysokość wszystkich kar umownych w czasie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 20% ogólnej wartości umowy, wskazanej w par. 4 ust. 2 niniejszej umowy.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 39**

Dot. Załącznik nr 5 wzór umowy indywidualnej

§ 8 ust. 1 pkt 3 – Prosimy o zmianę minimalnego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z 15% do 10%, a także zmianę maksymalnej zmiany wartości umowy z 10% do 50%.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 40**

Dot. Załącznik nr 5 wzór umowy indywidualnej

§ 9 ust. 1 pkt 1 oraz 2 – Prosimy o dopisanie fragmentu „pod warunkiem wcześniejszego wezwania do prawidłowego wykonywania umowy z wyznaczeniem dodatkowego, 7-dniowego terminu.”

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 41**

Dot. Załącznik nr 5 wzór umowy indywidualnej

Wnosimy o udzielenie szczegółowych i jednoznacznych wyjaśnień w kwestii zapisu zawartego we wzorze umowy (załącznik do SWZ nr 5) w §8 ust. 1 pkt e, który umożliwia zamawiającemu w sposób fakultatywny, jednostronnie żądać od wybranego wykonawcy zmiany ceny zaoferowanej przez niego za dostawę tlenu medycznego (dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6):

1/ Proszę o podanie podstawy prawnej sankcjonującej prawo zamawiającego - Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi do wpływania podczas realizacji zamówienia publicznego, w sposób jednostronny i fakultatywny, na obniżanie oferowanej przez wykonawcę ceny za tlen medyczny pozbawiając go spodziewanego zysku?

2/ Proszę o podanie podstawy faktycznej sankcjonującej prawo zamawiającego - Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi do wpływania podczas realizacji zamówienia publicznego, w sposób jednostronny i fakultatywny, na obniżanie oferowanej przez wykonawcę ceny za tlen medyczny, pozbawiając go prawa do spodziewanego zysku?





3/ Czy zamawiający - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wprowadzając w/w zapis uprawniający go pod rygorem wypowiedzenia umowy do jednostronnego żądania obniżenia ceny od wykonawcy za dostawę tlenu medycznego brał pod uwagę, że może w ten sposób żądać dostawy rzeczony produktu po cenie dumpingowej tj. poniżej kosztów jego dostawy do zamawiającego?

4/ Czy zamawiający - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi tworząc rzeczony zapis ze wzoru umowy (§8 ust. 1 pkt e), umożliwiając zamawiającemu w sposób fakultatywny, jednostronnie żądać od wybranego wykonawcy zmiany (na niekorzyść wykonawcy) ceny zaoferowanej przez niego za dostawę tlenu medycznego, konsultował go co do zgodności z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) z Departamentem Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych lub posiada opinię prawną w tym zakresie wydaną przez biegłego ze znajomością prawa zamówień publicznych? Jeżeli tak, to proszę o jej przedstawienie.

5/ Czy zamawiający - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi tworząc rzeczony zapis ze wzoru umowy (§8 ust. 1 pkt e) umożliwiając zamawiającemu w sposób fakultatywny, jednostronnie żądać od wybranego wykonawcy zmiany (na niekorzyść wykonawcy) ceny zaoferowanej przez niego za dostawę tlenu medycznego, konsultował go z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) co do zgodności z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j. z dnia 2022.06.09) lub posiada opinię prawną w tym zakresie wydaną przez biegłego ze znajomością prawa o ochronie konkurencji? Jeżeli tak, to proszę o jej przedstawienie.

**Wyjaśnienie:** Postanowienie § 8 ust. 1 pkt e) wzoru umowy mieści się w dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych granicach swobody zawierania umów wynikających z ustawy Kodeks cywilny. Ustawa PZP w art. 455 ust. 1 przewiduje dopuszczalność zmian umowy „niezależnie od wartości zmiany, o ile zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny”. Możliwość zmiany ceny, podobnie jak określona w § 8 ust. 3 możliwość zmiany ceny w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy, została sformułowana we wzorze umowy w sposób precyzyjny i jednoznaczny; w szczególności uzależniono ją od oferowania przez tego samego wykonawcę cen znacznie niższych w podobnych zamówieniach. Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca dopuszcza zmiany wysokości ceny, a nie jedynie jej podwyższenie.

Celem wprowadzenia postanowienia jest uchronienie Zamawiających przed ponoszeniem wygórowanych kosztów zakupu tlenu medycznego w przypadku mało prawdopodobnej, ale jednak możliwej sytuacji znacznego spadku cen tego produktu w przyszłości.

Zamawiający nie konsultuje z wymienionymi w pytaniu organami postanowień wzorów umów, które znajdują podstawę prawną wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych.

II. Na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zmienia określone w SWZ terminy składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium.

Nowe terminy to: składanie ofert i wniesienie wadium - 04. 01. 2023r. godz. 10:00. Otwarcie ofert - 04. 01. 2022r. godz. 11:00.



Zamawiający informuje, że w związku z modyfikacją treści SWZ, planowane jest kolejne przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu wniesienia wadium.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:  
- Informacja o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora  
KIEROWNIK SEKTORA  
ds. Zamówień Publicznych  
*[Signature]*  
mgr Paweł Lipiński