

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „**Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – I etap**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Z uwagi na konieczność uwzględnienia obszernych odpowiedzi na zapytania oraz uwzględnienie zmian w ofercie uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 2-3 dni celem przygotowania rzetelnej wyceny i złożenie oferty.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

-----  
Dotyczy OPZ Załącznik nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania w zakresie orurowania sterylizatora parowego, w którym fragmenty instalacji wodnej i parowej są wykonane z materiałów innych niż stal kwasoodporna, odpornych na korozję, przy zapewnieniu, że materiały te cechują się taką samą klasą wytrzymałości co stal kwasoodporna, a które znajdują zastosowanie na obwodach spustowych i pomiarowych oraz fragmentach uszczelniających (teflon) nie mających kontaktu z parą wykorzystywaną do sterylizacji ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści opisywane rozwiązania o ile materiały te nie będą miały trwałości krótszej niż zakładany czas użytkowania sterylizatora. Wymienione elementy orurowania nie mogą być traktowane jako zużywające się, podlegające okresowej wymianie.

STAROSTA  
/-/ *Andrzej Wilkoński*