

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.12.....⁸¹³³/2024

Tarnów, dnia 04.03.2024 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w sprzęt i urządzenia szybkiej diagnostyki i terapii pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia”- nr sprawy 12/2024

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2024 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zakres nr 10 – Lampa przenośna bezcieniowa

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonana jest ściana na której będzie dokonany montaż lampy?

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy?

Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie?

Odp. Opisana w SWZ jest lampą przenośną i nie wymaga montażu na ścianie ani odpowiednich przewodów.

Pkt 6 – Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy zewnętrznej 300 mm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 12 ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile

lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem oświetlenia z 1m wynoszącym 65 000 lux?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści lampę w uchwycie odkręcanym sterylnym umieszczonym z boku czaszy (nie zaburzającym wiązki światła), z możliwością sterylizacji tegoż uchwytu? Uchwyt umożliwiający

ustawianie czaszy w dowolnym położeniu bez możliwości sterowania ustawieniami lampy?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści - współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: 90?

Różnica praktycznie niewidoczna okiem nieuzbrojonym.

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści lampę o mocy maksymalnej 32W?

Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści lampę o mocy maksymalnej 28W?

Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Pkt. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze stałą temperaturą barwową 4500K ?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną przez przyciski membranowe umieszczone na czaszy, które służą również jako włącz/wyłącz.
Odp. Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Otrzymują: Adresat
a/a

SPECIALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Karolina Strzałba

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajkowska