

Dotyczy załącznika nr 22 – Chłodziarka podblatowa

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę podblatową wyposażoną w 4 półki w postaci rusztów metalizowanych o obciążeniu maksymalnym wynoszącym 45 kilogramów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również tego typu chłodziarkę podblatową.

Dotyczy załącznika nr 27 – Szafa typu szatniowego – 410x500x1850

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę typu szatniowego na ławce metalowej z siedziskiem z listew drewnianych o całkowitej wysokości 2090 mm? Wysokość 1850 podana w tytule załącznika odnosi się do szafy posadowionej na nóżkach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również szafy typu szatniowego o podanej w pytaniu wysokości.

Dotyczy załącznika nr 42 – Zabudowa pomieszczenia rejestracji: wykonanie ścian działowych, przeszklenia i zestawu lad

6. W projekcie „Wielostanowiskowa lada obsługi pacjenta” Zamawiający wymaga, aby „Trudnopalność zastosowanych płyt udokumentowana była stosownym atestem lub certyfikatem na etapie składania oferty”. Producenci płyt trudnopalnych udostępniają wyżej wymieniony atest/certyfikat w momencie zakupu płyty. Czy w związku z tym, Zamawiający zaakceptuje atest lub certyfikat, na którym naniesiony będzie znak wodny z napisem „wzór”? Dokument bez znaku wodnego potwierdzający użycie płyty trudnopalnej do wykonania lady zostanie przedstawiony na etapie realizacji.

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający akceptuje tego typu rozwiązanie.

Dotyczy załącznika nr 43 – Szafka kartotekowa

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę kartotekową o wymiarach: wysokość 1282 mm, szerokość 775 mm, głębokość 590 mm? Proponowane wymiary szafki nie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie tolerancji.

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający dopuści również szafki kartotekowe o podanych wymiarach.

Pytania ogólne do treści SIWZ

8. W punkcie I podpunkt 4 znajduje się zapis: „Warunkiem przystąpienia Wykonawcy do wykonywania przedmiotu zamówienia jest przedstawienie wizualizacji ustawienia umeblowania, aparatury i urządzeń”. Producenci urządzeń oraz aparatury ze względu na złożoność produktu nie posiadają bryły swoich wyrobów, które pozwolą na wykonanie szczegółowej wizualizacji. W związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie, na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, wizualizacji ustawienia mebli, z uwzględnieniem ich szczegółów, oraz aparatury i urządzeń przy czym w przypadku w/w zachowany zostanie jedynie ich gabaryt zewnętrzny bez pokazywania szczegółów wykonania?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przyjmuje uwagę dotyczącą trudności w szczegółowym odwzorowaniu na wizualizacji aparatury i urządzeń, dlatego wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane w pytaniu.

9. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania deklaracji CE dla wyrobu z pozycji nr 70 Mieszadło wstrząsarka rolkowa?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapis w załączniku nr 5 do SIWZ w zakresie załącznika 70 mieszadło rolkowe na:

Załącznik nr 70

Wymagane minimalne parametry urządzeń

Nazwa wyrobu:

MIESZADŁO HEMATOLOGICZNE ROLKOWE

Producent:

.....

Oferowany typ/model:

.....

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETR OFEROWANY
1.	Mieszadło hematologiczne rolkowe o ruchu obrotowym z możliwością regulacji obrotu	
2.	Min. 5 rolek obrotowych z PCV	
3.	Prędkość obrotowa: 1-70 obr./min	
4.	Do pracy ciągłej	
5.	Długość rolki: min. 280 mm.	

Pytania do umowy:

10. Prosimy o potwierdzenie iż załącznik do umowy zawierający wykaz sprzętu do przeniesienia zawiera załącznik nr 8 a nie nr 4.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że załącznik nr 8 zawiera wykaz sprzętu do przeniesienia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 3 do SIWZ - projekcie umowy w Wykazie załączników do umowy z "Załącznik nr 4 - Wykaz sprzętu do przeniesienia i ustawienia w pomieszczeniach nowo powstałego Laboratorium Analitycznego" na "Załącznik nr 8 - Wykaz sprzętu i ustawienia w pomieszczeniach nowo powstałego Laboratorium Analitycznego". Zmodyfikowany załącznik nr 3 - projekt umowy w załączeniu.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej